



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UFFICIO

U.O.C. Servizio Provveditorato

Viale Della Vittoria n. 321

CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

Prot. N. 76173 del 23/10/2014

Oggetto: Fornitura di materiale specialistico per le UU.OO.CC. di Oculistica delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale-. Comunicazione chiarimenti -

In relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara della gara di cui all'oggetto, a riscontro dei chiarimenti fino ad oggi richiesti di seguito vengono riportati le note del Responsabile tecnico ad evasione degli stessi:

- Prot. N. 73196 del 13/10/14
- Prot. N. 73201 del 13/10/14
- Prot. N. 73204 del 13/10/14
- Prot. N. 73206 del 13/10/14
- Prot. N. 73207 del 13/10/14
- Prot. N. 73209 del 13/10/14
- Prot. N. 226 del 15/10/14
- Prot. N. 227 del 15/10/14
-

Il Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 23196 del 13/10/14

Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Beaver Vistec relativo al lotto n.6


Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Beaver Vistec relativo al lotto n.6 preciso quanto segue:

per le prime due voci del lotto ossia teli con sacca da 150 x 250 cm con foro ricoperto da membrana trasparente e adesiva e con doppio sacchetto raccogli liquidi e teli con sacca da 120 x 100 cm con foro ricoperto da membrana trasparente e adesiva e con doppio sacchetto raccogli liquidi il materiale richiesto per la massima confort del paziente è l'SMS;

per la terza voce del lotto ossia quello relativo ai Custom Pack il telo con sacca da 150 x 250 cm con foro ricoperto da membrana trasparente e adesiva e con sacchetto raccogli liquidi dovrà essere in TNT del tipo SMS mentre la sacca raccogli liquidi dovrà avere dimensioni di circa 20 x 15 cm circa.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 13/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana

Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 73201 del 13/10/14


Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Ellebi Medical S.r.l. del prezzo a base d'asta lotto n. 8 inerente alla voce Silicon Solvent

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Ellebi Medical S.r.l. sul prezzo a base d'asta del silicone solvent, cioè del prodotto idoneo a rimuovere l'olio di silicone emulsificato presente in camera vitrea preciso che sostanze atte a tale scopo sono prodotte sia da Geuder sia da Fluoron sia da altre aziende. Il prezzo a base d'asta indicato è quello più basso fra i prodotti in commercio. Preciso che potranno partecipare alla gara tutte le ditte che offrono F6H8 composto per il 100% da Perfluorohexylottano ($C_6F_{13}C_8H_{17}$).

Alla luce di quanto sopra esposto il prezzo a base d'asta appare congruo.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 13/10/2014



Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 73204 del 13/10/14

Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Polimedica prezzo a base d'asta lotto n. 44

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Polimedica sul prezzo a base d'asta delle lenti precaricate di cui al lotto n. 44 della gara triennale per la fornitura di materiale di consumo alle U.O.C. di Oculistica del bacino occidentale preciso che il prezzo a base d'asta appare congruo e addirittura superiore al prezzo a base d'asta praticato per altre lenti precaricate in gara vedi lotto n. 47 e lotto n. 48.

Le lenti precaricate offrono alcuni vantaggi:

- la riduzione del tempo dell'intervento legato alla preparazione della lente da iniettare (risparmio temporale per l'operatore circa 30 secondi);
- la riduzione dei tempi di preparazione dello strumentario non dovendo sterilizzare l'iniettore (risparmio temporale per l'infermiera addetta alla sterilizzazione circa 1 minuto).


Le lenti precaricate presentano però talvolta degli svantaggi:

- non sempre la lente è caricata correttamente per cui il chirurgo può trovarsi a gestire una complicanza o una lente danneggiata;
- il chirurgo non ha la possibilità di verificare l'integrità della lente prima della sua immissione nell'occhio per cui qualora fosse danneggiata il chirurgo sarà costretto ad espantarla.

Alla luce di quanto sopra esposto il prezzo a base d'asta appare congruo.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 13/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana


Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 73206 del 13/10/14

Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Betatex relativo al lotto n.6

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Betatex relativo al lotto n.6 preciso quanto segue:
per la terza voce del lotto ossia quello relativo ai Custom Pack il telo con sacca da 150 x 250 cm con foro ricoperto da membrana trasparente e adesiva e con sacchetto raccogli liquidi dovrà essere in TNT del tipo SMS mentre la sacca raccogli liquidi dovrà avere dimensioni di circa 20 x 15 cm circa;
il diametro dei 4 batuffoli di garza dovrà essere di circa 3 cm ciascuno;
le lame angolate con larghezza che oscilla fra 1.8 e 3.0 mm con tacca di riferimento dovrà essere bevel up.
In ottemperanza all'incarico ricevuto

Sciacca, 13/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 73202 del 13/10/14

Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Ceracarta S.p.A. relativo al lotto n.35


Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Ceracarta S.p.A. relativo al lotto n.35 preciso quanto segue:

La voce carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon va sostituita con la dicitura "carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon per stampante Xerox modello Colorcube 85/70"

La voce carta termica A 4 per video printer Olympus camedia P400 va modificata con la dicitura "carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon per stampante Olympus camedia P400"

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 13/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

218/2014

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo Interno n. 73209 del 13/10/2014

Oggetto: chiarimenti e rettifiche da apportare alla gara triennale per la fornitura di materiale oculistico per le U.O.C. del bacino Occidentale

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di evitare eventuali contenziosi e al fine di ridurre al minimo le richieste per chiarimenti reputo utile segnalare alcune rettifiche e precisazioni da apportare alla gara in oggetto.

Lotto n. 6 Custom Pack

E' da precisare che il telo oftalmico delle dimensioni 120x 250 cm in TNT dovrà essere in materiale SMS con membrana trasparente adesiva delle dimensioni di 15 x 15 cm con sacchetti raccogli liquidi delle dimensioni di 15x20 cm circa.

Per ciascuna fornitura l'Azienda al momento dell'ordine dei custom pack preciserà:

- se la larghezza della lama da inserire è di 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8 o 3.0 mm bevel up;
- se è da inserire una lama 22.5° o 30°;
- se è da inserire una lama bevel up (cr:escent bevel) o 20 gauge;
- se le copri manopole (manopole per movimenti elettromagnetici) da inserire sono per un microscopio Zeiss o Leica:

Il diametro dei 4 batuffoli di garza deve essere di circa 3 cm.

Lotto n. 8

Il termine Silicone Solvente è da modificare con la dicitura "Silicone Solvent o F6H8 sterile per la rimozione di silicone emulsificato".

Lotto n. 14

La voce punta per Back Flush protetta 20, 23 o 25 gauge è da modificare con la dicitura "punta per Back Flush protetta 20, 23, 25 o 27 gauge".

La voce punta per Back Flush non protetta 20, 23 o 25 gauge è da modificare con la dicitura "punta per Back Flush non protetta 20, 23, 25 o 27 gauge".

Lotto n. 15

La dicitura Pinza monouso da 20,23 o 25 gauge per membrana limitante interna attivabile e ruotabile per 360°, corpo manipolo in pvc e terminale in acciaio o equivalente è da modificare con la dicitura "Pinza monouso per membrana limitante interna o Pinza monouso a coccodrillo o forbice monouso verticale o



forbice monouso retta da 20,23, 25 o 27 gauge con corpo manipolo in PVC e terminale in acciaio o equivalente".

Lotto n. 17

Scrapper di Tano 20,23 o 25 gauge monouso è da modificare con la dicitura di **"Scrapper tipo Tano 20,23, 25, o 27 gauge monouso"**

Lotto n. 24

Caratteristiche tecniche: concentrazione acido ialuronico 23mg/ml estratto da cresta di gallo di peso molecolare di circa 4 milioni di dalton in siringhe da 0,55ml o superiore va modificato con la dicitura **"concentrazione acido ialuronico 23mg/ml estratto da cresta di gallo di peso molecolare di circa 4 milioni di dalton, viscosità superiore 6.500.000 mPas e Shear rate a zero superiore a 5000 Pas in siringhe da 0,55ml o superiore"**

Lotto n. 31

La dicitura punte sterili di diversi angolazioni va modificata con la dicitura **"punte risterilizzabili di diversa angolazione (0°-15°- 30°) da 20 gauge"**

La dicitura vitrectomi anteriori sterili va modificata con la dicitura **"vitrectomi anteriori sterili da 23 gauge"**

La dicitura fornitura in service per n. 7 facoemulsificatori di ultima generazione va modificata con la dicitura **"fornitura in service per n. 9 facoemulsificatori di ultima generazione"**

Per ultima generazione si deve intendere ultimo modello commercializzato in Italia dalla ditta produttrice dello strumento offerto in gara.

Lotto n. 32

La dicitura regolazione parametri tramite touch screen e telecomando pedale multifunzione wireless va modificata con la dicitura **"regolazione parametri tramite touch screen e/o telecomando o pedale multifunzione"**

Pedale multifunzione wireless va modificato con **"Pedale multifunzione wireless o con filo"**

Lotto n. 34

La dicitura set dilatatore tipo Malogyn in silicone con insertore da 6.2mm va modificato con la dicitura **"set dilatatore della pupilla tipo Malugin da 6.2 mm in silicone con insertore"**

Lotto n. 35

La voce carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon va sostituita con la dicitura **"carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon per stampante Xerox modello Colorcube 85/70"**.

La voce carta termica A 4 per video printer Olympus camedia P400 va modificata con la dicitura **"carta termica A 4 per video printer a sublimazione da 100 fogli completa di ribbon a color compatibile con sistema Imagenet Topcon per stampante Olympus camedia P400"**.

Lotto n. 41

La dicitura costante A di 118.ACD 4.97 va modificata con la dicitura **"costante A tra 117 e 119 e ACD tra 3.5 e 5"**

Lotto n. 44

La dicitura configurazione anse a "C" modificato acrilico idrofobo con supporto in PMMA va modificata con la dicitura **"configurazione anse a C modificato acrilico idrofobo"**.


La dicitura Costante A 118.4 va modificata con la dicitura **"costante A da 117 a 119"**.

La dicitura sterilizzazione in EOS è da considerare irrilevante.

Lotto n. 45 La dicitura piana da 36°-biconcava-quadrangolare-prismatica da 30° o da 45°/da scambio aria liquidi o gognolente va modificata con la dicitura "piana da 36°-biconcava-prismatica da 30° o da 45°-da scambio aria liquidi – goniolente".

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca,13/10/2014



Dr. Charles Anthony Martorana

Direttore dell'U.O.C. di Oculistica

P.O.Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 226 del 15/10/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Ellebi Medical S.r.l.

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Ellebi Medical S.r.l. sulla voce 2 del lotto 8 della gara triennale per la fornitura di materiale di consumo alle U.O.C. di Oculistica del bacino occidentale preciso che si tratta di verde di indocianina (tricarboianina), priva di iodio infracianina per uso in fiale. Trattasi di un dye, ossia di un colorante per la membrana limitante interna, e non di un farmaco. La dicitura per uso endovenoso è da considerare errata. Pertanto sarà indispensabile al fine dell'aggiudicazione del lotto in oggetto anche la fornitura di verde di indocianina priva di iodio (infracianina) per uso in fiale.

Si invita la S.V. a voler rettificare la dicitura della voce 2 del lotto verde di indocianina (tricarboianina), privo di iodio (Infracianina) fiale per uso endovenoso da 25 mg con la dicitura "di verde di Indocianina (tricarboianina), privo di iodio (infracianina) in fiale".

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca, 14 ottobre 2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca



REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 777 del 15/10/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti ditta Alcon S.p.A.

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della ditta Alcon S.p.A. sul pedale wireless del lotto 32 della gara triennale per la fornitura di materiale di consumo alle U.O.C. di Oculistica del bacino occidentale preciso che per mero errore è stata omessa la dicitura pedale wireless "o con filo". Pertanto saranno ammesse alla gare le offerte di strumenti aventi pedali wireless o con filo.

Si invita la S.V. a voler rettificare la dicitura regolazione parametri tramite touch screen e telecomando pedale multifunzione wireless con la dicitura "regolazione parametri tramite touch screen e/o telecomando o pedale multifunzione" e di rettificare la dicitura pedale multifunzione wireless con "Pedale multifunzione wireless o con filo"

Per quanto riguarda il quesito formulato sulla quantità di campioni da fornire per la campionatura si precisa che sarà pari a 5 confezioni e potrà essere o non essere richiesta a discrezione della commissione giudicante la gara.

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.
Sciacca, 14 ottobre 2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

