



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UFFICIO

U.O.C. Servizio Provveditorato

Viale Della Vittoria n. 321

CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

A tutti gli interessati

Prot. N. 090688 del 07/11/2014

Oggetto: Fornitura di materiale specialistico per le UU.OO.CC. di Oculistica delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale-. Comunicazione chiarimenti -

In relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara della gara di cui all'oggetto, a riscontro dei chiarimenti richiesti fino alla data del 31/10/14, di seguito vengono riportati le note del Responsabile tecnico ad evasione degli stessi:

- Prot. N. 249 del 03/11/14
- Prot. N. 248 del 03/11/14
- Prot. N. 247 del 03/11/14
- Prot. N. 246 del 03/11/14
- Prot. N. 245 del 03/11/14
- Prot. N. 244 del 03/11/14
- Prot. N. 243 del 03/11/14
- Prot. N. 242 del 03/11/14
- Prot. N. 241 del 03/11/14
- Prot. N. 240 del 03/11/14
- Prot. N. 239 del 03/11/14
- Prot. N. 260 del 04/11/14

In ordine ai seguenti quesiti, si comunica altresì:

Domanda: si chiede conferma se la polizza provvisoria può essere cumulativa per tutti i lotti a cui si intende partecipare

Risposta: si conferma che la polizza provvisoria può essere cumulativa.

Domanda: si chiede conferma di quale periodo anteriore (anno o triennio) si deve considerare ai fini della dichiarazione per i soggetti cessati

Risposta: si conferma che ai fini della dichiarazione per i soggetti cessati il periodo da considerare è l'anno, come previsto dall'art. 38 c. 1 D. lgs. 163/06 (Allegato n. 1 e Allegato n. 2).

Domanda: L'allegato n. 2 deve essere sottoscritto solo dal rappresentante legale?

Risposta: L'allegato n. 2 può essere sottoscritto anche dai soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. N. 163/08.

In relazione al lotto 32 si precisa che erroneamente sono stati inseriti i quantitativi per l'ASP di Trapani.

Il Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 249 del 3/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della AMO ITALY S.R.L. relativo al lotto n. 31

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Amo Italy S.R.L. relativo al lotto n. 31 preciso quanto già riportato nella rettifica pubblicata sul sito di codesta A.S.P. :

Lotto n. 31

La dicitura punte sterili di diversi angolazioni va modificata con la dicitura "punte sterilizzabili di diversa angolazione (0°-15°- 30°) da 20 gauge


La dicitura vitrectomi anteriori sterili va modificata con la dicitura "vitrectomi anteriori sterili da 23 gauge"

La dicitura fornitura in service per n. 7 facoemulsificatori di ultima generazione va modificato con la dicitura "fornitura in service per n. 9 facoemulsificatori di ultima generazione"

Per ultima generazione si deve intendere ultimo modello commercializzato in Italia dalla ditta produttrice dello strumento offerto in gara.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 248 del 3/11/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti della Johnson & Johnson relativo al lotto n. 33

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Johnson & Johnson S.p.A. relativo al lotto n. 33 preciso quanto segue:

per quanto attiene il diametro dell'ago e del filo delle suture di cui alle voci 1,2,3,4,5 e 6 non saranno ammesse variazioni su quanto stabilito nel capitolato di gara. Saranno però ammesse offerte in cui la lunghezza dell'ago sia +/- del 10% rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
 DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
 P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
 U.O.C. di OCULISTICA
 Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
 Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
 dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 247 del 3/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della ditta Sanitalia relativo al lotto n. 6

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Sanitalia S.r.l. relativo al lotto n. 6 preciso quanto già riportato nella rettifica pubblicata sul sito di codesta A.S.P.:

Lotto n. 6 Custom Pack

E' da precisare che il telo oftalmico delle dimensioni 120x 250 cm in TNT dovrà essere in materiale SMS con membrana trasparente adesiva delle dimensioni di 15 x 15 cm con sacchetti raccolti liquidi delle dimensioni di 15x20 cm circa.

Per ciascuna fornitura l'Azienda al momento dell'ordine dei custom pack preciserà:

- se la larghezza della lama da inserire è di 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8 o 3.0 mm bevel up;
- se è da inserire una lama 22.5° o 30°;
- se è da inserire una lama bevel up (crescent bevel) o 20 gauge;
- se le copri manopole (manopole per movimenti elettromagnetici) da inserire sono per un microscopio Zeiss o Leica:


Il diametro dei 4 batuffoli di garza deve essere di circa 3 cm.

Preciso inoltre che:

- i batuffoli di garza sono tamponi di garza senza filo di bario;
- i copri manopole devono essere adatti a coprire le manopole per movimenti elettromagnetici dei microscopi Zeiss 200-210, Zeiss Lumera 700 o Leica 840 e possibilmente in polistirolo cartene;
- il vassoio deve aver le dimensioni di 15 cm x 25 cm circa e possibilmente in polistirolo cartene.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


 Dr. Charles Anthony Martorana
 Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
 P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 246 del 3/11/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti Sifi Medtech S.r.l relativo al lotto n. 57

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Sifi Medtech S.r.l. relativo al lotto n.57 preciso quanto segue:

verranno prese in considerazione le offerte in cui il bene proposto presenta le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 245 del 3/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della AMO ITALY S.R.L. relativo al lotto n. 43


Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Amo Italy S.R.L. relativo al lotto n.43 preciso quanto segue:

La voce lente biconvessa anteriore con toricità posteriore va sostituita con la dicitura **"lente biconvessa con toricità posteriore"**.

Similmente la dicitura profilo ottico biconvessa anteriore con fori di posizionamento va sostituita con la dicitura **"biconvessa con fori di posizionamento"**.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento


Protocollo interno n. 244 del 5/11/2014
Oggetto: richiesta chiarimenti Cam Hospital S.r.l. relativo al lotto n. 6

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Cam Hospital S.r.l. relativo al lotto n.6 preciso quanto segue:

i copri manopole per le manopole elettromagnetiche adatti a microscopio Zeiss o Leica preferibilmente dovranno essere in polistirolo cartene.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 243 del 3/11/2014


Oggetto: rettifica richiesta chiarimenti della Alfa Intes S.r.l. relativo ai lotti n. 8
Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Alfa Intes S.r.l. relativo al lotto n. 8 preciso quanto segue:

Lotto n. 8

Al fine di consentire la presentazione di un numero maggiore di offerte e quindi un prezzo di aggiudicazione più basso la voce 2 del lotto n. 8 relativo a verde di indocianina (tricarbocianina) priva di iodio (infracianina) fiale per uso endovenoso deve essere eliminato.

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento


Protocollo interno n. 242 del 3/XI/2014
Oggetto: richiesta chiarimenti della Alfa Intes S.R.L. relativo al lotto n. 40

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Alfa Intes S.R.L. relativo al lotto n.40 preciso quanto segue:

La staffa di supporto per il BIOM del OCCULUS è da applicare al Microscopio Zeiss Visu 200 o 210. La fornitura dovrà comprendere l'installazione ed il collaudo.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 241 del 31/10/2014

Oggetto: rettifica richiesta chiarimenti della Ellebi Medical S.r.l. relativo ai lotti n. 8


Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Ellebi Medical S.r.l. relativo al lotto n. 8 preciso quanto segue:

Lotto n. 8

Al fine di consentire la presentazione di un numero maggiore di offerte e quindi un prezzo di aggiudicazione più basso la voce 2 del lotto n. 8 relativo a verde di indocianina (tricarbocianina) priva di iodio (infracianina) fiale per uso endovenoso deve essere eliminato.

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 240 del 2/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della Eyes Future S.r.l. relativo ai lotti n. 8 e 32
Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Eyes Future S.p.A. relativo ai lotti n. 8 e n. 32 preciso quanto segue:

Lotto n. 8


Al fine di consentire la presentazione di un numero maggiore di offerte e quindi un prezzo di aggiudicazione più basso la voce 2 del lotto n. 8 relativo a verde di indocianina (tricarbocianina) priva di iodio (infracianina) fiale per uso endovenoso deve essere eliminato.

Lotto n. 32

La dicitura fornitura in service di n° 5 faco-vitrectomi per vitrectomia posteriore con le seguenti caratteristiche dovrà essere sostituita con la dicitura "n° 4 faco-vitrectomi per vitrectomia posteriore con le seguenti caratteristiche."

La suddetta dicitura deve essere intesa come intestazione del lotto 32.
Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 239 del 3/11/2014

Oggetto: chiarimenti e rettifiche da apportare alla gara triennale per la fornitura di materiale oculistico per le U.O.C. del bacino Occidentale

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure di aggiudicazione, al fine di evitare eventuali contenziosi e al fine di ridurre al minimo le richieste per chiarimenti reputo utile segnalarle alcune rettifiche e precisazioni da apportare alla gara in oggetto.

Lotto n. 8

Al fine di consentire la presentazione di un numero maggiore di offerte e quindi un prezzo di aggiudicazione più basso la voce 2 del lotto n. 8 relativo a verde di indocianina (tricarbocianina) priva di iodio (infracianina) fiale per uso endovenoso deve essere eliminato.


Lotto n. 32

La dicitura fornitura in service di n° 5 faco-vitrectomi per vitrectomia posteriore con le seguenti caratteristiche dovrà essere sostituita con la dicitura "n° 4 faco-vitrectomi per vitrectomia posteriore con le seguenti caratteristiche."

La suddetta dicitura deve essere intesa come intestazione del lotto 32.

Rimango a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.

Sciacca, 31/10/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca



REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottoressa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo Interno n. 260 del 4/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della AMO ITALY S.R.L. relativo al lotto n. 48

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Amo Italy S.R.L. relativo al lotto n.48 preciso quanto segue:

verranno accettate offerte in cui il materiale della lente non contiene filtro cromofobo ossia verranno accettate offerte esclusivamente per lenti bianche.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 4/11/2014



Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca