



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale Della Vittoria n. 321
CAP. 92100 CITTA' AGRIGENTO

A tutti gli interessati

Prot. N. 82163 del 13/11/2014

Oggetto: Fornitura di materiale specialistico per le UU.OO.CC. di Oculistica delle Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale- Comunicazione chiarimenti -

In relazione a quanto previsto nel disciplinare di gara della gara di cui all'oggetto, a riscontro dei chiarimenti richiesti fino alla data ultima del 07/11/14, di seguito vengono riportate le note del Responsabile tecnico ad evasione degli stessi:

- Prot. N. 262 del 06/11/14
- Prot. N. 263 del 06/11/14
- Prot. N. 264 del 06/11/14

In ordine ai seguenti quesiti, si comunica altresì:

Domanda: la percentuale (da inserire nell'offerta economica) si intende sul listino e/o sul prezzo a base d'asta indicato nel capitolato tecnico?

Risposta: si conferma che la percentuale di sconto si intende sul prezzo indicato a base d'asta.

Domanda: nel lotto n. 14 è richiesta la Punta Blak Flush protetta 20-23-25 gauge, si chiede di specificare se trattasi di materiale monouso o pluriuso.

Risposta: sentito il tecnico si conferma che le suindicate punte devono essere monouso.

Il Responsabile Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli



REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 261 del 06/11/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti della Carl Zeiss S.p.A. relativo al lotto n. 6

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Carl Zeiss S.p.A. relativo al lotto n. 6 preciso quanto segue:

- non verranno accettate offerte in cui in ciascun custom pack non siano presenti n. 2 copri manopole. I copri manopole devono essere adatti a coprire le manopole per movimenti elettromagnetici dei microscopi Zeiss 200-210, Zeiss Lumera 700 o Leica 840 e possibilmente in polistirolo cartene o similare.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 6/11/2014



Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo interno n. 263 del 6/11/2014

Oggetto: richiesta chiarimenti della Polimedica S.r.l. relativo al lotto n. 15

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Polimedica S.r.l. relativo al lotto n. 15 preciso quanto segue:

verranno accettate offerte in cui la ditta è in grado di fornire tutti i beni indicati nel lotto:


- Pinza monouso per membrana limitante interna con corpo manipolo in PVC e terminale in acciaio o equivalente
- Pinza monouso a cocodrillo con corpo manipolo in PVC e terminale in acciaio o equivalente
- forbice monouso verticale con corpo manipolo in PVC e terminale in acciaio o equivalente
- forbice monouso retta con corpo manipolo in PVC e terminale in acciaio o equivalente

In ciascun ordine verrà precisato il materiale richiesto e il calibro da 20,23, 25 o 27 gauge .

Poiché da indagini di mercato i prezzi dei suddetti beni sono simili e poiché il consumo dei singoli beni è sovrapponibile la ditta nel formulare l'offerta economica dovrà indicare il prezzo unico a cui intende offrire qualunque delle pinze o forbici indicato nel lotto richiesto dalla azienda acquirente.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 6/11/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca

REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
DISTRETTO OSPEDALIERO AG 2
P.O. GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA
U.O.C. di OCULISTICA
Direttore Dr. Charles Anthony Martorana

Dottorssa Cinzia Schinelli
Direttrice dell'U.O.C. Provveditorato
dell'A.S.P. di Agrigento

Protocollo Interno n. 864 del 6/11/2014


Oggetto: richiesta chiarimenti della Medisystem relativo al lotto n. 8

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Medisystem relativo al lotto n. 8 preciso quanto segue:
non verranno accettate offerte in cui la ditta non è in grado di fornire tamponante pesante per rotture inferiori e silicon solvente o F6H8.

Non si reputa opportuno per questa amministrazione l'estrazione dei suddetti beni dal lotto n. 8.

In ottemperanza all'incarico ricevuto.

Sciacca, 6/11/2014


Dr. Charles Anthony Martorana
Direttore dell'U.O.C. di Oculistica
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca