



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 2665 del 23.03.2017

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura urgente in noleggio temporaneo – 6 mesi con opzione per ulteriori 6 mesi – previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 4 ecotomografi per le UU.OO.CC. di Radiodiagnostica dei PP.OO. di Canicatti, Licata e Ribera, e UOC di Cardiologia del P.O. di Sciacca, con le specifiche tecniche di cui alla scheda allegata.

Si dà atto che la presente procedura ha la finalità di acquisire, tramite noleggio temporaneo, apparecchiature ecografiche di cui sopra, nuove o utilizzate (ex demo, ecc.) nelle more che venga definita la procedura ad evidenza pubblica per la fornitura in acquisto di ecotomografi (già in itinere).

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Specificare se viene offerta apparecchiatura nuova o utilizzata (ex demo, ecc.) perfettamente funzionante;
- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di noleggio temporaneo per 6 mesi – con opzione per ulteriori 6 mesi – relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo dell'assistenza tecnica del tipo full-risk (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo metaprodotto.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 28.03.2017.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara

SCHEDA TECNICA

N° 4 Ecotomografi

- ECOCOLORDOPPLER carrellato di ultima generazione predisposto per i seguenti metodi di visualizzazione/rappresentazione
 - B-mode
 - M-mode
 - DOPPLER continuo e pulsato
 - Color Doppler
- Predisposto per almeno le seguenti MODALITA' DI SCANSIONE:
 - Lineare elettronica
 - Convex
 - Microconvex
 - Phased Array
 - Di sonde endocavitarie elettroniche
- SISTEMA DI RIPRODUZIONE delle immagini a colori e B-N su carta termica e CD-RW
- Possibilità (del sistema) di trasferire dati e immagini secondo lo standard DICOM 3
- WORKSTATION per la refertazione e l'archiviazione delle immagini integrato nel sistema
- SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE: hard disk almeno 500 GB, DVD-RW e/o CD-RW per l'archiviazione delle immagini
- Possibilità di trasferire dati e immagini secondo lo standard DICOM 3 a stampanti e server DICOM per l'archiviazione
- MONITOR a colori ad alta risoluzione di almeno 17" non interfacciato
- CINE MEMORY capace di memorizzare fino ad almeno 1000 immagini
- Tutte le sonde devono essere MULTIFREQUENZA con almeno tre frequenze selezionabili
- Doppia immagine con tutte le sonde
- Valutazione dei tessuti con seconda armonica
- Banco di memoria adeguato per la gestione del looping delle immagini
- Frame rate il più elevato possibile
- Elevato numero di livelli di grigio visualizzabili
- Zoom di tipo panoramico con ingrandimento almeno 8x su tutta l'immagine
- Possibilità di collegare almeno tre sonde contemporaneamente
- Sistema dotato di Duplex mode
- Sistema dotato di Triplex mode che permetta la rappresentazione simultanea delle varie metodiche
- Il sistema deve essere dotato di elevato range dinamico (almeno di 100 dB)
- Ecografo predisposto per il collegamento in rete PACS
- Il sistema deve essere completo delle seguenti sonde:
 - per n° 3 ecotomografi
 - sonda lineare multifrequenza
 - sonda convex
 - per n° 1 ecotomografo
 - sonda lineare multifrequenza
 - sonda settoriale cardiologica