



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Responsabile istruttoria
Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 185912 del 12 ottobre 2017

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (Incubatrici da reparto).

Questa Azienda intende procedere alla fornitura urgente, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 9 Incubatrici da reparto per i punti nascita dei PP.OO. di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca, con le seguenti specifiche tecniche elaborate dal Responsabile dell'U.O. di Neonatologia con TIN del P.O. di Agrigento, unitamente all'ingegnere clinico:

INCUBATRICE DA REPARTO (TERMOCULLA)

possibilità approccio dai 4 lati

almeno 4 oblò di cui almeno 1 protetto da membrana ad iride

modulo pulsossimetria tecnologia masino indicante parametri termoculla peso neonato sao2 FC IP

tutti gli accessi (oblò/pannelli) a meccanismo silenzioso

gruppo ventola umidità/riscaldamento con rumorosità più bassa possibile dichiarare Db

impossibilità apertura incontrollata portelli di accesso

cassetto porta lastre accessibile senza aprire la termoculla

cortina d'aria per ridurre la diminuzione della temperatura nella culla

visibilità ottimale da tutti i 6 lati

camera di umidificazione estraibile e sanificabile con facilità

range umidità relativa temperatura 40 - 90%

pannelli interni facilmente smontabili e sanificabili senza cerniere, facilmente pulibili e sanificabili

filtro aria elettrostatico o similare

temperatura in servocontrollo cute e manuale T°aria tra 23 e 37°C iperT°sino39°C

dimensione materasso almeno 35x70 cm

cassetto porta corredo integrato

carrello ad altezza variabile con ruote pivotanti di almeno 10cm diametro con freno

allarmi temperatura-umidità livello acqua basso o assente-mancata alimentazione elettr.

O2 erogato servo e manuale con misuratore ossigeno presente in termoculla

allarmi FiO2 mancato flusso O2

saturatione O2

bilancia integrata con possibilità di pesata automatica

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 20.10.2017.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenute opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

**F.to Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr. Carmelo Pullara**