



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria 321 - Agrigento
Tel. 0922407407- 292 -118 -116 - 293 - 120
Fax 0922407119 - 211
Email - forniture@aspag.it
Prot. N. 33765 del 22/2/18

AVVISO VOLONTARIO TRASPARENZA

Affidamento della fornitura sistema monoblocco per chirurgia endoscopia spalla e ginocchio Arthrex occorrente alle Sale operatorie di Ortopedia PP.OO. Licata e Sciacca

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante. Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Viale della Vittoria , 321 - 92100- Agrigento

Oggetto del contratto: Affidamento della fornitura di n. 2 sistemi monoblocco per chirurgia endoscopia spalla e ginocchio Arthrex occorrente alle Sale operatorie di Ortopedia PP.OO. Licata e Sciacca

Modalità di acquisto Procedura negoziata affidamento diretto ex art 63, comma 2 lett. B.2 d.l.gs. 50/2016, che disciplinano le acquisizioni di beni e servizi senza pubblicazione di bando di gara, per ragione di natura tecnica in quanto in possesso di caratteristiche di unicità che dovrebbero escludere la concorrenza .

Denominazione e recapito dell'operatore economico individuato : Ditta Ge.Me.S. Srl - Via P Aragona 62 - Palermo

Il presente avviso è pubblicato sul sito web Aziendale www.aspag.it. al fine di verificare l'esclusività o meno della suddetta fornitura, ed ha valore di interpello del mercato di riferimento per conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire la fornitura descritta nella scheda tecnica allegata al presente avviso. In tal caso, l'operatore economico interessato dovrà far pervenire all'indirizzo pec forniture@pec.aspag.it entro il termine perentorio delle ore 14 del 5/3/2018 una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutte le utili informazioni tecniche atte a dimostrare " l'equivalenza funzionale " , nonché l'eventuale prezzo di mercato.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'operatore economico individuato, sopra indicato, costituisca l'unico fornitore del sistema di che trattasi, questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura.

Per ulteriori informazioni contattare Servizio Provveditorato tel. n.ro 0922/407116

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa *Loredana* Di Salvo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

SCHEMA TECNICA

Sistema monoblocco per riprese endoscopiche che visualizza, elabora e archivia immagini ad alta definizione

Il sistema deve essere controllato attraverso un tablet che centralizza da un'unica interfaccia di comando, tutte le sue funzioni.

Deve inoltre avere le seguenti proprietà:

- telecamera autoclavabile 4K con risoluzione di 2106x3840 pixel; tale risoluzione deve essere espressa attraverso la presenza di un numero di pixel maggiore di quattro volte rispetto agli standard full HD che consente di migliorare anche la risoluzione percepita della profondità. La scala dei colori del 4K (10 bit) deve essere aumentata di 64 volte rispetto al full Hd (8 bit) per consentire la riproduzione dei colori in modo naturale in qualsiasi tipo di chirurgia.
- Fonte luminosa con tecnologia LED per una eccellente luminosità; la fonte deve essere costituita da centinaia di fibre di alta qualità per massimizzare la trasmissione della luce e prevenire accidentali rimozioni della fonte di luce.
- Multi attacco per le fibre ottiche più in uso
- cattura immagini e video full Hd nel formato JPG – BMP – Video MP4 con possibilità di salvataggio su porta Usb, iPad, rete (server aziendale), HD interno da 128 Gb.

Il sistema deve potersi connettere alla rete aziendale o ad un sistema Wireless con il proprio indirizzo IP e rendere possibile la trasmissione, in tempo reale, delle immagini in modalità streaming ad ogni utente remoto autorizzato per consentire la visualizzazione delle immagini trasmesse sia dentro che fuori dalla struttura ospedaliera.

Le immagini così trasmesse devono potere essere visualizzate su dispositivi smart come iPad e iPhone.

Tramite l'utilizzo dell'iPad si devono potere rivedere, modificare, annotare scarti e le registrazioni video, oltre a poterle creare e trasmetterle via e-mail istantaneamente o stamparle con apposita stampante a colori che deve essere a corredo del sistema.

Il Monitor 4K deve presentare una zona nella quale devono essere visualizzati i parametri di settaggio degli altri accessori della colonna tipo shaver, pompa, radio frequenza.

Il tutto deve essere corredato da tre ottiche a 30° compatibili con la tecnologia 4K per chirurgia endoscopica di ginocchio e spalla.