



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto
Telefono 0922 407268 – 407145
FAX 0922 407119

PROT: n. 95817 del 07 giugno 2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere alla fornitura, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa, di n. 1 emogasanalizzatore per U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Agrigento, aventi le specifiche tecniche elaborate dal Direttore della predetta UO di cui alla scheda tecnica pubblicata, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it.

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- prezzo nell'ipotesi di noleggio temporaneo (6 mesi + 6 mesi), e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk per tutta la durata del noleggio;
- prezzo di acquisto del materiale di consumo necessario al corretto funzionamento dell'attrezzatura proposta, specificando se trattasi di materiale dedicato oppure reperibile sul libero mercato;
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- prezzo nell'ipotesi di fornitura in *service* per 5 anni, comprendente le seguenti prestazioni:
 - o fornitura del materiale di consumo;
 - o fornitura dell'attrezzatura con assistenza tecnica full-risk per tutto il periodo .


Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 14 giugno 2018.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.



Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Presidio Ospedaliero di Agrigento
Unità operativa di Anestesia-Rianimazione e Terapia Antalgica
Direttore FF dott Antonio Marotta

Al Servizio Provveditorato
ASP 1 Ag

Oggetto : Acquisizione Emogasanalizzatore da banco

Si richiede acquisizione in Service per il reparto di Rianimazione del PO di Agrigento, come da richiesta effettuata il 21.09.2017, un Emogasanalizzatore , apparecchiatura tecnologicamente all'avanguardia ,per sopperire alle esigenze di reparto per la gestione ordinaria e d'urgenza dei pazienti.

La suddetta apparecchiatura deve avere le seguenti caratteristiche minime:

l'apparecchiatura deve essere in grado di determinare (con misura diretta su sangue intero) tutti i seguenti parametri con un unico campionamento:

pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Glucosio, Lattato, Hct, tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO₂, tBili

con la possibilità di poter determinare i seguenti parametri:

TCO₂, BEecf, BE(B), Ca⁺⁺(7,4), Anion Gap, P/F Ratio, pAO₂, CaO₂, CvO₂, P50, O2cap, ctO₂, sO₂m, sO₂(c), HCO₃⁻ std, HCO₃⁻ (c), RI, CcO₂, a-vDO₂, A-aDO₂, paO₂/pAO₂, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct (c), pH, pCO₂, pO₂ COHb MetHb alla temperatura del paziente.

Volume minimo del campione richiesto nel dispositivo di prelievo di **65µL** per l'esecuzione dei parametri pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Glu, Lac, Hct (solo da capillare).

Deve eseguire l'analisi di sangue intero da provetta, siringa o capillare dal medesimo ingresso. deve permettere il campionamento automatico in aspirazione senza alcuna necessità di adattatori.

L' analizzatore sono deve essere autocalibrante e della tipologia a cartuccia multitest il cui normale utilizzo si basa sull'impiego di una sola cartuccia multiuso.

Zero deve essere l'esposizione degli Operatori a parti contaminate per la gestione di ogni strumento in quanto le parti strumentali in contatto con liquidi biologici (elettrodi, tubi, pompe peristaltiche, contenitore reflui etc.) devono essere contenute nella cartuccia multiuso, ermetica, sigillata e di periodica sostituzione.

Anche il sistema di campionamento integrato nella cartuccia unica utilizzato dal sistema, costituito da una sonda tronca, deve essere autopulente e non necessitare di alcun tipo di intervento manuale di pulizia o sostituzione che comporti rischio biologico per l'operatore.

Deve essere dotato di sistema di inserimento dei dati del paziente e operatore a mezzo codice a barre e dotato di stampante incorporata. La durata dell'analisi deve essere inferiore ai 50 secondi. La durata del ciclo analitico tra due campioni successivi, da pronto a pronto, è di 125 secondi, comprensivo anche di un Controllo di Qualità completo iQM2.

Materiale di consumo annuo

- 14 Cartucce di misurazione 450 test da durata utile 28 giorni
- 84 rotoli di carta termica
- 7500 Siringhe eparinate
- Fiale di controllo di Qualità e Calibrazione da effettuare ogni cambio cartuccia

Agrigento 28.03.2018

Il Direttore FF
Dott. Marotta Antonio
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - AC1
Osp. S. Giovanni Di Dio Agrigento
Direttore FF U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Dott. Antonio Marotta
C. ENPAM 300033892 E
Cod. Fisc. MRT NTN 53D25 D514 X