



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collaboratore Amm.vo)

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel.: 0922 407279

Fax: 0922 407211

Email: giuseppe.palumbo@aspag.it

forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

Prot. n. 24004 del 06.02.2020

Spett. Ditta **SITO AMMINISTR.
TRASPARENTE**

Oggetto: Indagine di mercato.

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, all'acquisto di n. 20.000 sacchetti per il trasporto di kit per il programma Screening Ca colon retto, le cui caratteristiche vengono specificate nell'allegata scheda tecnica redatta dalla referente del Centro Gestionale Screening richiedente e pubblicate, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a formulare, **entro e non oltre 14/02/2020**, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: forniture@pec.aspag.it, apposito preventivo di spesa, indicando:

- ✓ Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- ✓ Indicazione del codice CND;
- ✓ Pezzo unitario di acquisto, franco destino;
- ✓ Dichiarazione se l'articolo proposto è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi, è finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza.

E' pubblicata sul sito web aziendale al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito, si segnala che non saranno prese in considerazione generiche attestazioni di impossibilità a concorrere, senza l'esatta descrizione ed indicazione degli eventuali motivi ostativi accompagnata da idonea documentazione a supporto e suggerimento tecnico, pur sempre nel rispetto del principio di concorrenza. L'assenza di osservazioni/rilevi sulle specifiche tecniche farà ritenere le specifiche tecniche medesime generiche e dunque in grado di garantire la massima concorrenza in fase di indizione della relativa procedura di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni vanno inoltrate **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo mail o a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica indicati in intestazione, a cui sarà data pronta risposta.

Il Coll. Amm.vo
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr.ssa Lorenzana Di Salvo



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Epidemiologia
Centro Gestionale Screening
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Referente CGS: 0922/407163
Operatori CGS: Tel. 0922/407170-161-538
Fax: 0922/407162
screening.aspag@gmail.com
screening@pec.aspag.it

Protocollo Numero 193992 del 19/11/2019

AL Responsabile Provveditorato
Asp Agrigento

OGGETTO: Richiesta acquisto 20.000 sacchetti per il trasporto di campioni biologici Screening
Colon-Retto

Si chiede l'acquisto di n° 20.000 (VENTIMILA) sacchetti per il trasporto dei Kit per il programma screening Ca colon - retto aventi le seguenti caratteristiche:

- in polietilene trasparente;
- idonei per il trasporto di campioni particolari o di provette;
- con stampigliatura "BIOHAZARD";
- completi di tasca esterna per la documentazione da allegare al campione;
- con chiusura ermetica con banda a pressione a tenuta di liquido;
- in ottemperanza al Sistema di Qualità ISO 9001:2000;
- di dimensioni : 30x42 (dimensioni indicative)

La Referente del Centro Gestionale Screening
Dott.ssa Angela Matina



Il Direttore U.O.C.
Servizio Epidemiologia
Dott.ssa Girolama Bosco