



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo  
Telefono : 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

### Chiarimenti e ulteriore differimento termini.

Oggetto: Procedura di gara telematica, a mezzo RDO/MEPA n. 2536358, per l'acquisto, in somministrazione triennale, di materiale sanitario di consumo per apparecchiature elettromedicali da destinare all'U.O. di Neurologia del P.O. di Agrigento.  
Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano i chiarimenti resi a seguito di quesiti posti da alcune ditte:

D. 01) Nel punto 3 del lotto 3 si parla di Stimolatori a "Manipolo", mentre nel punto 4 si parla di Stimolatori "a Forchetta". Poiché è per molti invalsa la convenzione di ritenere equivalenti le due dizioni, si chiede di chiarire meglio natura e differenze dei due elementi richiesti.

R. 01) Lo Stimolatore a "Forchetta" è caratterizzato da una impugnatura più grande e lunga rispetto a quello a "Manipolo"

D. 02) Desideriamo richiedere un chiarimento in merito alla Vostra richiesta nella documentazione tecnica da presentare: "4. Dichiarazione resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che l'attrezzatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia, con obbligo di indicazione della normativa stessa". Si chiede se, in caso di Produttore estero, tale dichiarazione sia obbligatoria, in quanto riferita a norme italiane e non al Paese di produzione. Si chiede, inoltre, di specificare per quale normativa specifica la dichiarazione è richiesta.

R. 02) Si conferma richiesta Dichiarazione del produttore di costruzione a regola d'arte.

D. 03) E' stata prevista in procedura solo l'"Offerta Economica (fac-simile di sistema)" a corpo, sebbene il lotto 1 e il lotto 3 si componga di varie voci, con prezzi differenti per articolo e quantità. Per tale motivo si chiede di prevedere un campo dove poter caricare anche il dettaglio per lotto dei prezzi analitici.

R. 03) L'Operatore Economico può offrire un prezzo a corpo. Sarà cura di questa Stazione Appaltante richiedere dettaglio prezzi all'aggiudicatario.

In relazione agli odierni chiarimenti, si ritiene opportuno il differimento del termine per la richiesta di chiarimenti, che viene prorogato alle ore 18.00 del 30/03/2020, e del termine per la presentazione delle offerte, che viene prorogato alle ore 14.00 del 06/04/2020.

Agrigento, 26/03/2020

D'Ordine del  
Direttore U.O.C. Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo

Il Coll. Amm.vo Prof.le  
Dr. Giuseppe Palumbo