



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Ufficio acquisizione beni e servizi non sanitari e conto capitale
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Allegato alla nota PROT: n. 50924 del 25 marzo 2020

Oggetto: Indagine di mercato (acquisto urgente n. 1 lavabo e n. 2 lampade scialitiche mobili per sala operatoria dedicata covid 19 P.O. Agrigento).

SPECIFICHE TECNICHE

- A) LOTTO 1 N. 1 Lavabo per chirurgo interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite, spessore lamiera 12/10 vasca sagomata tipo sospesa a 2 posti larghezza 1200mm., con alzatina dotata di erogatori. Spigoli arrotondati e bordi antitaglio. Gli erogatori dell'acqua sono richiesti di tipo manuali con miscelatore a leva clinica. Distributori con comando a gomito di sapone liquido e disinfettante in acciaio inox a leva clinica manuale da 500ml, e n. 1 dispenser in acciaio inox per almeno 10 spazzole disinfettanti. Il lavabo deve essere corredato da dispositivo appoggiato microforato e scorrevole idoneo per la prima decontaminazione dello strumentario chirurgico. Si richiede fornitura, consegna e installazione a parete presso apposito locale della sala operatoria dedicata covid 19 presso il P.O. di Agrigento.
- B) LOTTO 2 N. 2 Lampade scialitiche ad alta tecnologia di illuminazione, mediante LED, con vita utile pari ad almeno 50000 ore. Montata su stativo a 4 ruote con alimentatore integrato sullo stesso stativo o alla sua base. Potenza luminosa pari ad almeno 100.000 lux ad 1 m. di distanza dal campo di intervento. Diametro del campo luminoso regolabile tramite impugnatura, da un minimo di circa 15 cm. a circa 25 cm. Corpo lampada circolare o ellittica di dimensione non inferiore a 40 cm. Lampada leggera, ergonomica e facilmente manovrabile sia tramite maniglie che tramite impugnatura sterilizzabile, con braccio possibilmente snodabile. Illuminazione in profondità al 20% pari ad almeno 130 cm. Aumento della temperatura sia nella zona testa che sul campo operatorio inferiore ad 1°C. Temperatura del colore pari a circa 4300 K. Indice di riproduzione del colore, Ra, pari ad almeno 95. Dotata di comando elettronico per la variazione dell'intensità luminosa in almeno 4 step. Igiene facilmente mantenibile, assenza di spigoli ed incavi. Presenza di manipolo sterilizzabile rimovibile. È richiesta la fornitura di n. 4 manipoli sterilizzabili per ciascuna lampada.