

Alla cortese attenzione della Responsabile dell'Ufficio Provveditorato dell'ASP 1

Materiale monouso per dialisi extracorporea, , necessari alle UU.OO. di Nefrologia e Dialisi presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Fornitura del materiale di consumo presso U.O. di Nefrologia e Dialisi di Agrigento e di Sciacca.

La fornitura del materiale urgente ed indifferibile necessario per i trattamenti sostitutivi emodialitici eseguiti nei Reparti di Rianimazione ed UTIC ed indispensabili per garantire in isolamento le sedute dialitiche ad eventuali pazienti acuti o cronici affetti da coronavirus

Trattamenti continui CRRT

Trattamenti continui 12-24 h su pazienti affetti da insufficienza renale acuta, ad alto rischio clinico

(gravemente malati, ventilati meccanicamente, immobilizzati, necessità di cure intensive ecc..)

La fornitura in noleggio, nelle quantità indicate nella tabella riepilogativa, di apparecchiature, nuove di fabbrica, completamente automatizzate, di ultima generazione, tutte configurate allo stesso livello

hardware e software con le caratteristiche sotto riportate di cui:

Monitor per trattamenti sostitutivi della funzione renale

Per trattamenti continui: SCUF-CVVH-CVVHD-CVVHDF-TPE-HP

Reinfusione Pre e Post diluizione contemporaneamente in CVVHDF

Pompe peristaltiche: 5 (sangue, dialisato, reinfusione, effluente, citrato). Bilance:

4 (dialisato, effluente,

reinfusione, citrato). Video touch-screen. Dispositivo antielettrostatico per evitare interferenze con

Kit totalmente pre-assemblato (linee, filtro, sacche raccolta effluente) con linee identificate da

codice colore. Utilizzo di membrana in grado di assorbire l'eparina per ridurre la somministrazione di anticoagulante durante la terapia.

Utilizzo di Kit per metodiche di sostituzione renale dotate di capacità di adsorbimento di endotossine e citochine.

Utilizzo di membrana ad alto cut-off >45Kda per la rimozione continua dei mediatori degli stati

infiammatori.

Utilizzo di filtro in carbone attivo ricoperto di cellulosa per trattamenti di Emoperfusione.

Scoagulazione con sodio citrato con soluzioni isotoniche < di 140 mmol/l di sodio; l'utilizzo del citrato

deve consentire la massima fruizione delle potenzialità dell'apparecchiatura.

Riscaldatore flusso sangue. Eliminazione aria e schiuma dal circuito extracorporeo con procedura

automatizzata non invasiva. Sistema per la tracciabilità dei Kit per la corretta impostazione dei parametri consentiti.

A corredo del monitor deve essere prevista la fornitura dei seguenti kit nelle quantità indicate nella tabella

riepilogativa:

Kit per metodiche di sostituzione renale dotate di capacità di adsorbimento di endotossine e citochine. di cui:

Kit totalmente preassemblato con membrana in copolimero acrilonitrile - sodio metallil sulfonato (linee, filtro, sacche raccolta effluente) con linee identificate da codice colore. L'utilizzo di tale Kit deve

consentire la contemporaneità dell'esecuzione del trattamento sostitutivo della funzione renale nella

metodica di CVVHDF in pre e post diluizione simultaneamente e deve avere capacità di adsorbimento delle endotossine.

Kit per l'esecuzione dei trattamenti di CRRT di cui:

Kit totalmente preassemblato con membrana in copolimero acrilonitrile-sodio metallil sulfonato

(linee, filtro, sacche raccolta effluente) con linee identificate da codice colore.

La membrana deve essere in grado di adsorbire l'eparina per ridurre la somministrazione di anticoagulante durante la terapia.

Soluzione infusione da utilizzare come reinfusione e/o bagno dialisi in sacca doppia da 5 litri

con tampone in bicarbonato.

Soluzioni infusionali contenenti sodio citrato.

Soluzione anticoagulante isotonica < di 140 mmol/l di sodio in sacca da 5 litri

Kit per plasmaferesi terapeutica completo di tutte le linee per plasmaferesi terapeutica con

dializzatori a fibre cave con membrana in polipropilene con superficie da 0,15 e 0,35 mq.

Kit per la rimozione continua dei mediatori degli stati infiammatori.

Utilizzo di membrana ad alto cut-off >45Kda per la rimozione continua dei mediatori degli

stati infiammatori.

Az. San. Prov.le. Agrigento
Pres. Osp. S. Giovanni Di Dio
Dr. Luigi Campo AG-3756
U.O.G. di Nefrologia e Dialisi
Cod. Enpam 3000255771N000