



OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO  
U.O. DI CARDIOLOGIA/UTIC/EMODINAMICA  
DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE CARAMANNO

All'attenzione del dott. G. Sanfilippo

Oggetto : richiesta d'acquisto di n. 2 defibrillatori

Di seguito le caratteristiche delle apparecchiature in oggetto

Monitor/Defibrillatore
1. Adatto a pazienti adulti, pediatrici;
2. Apparecchiatura portatile di dimensioni compatte;
3. Peso non superiore a 8 Kg (batterie incluse);
4. Dotato di maniglia per il trasporto;
5. Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica;
6. Forma d'onda bifasica;
7. Dotato di display a colori di almeno 6,5 pollici per la visualizzazione delle forme d'onda, dei valori numerici e dei messaggi;
8. Deve essere in grado di adattare la forma d'onda erogata all'impedenza toracica del paziente;
9. Deve disporre della funzione di cardioversione sincronizzata;
10. Livello di energia regolabile in accordo alle linee guida European Resuscitation Council (ERC) vigenti;
11. Deve essere possibile selezionare diversi livelli di energia erogabili ad almeno 200 J;
12. Deve essere dotato della funzione autotest per il controllo periodico dell'apparecchiatura;
13. Rilevazione ECG con cavo, almeno, a 3 ed a 5;
14. Regolazione ampiezza ECG;
15. Allarmi sia visivi sia acustici, così come previsto dalle normative vigenti;
16. Funzionamento sia a rete sia a batteria;
17. Batterie ricaricabili con elevata autonomia;
18. Tempo di carica alla massima energia inferiore a 10 secondi;
19. Software in lingua italiana;
20. Memoria dati paziente, eventi e tracciati;
21. Memoria dei trend elevata e dei tracciati relativi alle defibrillazioni;
22. Aggiornamento dell'apparecchiatura in relazione all'evoluzione dei protocolli di defibrillazione;
23. Dotato di interfacce seriali per l'esportazione di dati verso dispositivi/supporti hardware esterni;
24. Piastre esterne per pazienti adulti e pediatrici;
25. Elevato grado di resistenza agli urti, vibrazioni e ingresso liquidi nel defibrillatore;
26. Dotato di stampante termica integrata;
27. L'apparecchiatura dovrà essere fornita completa di: <ul style="list-style-type: none"><li>• N. 1 modulo SpO2, N. 1 modulo NIBP;</li><li>• N. 1 modulo pacemaker esterno;</li><li>• N. 2 piastre paediatriche</li></ul>

Agrigento 08/09/2020

Dott. Giuseppe Caramanno