



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**
Istruttore: **Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)**
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata, a mezzo RdO/Mepa aperta n. 2747838, per l'affidamento della fornitura, in tre lotti, di strumentazione per la verifica dell'erogazione della dose in radioterapia, da destinare all'UO di Fisica Sanitaria, Fisica medica e Radioprotezione del PO di Agrigento, per l'adeguamento al D. Lgs. 101/2020.

Chiarimenti.

Si pubblicano chiarimenti tecnici resi dal Direttore UO di Fisica Sanitaria, Fisica medica e Radioprotezione del PO di Agrigento.

- D. 01) In riferimento alla richiesta contenuta nel punto 7 del lotto A e nel punto 9 del Lotto B, relativa alla posa del cablaggio dalla sala controller alla sala bunker, si chiede di specificare se è già presente un foro passacavi tra le suddette sale.
- R. 01) In merito alla richiesta contenuta nel punto 7 del lotto A e nel punto 9 del Lotto B, relativa alla posa del cablaggio dalla sala controller alla sala bunker, si precisa che è presente un foro passacavi tra le suddette sale.
- D. 02) In riferimento alla richiesta contenuta nel punto 4 del lotto C, si chiede di specificare per quante energie di fotoni è richiesta la possibilità di fornire un piano calcolato con un diverso algoritmo.
- R. 02) In merito alla richiesta contenuta nel punto 4 del lotto C, si specifica che la possibilità di fornire un piano calcolato con un diverso algoritmo, è richiesta per due energie di fotoni (6-15 MV)
- D. 03) In riferimento al lotto C, si chiede di confermare che l'hardware (server) per la gestione dei dati del sistema richiesto debba essere incluso in fornitura o se il centro disponga già di hardware adeguato.
- R. 03) Si conferma che l'hardware per la gestione del sistema richiesto debba essere incluso in fornitura.
- D. 04) In riferimento al lotto B, si chiede se la matrice richiesta debba consentire anche la verifica di piani con tecniche volumetriche, oltre che di piani conformazionali e IMRT.
- R. 04) Si precisa che la matrice debba consentire la verifica di piani conformazionali e IMRT

Il Coll. Amm.vo e Rup
Dr. Giuseppe Palumbo

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco