



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

**Servizio Provveditorato**

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funziario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

pec – [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

email: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Prot. 50862 del 19-03-2021

Alla Ditta

---

---

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura di dispositivi e sistemi di somministrazione enterale per la distribuzione diretta come da allegato capitolato tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato dei prodotti da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 26/03/2021 a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando prezzo unitario di mercato e specifiche tecniche dei prodotti offerti.

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegata scheda tecnica al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr. Oreste Falco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

CAPITOLATO TECNICO

- 1) Deflussore universale per nutripompa destinato alla somministrazione per via enterale di nutrienti, (fluidi, farmaci). Marchio CE/ conformità d.lgs 46/97.  
Classe di appartenenza e numero di repertorio. Connessioni universali a qualunque contenitore di alimenti enterali ( sacche, bottiglie a collo stretto, flaconi a collo largo, con tappo a vite, con perforatore Spike, ecc...). Connessione Enfit per sonde enterali, incompatibile con i sistemi di infusione endovenosa. Filtro d'aria antibatterico. Facile sistema per alloggiamento alla pompa che assicuri precisione ed accuratezza della somministrazione. Sistema di sicurezza che eviti il flusso libero. Confezionamento sterile con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti. Lunghezza del set da 200 cm
- 2) Deflussori con sacca sterile per nutripompa in EVA o altro materiale privo di ftalati. Comprensivi di connessione Enfit per sonde enterali, incompatibile con i sistemi di infusione endovenosa. Marchio CE/ conformità d.lgs 46/97. Classe di appartenenza e numero di repertorio. conformi allo standard UNI EN 1616: 2001. Riempimento dall'alto ed anello di sospensione. Volumeda 1,5Lt a 2 Lt. Confezionamento sterile con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti. Le sacche, devono riportare una serigrafia che consenta di annotare i dati del paziente, il contenuto della miscela, la data e la velocità di somministrazione. Riportare una serigrafia verticale tale da consentire una valutazione del volume. Devono essere compatibili con le diete per nutrizione enterale e la compatibilità deve essere certificata nella scheda tecnica. Lunghezza del set da 200 cm
- 3) Deflussori per nutripompa a doppia via con marchio CE/ conformità d.lgs 46/97. Classe di appartenenza e numero di repertorio. Conformi allo standard UNI EN 1616: 2001. Privi di lattice e ftalati. Connessioni universali a qualunque contenitore di alimenti enterali ( sacche, bottiglie a collo stretto, flaconi a collo largo, con tappo a vite, con perforatore spike). Filtro d'aria antibatterico. Facile sistema per alloggiamento alla pompa che assicuri precisione ed accuratezza della somministrazione. Sistema che eviti il flusso libero. Confezionamento sterile con metodo di sterilizzazione indicato e conforme alle norme vigenti Lunghezza del set da 200 cm
- 4) Deflussori con sacca sterile a doppia via. Marchio CE/ conformità d.lgs 46/97. Classe di appartenenza e numero di repertorio In EVA o in altro materiale privo di ftalati. Conformi allo standard UNI EN 1616:2001. Volume da 1.5Lt a 2 Lt Lunghezza del set da 200 cm
- 5) Sacche e contenitori per pompa infusionale. Sacca Semi-rigida con capacità da 0,5 a a 1 Lt, con tappo a vite e taoppo per pck, compatibile con tutti i deflussori universali

N.B. CON LA FORNITURA DEI SOPRAINDICATI PRODOTTI SARANNO RICHIESTE AD USO GRATUITO LE RELATIVE NUTRIPOMPA NEI QUANTITATIVI CHE SARANNO INDICATI NELLA GARA.