



ASP  
AGRIGENTO  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. n. 2781254 – per la fornitura urgente, in 2 lotti, di attrezzature sanitarie per varie UU.OO. dell’ASP di Agrigento (Codice gara 8109434). CHIARIMENTI.

Si rendono noti i seguenti chiarimenti a seguito di quesiti formulati:

- 1) Quesito: in riferimento al punto 4 delle condizioni particolari di contratto, si chiede se tale dichiarazione può essere sostituita dalla dichiarazione di conformità del produttore dalla quale si evince che il bene è costruito a regola d'arte e che è conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/EEC.  
Risposta: Si conferma la richiesta di cui al punto 4 del documento Condizioni particolari di contratto.
- 2) Quesito: Spett.le Azienda, in merito al lotto 1 è prevista la formazione del personale sanitario presso la VS sede? Cordialmente.  
Risposta: Si chiarisce che è richiesta la formazione in house del personale utilizzatore dei beni (vedasi paragrafo “Oggetto della presente fornitura” pag. 3 del documento Condizioni particolari di contratto).
- 3) Quesito: Quesito riportato in allegato.  
Risposta: Si confermano le caratteristiche tecniche richieste nel documento Condizioni particolari di contratto.
- 4) Quesito: Non ci è chiaro se il lotto 1 deve includere anche un carrello o se deve considerarsi e offrire solo l'aspiratore Grazie.  
Risposta: Si chiarisce che oggetto di fornitura è solo l'apparecchiatura e quindi per il lotto 1 solo l'aspiratore chirurgico e per il lotto 2 solo il defibrillatore.

Si precisa che, stante la particolare urgenza di acquisire le attrezzature oggetto della procedura di che trattasi, si conferma il **termine di presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 15 aprile 2021**.

Le ditte offerenti sono tenute a restituire la presente debitamente firmata per presa visione ed accettazione, da inserire nello spazio previsto per il documento “Copia Condizioni particolari di contratto” Busta amministrativa.

Si evidenzia che la presente viene pubblicata sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), sul sito web [www.aspag.it](http://www.aspag.it), con valore di notifica per tutte le ditte interessate.

Agrigento, 13.04.2021

Il RUP  
Dr. Giuseppe Sanfilippo

Il Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco

**IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENUTE NEL DOCUMENTO  
"CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO" RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 2 -  
ACQUISTO DI N. 13 DEFIBRILLATORI PER VARIE UU.OO.:**

- PUNTO 17 - Si richiede "*Memoria dati paziente, eventi e tracciati*" - Si chiede di chiarire se la memoria relativa ai dati paziente, gli eventi ed i tracciati debba essere visualizzata direttamente sul display del defibrillatore, con possibilità di ri-stampa in fase successiva all'evento (ossia durante la visualizzazione post-intervento). A tal proposito nel caso in cui tale richiesta fosse positiva si chiede di chiarire se saranno accettate soluzioni equivalenti, come la visualizzazione in maniera esterna al defibrillatore, ossia a PC, e se in tal caso debba essere fornito il software per la corretta visualizzazione (software di visualizzazione eventi proprietario del produttore della apparecchiatura) e relativo PC portatile/Tablet su cui installarlo per visualizzare gli eventi/tracciati memorizzati. A tal proposito, in caso di Vostra risposta positiva si chiede di chiarire se dovranno essere forniti tanti sistemi hardware e software (in mancanza della possibilità di visualizzazione direttamente sul display del defibrillatore) nella medesima quantità del numero di apparecchiature richieste, in considerazione che non andranno tutte nello stesso reparto;