

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo (Collab. Amm.vo)
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel.: 0922 407279
Fax: 0922 407211
Email: giuseppe.palumbo@aspag.it
forniture@aspag.it
Pec: forniture@pec.aspag.it

Oggetto: Procedura negoziata – tramite RDO/ME.PA. aperta n. 2887116 -per l'affidamento della fornitura, in somministrazione quadrimestrale (contratto ponte) ed in quattro lotti, di "Ausili per l'incontinenza" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.

Chiarimenti

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano i chiarimenti resi dal Direttore UOC Farmacia del PO di Agrigento a seguito di quesiti posti da alcune ditte:

D.01 Lotto 2. Per i pannoloni a mutandina viene richiesto il rilevatore di umidità con "... meccanismo a viraggio ...". Sul mercato esistono due tipologie di indicatore di cambio: una definita "a scomparsa" (utilizzando un inchiostro atossico che a contatto con soluzioni acquose scompare per diluizione) ed una "a viraggio del colore" (le colle utilizzate per la formazione della/e righe cambiano colore a contatto con soluzioni acquose, solitamente dal giallo al verde/azzurro). Si chiede conferma che siano parimenti accettate e valutate le due tipologie.;

R.01 Il rilevatore di umidità deve avvenire con un meccanismo di viraggio del colore, in quanto il cambio di colore (verde/azzurro) permette all'operatore sanitario di individuare più facilmente il momento in cui deve avvenire il cambio pannolone/pannolino

D.02 Lotto 2. Sempre per i pannoloni a mutandina viene richiesta la presenza di una "lozione" dermoprotettiva. Si chiede che sia parimenti accettata e valutata la presenza di aloe non solo in forma di crema/lozione, ma anche mediante l'utilizzo di un tnt pretrattato dove il preparato dermoprotezione è fissato al tessuto non tessuto nella fase di idrofilizzazione del semilavorato.

R.02 Si accetta la presenza di aloe solo in forma di crema lozione.


D.03 Per la taglia dei pannoloni per adulti, quali sono le misure richieste? Oltre alla richiesta che siano con circonferenza superiore a 110 cm. Inoltre volevo chiedere quale sia l'assorbente richiesta in ml.

R.03 Considerato che ogni ditta ha i suoi riferimenti di taglia, l'esigenza di questo P.O. è quella di avere una misura grande, per cui si può stabilire un range di circonferenza vita che va dai 110 cm ai 150 cm. L'assorbente in ml deve essere \geq a 2400 ml

D.04 Sono qui a richiedere il seguente chiarimento sulla richiesta di presenza di lozione/crema dermoprotettiva ad azione lenitiva contenente aloe vera nei pannoloni/pannolini. E' un refuso o è una richiesta indispensabile?

R.04 La lozione/crema dermoprotettiva ad azione lenitiva contenente aloe Vera è una richiesta indispensabile

Il Coll. Amm.vo e RUP
Dr. Giuseppe Palumbo



Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dr. Oreste Falco
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirrò

