



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

UOC Provveditorato

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Tel. 0922407116

Fax 0922407211

Funziario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. 162273 del 16/09/2021

Alla Ditta

---

---

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di gara per la fornitura di microscopio per Ambulatorio O.R.L. Po Agrigento avente caratteristiche indicate nell'allegato capitolato tecnico

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del prodotto da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 27/09/2021 a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche indicate nell'allegato capitolato tecnico al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione delle descrizione tecniche.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

Dr. Oreste Falco



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO PER  
AMBULATORIO ORL DEL P.O. DI AGRIGENTO**

L'apparecchiatura deve essere nuova di fabbrica, di ultima generazione e dotata di tutti i cavi e gli accessori necessari per il corretto funzionamento.

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE**

- Microscopio ORL da utilizzare in ambulatorio sia per attività diagnostiche sia per piccoli interventi afferenti il distretto dell'orecchio esterno o medio;
- Stativo mobile da pavimento a freni meccanici a regolazione fine per tutti gli assi di rotazione con freno staccabile;
- Base stabile simmetrica e compatta, dotata di ruote girevoli su 360° ed in grado di consentire l'assoluta stabilità anche nelle posizioni estreme senza sbilanciamenti;
- Braccio rotabile intorno alla colonna e soprattutto con ampio allungamento che consenta il posizionamento in qualunque punto;
- Corpo ottico compatto dotato della minore distanza possibile tra oculari ed obiettivo per una perfetta ergonomia di lavoro nei vari approcci operatori. Rotazione intorno all'asse di almeno 300°;
- Tubi binoculari a inclinazione variabile dotati di dispositivo per la regolazione della distanza interpupillare;
- Oculari grandangolari 12,5x dotati di compensazione diottrica per i portatori di occhiali (+5/-5);
- Sistema ottico con base stereo di circa 24 mm, deve garantire la massima profondità di campo e la massima luminosità possibile su un campo di lavoro;
- Obiettivo multifocale con distanza di lavoro variabile compresa tra almeno 200 mm e almeno 300 mm;
- Selettore di ingrandimento manuale apocromatico con indice di ingrandimento 1:6;
- Funzioni di reset con interruttore limitazione luce on/off;
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite una manopola sul corpo ottico con possibilità di spegnimento;
- Sorgente di luce con illuminazione a doppio LED, coassiale, con una durata media di almeno 50.000 ore;
- Adattatore video integrato per il collegamento di fotocamere esterne ad attacco a C con lunghezza focale delle ottiche  $f=55$  mm;
- Superficie dello stativo antimicrobica;
- Filtro UV: illuminazione a LED senza raggi UV e IR;
- Videocamera full HD con sistema di registrazione su SD card;
- Monitor full HD a colori da almeno 20".

**GARANZIA FULL RISK PER 24 MESI DATA COLLAUDO**