



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 163507 del 28/09/2022

A tutte le ditte interessate

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA POWERPORT

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire urgentemente, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, i dispositivi in oggetto indicati, secondo i quantitativi che verranno comunicati dagli specialisti utilizzatori, le cui specifiche tecniche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle stesse, al fine di verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati.

Conseguentemente, le Aziende interessate sono invitate:

- a verificare la concreta possibilità di presentare riscontro alla presente e, specificatamente, a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche riportate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il prezzo di mercato, ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.
- a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara, ciò al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici.
- a riscontrare anche nel caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 04.10.2022 ore 9.00 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Tirrò

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

File allegato:
capitolato tecnico

CAPITOLATO TECNICO

POWERPORT

CARATTERISTICHE DI MASSIMA:

Port venoso in poliuretano di ultima generazione a punta aperta con dimensioni del catetere di 6Fr o 6,5Fr (al fine di ridurre al minimo il rischio di trombosi venosa profonda), camera in titanio o delrin, radiopaca in versione medio o basso profilo (per potere essere inserito anche nei paziente molto magri); port resistente all'alta pressione fino a 300 PSI (al fine di effettuare TAC ad alta risoluzione

indispensabile per la stadiazione dei pazienti oncologici), possibilmente dotato di 3 bumper (per evitare le occlusioni) sul setto della camera per identificare il sistema power (al fine di potere effettuare MDC direttamente dalla camera del port).