

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO, DI ATTREZZATURE SANITARIE PER OFTALMOLOGIA PER LE UU.OO.CC. DI OCULISTICA DELL'ASP DI AGRIGENTO**

**CHIARIMENTO TECNICO**

**Quesito n. 1** – “LOTTO N. 2 - Si conferma necessitare della tecnologia “Licenza TK” per la misurazione reale della faccia posteriore della cornea e dunque, senza la necessità di interpellare un algoritmo per rilevare una misurazione ipotetica?”

**Risposta** – si riporta stralcio della nota di riscontro dello specialista del 25.11.2022

*“Si conferma necessità della tecnologia TK per la misurazione reale della faccia posteriore della cornea e dunque senza la necessità di interpellare un algoritmo per rilevare una misurazione ipotetica”*

si precisa che le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato di gara sono sufficientemente esemplificative delle caratteristiche tecniche richieste ed in particolare le caratteristiche precisano che lo strumento deve essere in grado di calcolare il Barrett TK UNIVERSAL 2 ed il Barrett torico

Appare superfluo pertanto precisare le modalità con le quali tale valore può essere misurato, potendo infatti ogni strumento giungere a tale misurazione con diverse modalità, fermo restando comunque le caratteristiche tecniche richieste nel bando.

*Il Dirigente amm.vo/RUP*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*

*Direttore UOC Servizio Provveditorato*  
*Dott. Oreste Falco*