

TAVOLI OPERATORI

CAPTOLATO TECNICO

DESCRIZIONE	CRITICITA'	EQUIVALENZE	OFFERTA PER ACQUISTO	PER OFFERTA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE	OFFERTA PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE
<p>N. 1 COLONNA, con le seguenti caratteristiche: La colonna, realizzata in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con base mobile, deve essere dotata di trasformatore per la ricarica delle batterie. Base della colonna di spessore minimo. La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni del piano operatorio: Altezza minima non superiore a 640 mm, piano incluso, cuscini esclusi Altezza massima non inferiore a 1100 mm, piano incluso, cuscini esclusi Inclinazione trendelenburg / antitrendelenburg non inferiore a +/- 45° Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 30° Pannello di comandi integrato sulla colonna che permetta di gestire le principali movimentazioni del sistema operatorio in tutta completezza in</p>					

<p>caso di guasto dei sistemi di comando principali. La colonna del tavolo deve essere predisposta per consentire il trasferimento dei piani operatori con riconoscimento automatico dell'orientamento. La colonna deve essere movimentabile all'interno della sala operatoria anche senza l'impiego dei normali carrelli trasportatori.</p>					
<p>N. 1 PIANO OPERATORIO MODULARE, con le seguenti caratteristiche: Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con cuscini radiotrasparenti con spessore di 80 mm circa, dotato di sistema anticollisione delle sezioni. Il piano operatorio deve essere costituito da non meno di 6 sezioni: sezione testa con doppio snodo, schiena superiore, schiena inferiore, piano bacino, piano gambe in 2 parti. Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettromeccaniche: - Inclinazione motorizzata schiena inferiore alto/basso almeno +80°/-30° - Inclinazione motorizzata schiena superiore alto/basso almeno +30°/-60°</p>					

<p>- Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/-90° indipendentemente destra, sinistra o insieme.</p> <p>- Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 350 mm e comunque superiore alla zona d'ombra della colonna.</p> <p>L'installazione delle sezioni deve avvenire in modo rapido e sicuro grazie ad un sistema di aggancio rapido autobloccante, privo di viti di serraggio. Inoltre, ogni qualvolta si aggunga o si tolga una sezione, questa dovrà essere anche visualizzata sul display del telecomando per confermare all'utilizzatore la corretta installazione.</p> <p>Il sistema deve essere dotato di un telecomando wireless con display integrato a colori, con memorizzazione di almeno 20 posizioni più frequenti.</p> <p>Il telecomando deve essere ricaricato tramite apposito caricabatterie o, in alternativa, collegato tramite cavo alla colonna per permettere la ricarica.</p> <p>Quando collegato alla colonna tramite cavo per la ricarica, deve poter anche essere utilizzato anche come pulsantiera a cavo; in alternativa, se il telecomando potrà essere caricato solo tramite</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>caricabatterie, dovrà essere offerta una pulsantiera a cavo aggiuntiva, con caratteristiche identiche a quelle del telecomando wireless.</p> <p>Capacità di carico massima non inferiore a 360 Kg e capacità di carico in qualsiasi posizione non inferiore a 250 Kg</p>					
<p>N. 1 CARRELLO, con le seguenti caratteristiche: Carrello per il prelievo del piano dell'intero sistema o del piano operatorio, realizzato in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e dotato di sistema frenante. Dotato di quinta ruota o ruota direzionale e di maniglia/ per il trasporto. Prelievo del piano operatorio testa/piedi.</p>					
<p>ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER CHIRURGIA</p> <p>n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto</p> <p>n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto</p> <p>n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto</p> <p>n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto</p> <p>n. 1 fascia ferma corpo</p> <p>n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa</p>					

<p>n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto</p> <p>n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio</p> <p>n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio</p> <p>n. 1 reggibraccio per decubito laterale</p> <p>n. 1 reggi spalla</p> <p>n. 1 poggia piedi</p> <p>n. 2 reggi cosce tipo Goepel</p>					
<p>ASSORTIMENTO ACCESSORI PER GINECOLOGIA</p> <p>n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto</p> <p>n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto</p> <p>n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto</p> <p>n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto</p> <p>n. 1 fascia ferma corpo</p> <p>n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa</p> <p>n. 1 reggi spalla</p> <p>n. 1 poggia piedi</p> <p>n. 1 reggi cosce tipo Goepel</p> <p>n. 1 bacinella raccogli liquidi</p> <p>n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen</p>					

<p>ASSORTIMENTO ACCESSORI PER UROLOGIA</p> <p>n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto</p> <p>n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto</p> <p>n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto</p> <p>n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto</p> <p>n. 1 fascia ferma corpo</p> <p>n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa</p> <p>n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto</p> <p>n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio</p> <p>n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio</p> <p>n. 1 reggibraccio per decubito laterale</p> <p>n. 1 reggi spalla</p> <p>n. 1 poggia piedi</p> <p>n. 2 reggi cosce tipo Goepel</p> <p>n. 1 bacinella raccogli liquidi</p> <p>n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen</p>	<p>DI PER</p>					
<p>ASSORTIMENTO ACCESSORI PER ORL</p>	<p>DI</p>					

<p>n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto</p> <p>n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto</p> <p>n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto</p> <p>n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto</p> <p>n. 1 fascia ferma corpo</p> <p>n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio</p> <p>n. 1 testiera reggi testa a calotta con doppio snodo per ORL./Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale.</p>					
<p>ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER OFTALMOLOGIA</p> <p>n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto</p> <p>n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto</p> <p>n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto</p> <p>n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto</p> <p>n. 1 fascia ferma corpo</p> <p>n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio</p> <p>n. 1 testiera reggi testa a calotta</p>					

con doppio snodo per ORL/Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale					
n. 1 carrello porta accessori					