



Verbale n. 1

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
**AGRIGENTO**  
VIALE DELLA VITTORIA N. 321  
92100 AGRIGENTO  
COD. FISC. E P. IVA: 02570930848

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO**  
n. gara ANAC 9011103 – CIG 9728197A1E –n. gara Consip 3506016

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di giugno, presso la sede degli uffici amministrativi – U.O.C. Provveditorato, siti nel Viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,

**SONO PRESENTI**

In seduta pubblica, i signori componenti il seggio di gara, secondo i contenuti della nomina del Commissario Straordinario prot. 93840 del 19.06.2023

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Signora Anna Spataro	- Segretario verbalizzante
Signor Biagio De Martino	- teste
Signor Giovanni Di Nolfo	- teste

Si premette:

che con deliberazione esecutiva n. 501 del 16.03.2023 è stata indetta la gara in oggetto specificata;

che il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione:

- online in data 27.03.2023 all'indirizzo <http://simap.europa.eu/enotice> per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - pubblicazione del 10.10.2022;
- alla G.U.R.S. con nota pec prot. 173732 del 17.10.2022;
- che l'estratto dell'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione agli agenti/editori indicati nell'atto n. 501 del 16.03.2023, con note prott. 60145, 60155, 60150 e 60151 del 14.04.2023, per la pubblicazione sui quotidiani nel predetto atto parimenti indicati;
- sul sito internet MIT – Servizio Contratti Pubblici nonché il bando integrale di gara è stato pubblicato:
- sul sito internet dell'Azienda
- sulla piattaforma di negoziazione della Consip [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) - n. gara 3506016

che l'ANAC, su richiesta della stazione appaltante, ha rilasciato il codice identificativo gara n. 9011103 – CIG 9728197A1E;

che il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 31.05.2023 ore 10:00, è stato prorogato, con avvisi pubblicati sulla piattaforma e sul sito dell'ASP, per le motivazioni ivi riportate, per il 07/06/2023 e infine per il 16/06/2023 data ore 10:00;

che, parimenti, la data di celebrazione della gara, inizialmente fissata per le ore 10:00 del 01/06/2023, è stata prorogata con gli avvisi superiormente specificati, per il 10/06/2023 ore 10:00 ed infine per il 19.06.2023 ore 10:00;

che con avviso pubblicato il 19.6.2023 è stata differita la prima seduta di gara per il giorno 22.6.2023 ore 10:00;

che la procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica delle gare di Consip (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa);

che sulla piattaforma di negoziazione Consip e sul sito dell'ASP sono stati ritualmente pubblicati i "chiarimenti" – allegati alla presente - per tutti gli interessati, contenenti specificazioni varie rese in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;

che entro il termine di scadenza del 16/06/2023 ore 10.00 sono pervenute n. 3 offerte da parte delle sotto riportate ditte, come risultanti dal prospetto estratto dalla piattaforma telematica delle gare di Consip, di seguito riportato

1  
L.S. MEDICAL S.R.L.  
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)  
457169  
Lotto 1  
15/06/2023 10:49:47

2  
MEDITECH SRL  
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)  
802141  
Lotto 1  
16/06/2023 08:53:19

3  
OPT SurgiSystems Srl  
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)  
724044  
Lotto 1  
13/06/2023 11:49:47

Tutto ciò premesso

#### IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara alle ore 11:00.

Procede con l'apertura telematica del plico contenente la documentazione amministrativa secondo quanto risulta sulla piattaforma:

L.S. MEDICAL S.R.L.

MEDITECH SRL

OPT SurgiSystems Srl

Dà atto che il seggio di gara, in seduta pubblica telematica, ha provveduto ad aprire telematicamente tutti i files contenuti nei plichi della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti che, invero, per la limitata funzionalità della piattaforma consip "Sistema in modalità ASP (Application Service Provider)", contengono anche la documentazione tecnica.

Nella presente seduta il seggio di gara ha, dunque, provveduto ad espletare esclusivamente tale attività. Nella prossima seduta di gara verrà dato atto dell'esito dell'esame della sola documentazione amministrativa di competenza di questo organo amministrativo. In ordine alla documentazione tecnica, parimenti contenuta nei detti plichi amministrativi, si dà atto che è stata meramente scaricata per essere successivamente trasmessa all'organo tecnico che verrà all'uopo nominato, previa ammissione alla fase tecnica, ove conseguita.

La presente seduta viene chiusa alle ore 13.30.

La prossima seduta di gara viene fissata il giorno 26.06.2023 ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Segretario verbalizzante

teste

teste

Gara n° 3506016 - PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO

**chiarimento**

Si precisa che la "Certificazione di avvenuto sopralluogo presso le strutture destinatarie delle apparecchiature" richiesta al punto 3 ultimo capoverso del capitolato speciale, costituisce un refuso di altra gara. Pertanto, gli OO.EE. interessati sono invitati a non tenerne conto poichè la stessa è da considerarsi come non apposta.

## RISCONTRO A QUESITI DI CARATTERE TECNICO

Si rendono i riscontri ai quesiti tecnici avanzati dagli OO.E. interessati alla procedura , giusta nota prot. 82696 del 29.5.2023 dello specialista richiedente le attrezzature.

**Quesito n. 1** - Facendo riferimento allo spessore minimo della base richiesto in capitolato, si richiede di specificare cosa si intende per spessore minimo.

**Risposta** - Per spessore minimo della base si intende che lo spessore della base deve essere tale da non creare intralcio ai piedi dell'Equipe chirurgica.

**Quesito n. 2** - Si richiede di specificare quali comandi deve includere la pulsantiera integrata alla colonna.

**Risposta** - La pulsantiera integrata alla colonna deve prevedere almeno le movimentazioni: alto/basso, Trandelemburg/Antitrendelemburg, Tilting dx/Tilting sx.

**Quesito n. 3** - Si richiede di specificare se il piano gambe richiesto in due parti, debba essere anche divaricabile

**Risposta** - Si conferma che il piano gambe deve essere in due parti divaricabili.

**Quesito n. 4** - Si chiede di confermare che ogni colonna offerta deve essere dotata di un sistema di ruote o di un carrellino dedicato, allo scopo di movimentare la sola colonna all'interno della sala operatoria, senza l'impiego dei normali carrelli trasportatori dei tavoli operatori. Per un totale, quindi, di 12 carrellini dedicati oppure 12 colonne dotate di sistema di ruote

**Risposta** - Si conferma la richiesta di un carrellino dedicato per ciascuna colonna