



ASP
AGRIGENTO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento
Istruttore Sig. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo
Telefono 0922 407226
forniture@aspag.it
alfonso.deleo@aspag.it

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:

“UROFLUSSOMETRO BICANALE PORTATILE PER L’U.O.C. DI UROLOGIA – P.O. AGRIGENTO ”

L'azienda ASP "AGRIGENTO 1", con Sede Legale ed Amministrativa in Viale della Vittoria 321 ad Agrigento – sito internet www.aspag.it sezione bandi di gara e contratti, intende procedere all'affidamento di n. 2 “UROFLUSSOMETRO BICANALE PORTATILE PER L’U.O.C. DI UROLOGIA – P.O. AGRIGENTO” mediante esperimento di idonea procedura di gara, previa pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ASP, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare ed annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dar seguito alla procedura in oggetto, in tal caso i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa.

Numero di Operatori che saranno invitati: Tutti gli operatori economici abilitati sul portale www.acquistiinretapa.it;

Procedura: verrà scelta in base al prezzo a base d’asta scaturente dalla indagine di mercato in oggetto.

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà assegnata ad unico lotto, a favore della migliore offerta selezionata con il criterio del “minor prezzo” (ex art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016. Requisiti minimi indispensabili ai fini della presentazione della manifestazione di interesse:

Gli Uroflessometri in parola devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- a) Uroflessometro bicanale con canale per il flusso e secondo canale per Elettromiografia del pavimento pelvico;
- b) Trasduttore a cella di peso ad elevata sensibilità: 1 ml/sec.
Incluso stativo, beaker, imbuto
Configurazione wireless e con cavo di alimentazione da 8 metri;

- c) Display grafico touch screen da almeno 5.7" a colori, risoluzione minima 320x240 pixel;
- d) Tastiera completa di start e stop esame per la modalità manuale;
- e) Stampante termica incorporata: larghezza carta 110 mm, risoluzione 180x90 dpi;
- f) Alimentatore esterno;
- g) EMG Canale di elettromiografia con elettrodi di superficie, cavo lungo 8 metri;
- h) Sedia comoda per esami nelle donne;
- i) Batteria a litio e alimentatore esterno con circuito di ricarica;
- j) Accessori per elettromiografia: elettrodi di superficie;
- k) Pacchetto software compatibile con sistemi operativi Microsoft Windows che consenta lo scarico, l'analisi e l'archiviazione degli esami salvati sulla memoria USB.

Gli operatori economici interessati devono presentare:

- 1) Relazione tecnica in lingua italiana della fornitura in oggetto;
- 2) Deplianti illustrativi dei beni proposti in lingua italiana;
- 3) Offerta economica comprensiva della quotazione dell'eventuale **materiale di consumo o altri dispositivi per il funzionamento nel tempo dei predetti Uroflussometri.**

La documentazione richiesta, dovrà giungere all'indirizzo pec: forniture@pec.aspag.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del 12/01/2023.

Contatto per eventuali chiarimenti: U.O.C. Servizio Provveditorato Tel. 0922/407226 indirizzo email alfonso.deleo@aspag.it.

Ex D.Lgs 196/03 i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'espletamento della presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato in sito committente in data 05/01/2023.

L'Assistente Amministrativo
Sig. Alfonso De Leo

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Tirrò