



Verbale n. 1

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
AGRIGENTO  
VIALE DELLA VITTORIA N. 321  
92100 AGRIGENTO  
COD. FISC. E P. IVA: 02570930848

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di maggio, presso la sede degli uffici amministrativi – U.O.C. Provveditorato, siti nel Viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,

**SONO PRESENTI**

In seduta pubblica, i signori componenti il seggio di gara, giusta nomina del Commissario Straordinario prot. 78254 del 19.5.2023

Dott.ssa Maria Tirrò - Presidente  
Signora Anna Spataro - Segretario verbalizzante  
Signora Daniela Parla - teste  
Rag. Alfonso De Leo - teste

Si premette:

che con deliberazione esecutiva n. 286 del 15.02.2023, integrata e modificata da successivi atti deliberativi nn. 357 del 21.2.2023 e 779 del 3.5.2023, è stata indetta la gara in oggetto specificata;

che il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione:

- online in data 22.02.2023 all'indirizzo <http://simap.europa.eu/enotice> per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - pubblicazione del 26.02.2023;
- alla G.U.R.S. con nota pec prot. 38472 del 07.03.2023;
- che l'estratto dell'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione agli agenti/editori indicati nell'atto n. 286 del 15.02.2023, con note prott. 40900, 40906 e 40897 del 10.03.2023, per la pubblicazione sui quotidiani nel predetto atto parimenti indicati;
- sul sito internet MIT – Servizio Contratti Pubblici nonché il bando integrale di gara è stato pubblicato:
- sul sito internet dell'Azienda
- sulla piattaforma di negoziazione della Consip [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it)

che l'ANAC, su richiesta della stazione appaltante, ha rilasciato il codice identificativo gara n. 8950119 – CIG diversi ;

che il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 26.04.2023 ore 10:00, è stato prorogato, con avvisi pubblicati sulla piattaforma e sul sito dell'ASP, per le motivazioni ivi riportate, per il 9.5.2023 e infine per il giorno 19.5.2023 ore 10:00;

che, parimenti, la data di celebrazione della gara, inizialmente fissata per le ore 10:00 del 27.04.2023, è stata prorogata con gli avvisi superiormente specificati, per il 10.5.2023 ore 10:00 ed infine per il 22.5.2023 ore 10:00;

che la procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma telematica delle gare di Consip (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo [www.acquistinrete.pa](http://www.acquistinrete.pa);

che sulla piattaforma di negoziazione Consip e sul sito dell'ASP sono stati ritualmente pubblicati i "chiarimenti" – allegati alla presente (all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) - per tutti gli interessati, contenenti specificazioni varie rese in riscontro alle richieste di operatori economici interessati alla procedura;

che entro il termine di scadenza del 19.5.2023 ore 10.00 sono pervenute le sotto riportate offerte, come risultanti dal prospetto estratto dalla piattaforma telematica delle gare di Consip, di seguito riportato

#### **1 ATOS MEDICAL S.R.L.**

Lotto 12 - Cannule in silicone per pazienti laringectomizzati.

Lotto 11 - Protesi fonatorie in silicone e fluoroplastica e kit per primo impianto.

#### **2 DGMed S.r.l.**

Lotto 28 - Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata.

#### **3 DI EMME IMPORT SRL**

Lotto 32 - Strumenti Chirurgia Collo.

Lotto 72 - Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso.

Lotto 43- Set Chirurgico per Adeno-Tonsillectomia.

Lotto 45 - Nasofaringolarinoscopio flessibile, pluriuso, per paziente adulto.

Lotto 46 - Nasofaringolarinoscopio flessibile , pluriuso, per paziente pediatrico.

Lotto 47 - Divaricatore autostatico.

Lotto 49 - Catetere per epistassi.

#### **4 E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL**

Lotto 32- Strumenti Chirurgia Collo

Lotto 33- Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K.

Lotto 69 - Splint termoplastico.

Lotto 70 - Sistemi per settoplastica.

Lotto 12 - Cannule in silicone per pazienti laringectomizzati.

Lotto 62 - Aspiratori monouso sterili in acciaio con manipolo in polistirene.

Lotto 72 - Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso.

Lotto 39 - Dispositivi per elettrochirurgia.

Lotto 19 - bypass salivare.

Lotto 20 - Tubi a T di Montgomery.

Lotto 7 - Tamponi nasali ed auricolari in schiuma di acetato di polivinilidrossilato, senza polivinilalcol, con cellulosa ossidata microdispersa.

Lotto 52 - Tampone nasale composto da pva espanso con una copertura di garza emostatica.

Lotto 54 - Fogli in silicone sterile utilizzabili come riempimento post-chirurgico di cavità nasale e auricolare.

Lotto 55 - Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 4 mm.

Lotto 46 - Nasofaringolarinoscopio flessibile , pluriuso, per paziente pediatrico.

Lotto 47 - Divaricatore autostatico.

Lotto 48 - Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco.

Lotto 56 - Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 3 mm.

Lotto 26 - Drenaggi transtimpanici mod.Shepard in fluoroplastica.

Lotto 27 - Kit per miringostomia sterile.

Lotto 28 - Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata.

**5 ERRE2M**

Lotto 69 - Splint termoplastico

Lotto 20 - Tubi a T di Montgomery.

Lotto 52 - Tampone nasale composto da pva espanso con una copertura di garza emostatica.

Lotto 49 - Catetere per epistassi.

Lotto 28 - Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata.

**6 EURO MEDICAL FARM**

Lotto 35 - Sostituto osseo a base di cristalli bioattivi

**7 FERMED s.r.l.**

Lotto 68 - Bottone per setto nasale per la chiusura non chirurgica del setto nasale.

Lotto 12 - Cannule in silicone per pazienti laringectomizzati.

Lotto 75 - Cannule tracheali rigide.

**8 FORMEDICAL CO SRL**

Lotto 48 - Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco.

**9 GM srl**

Lotto 32 - Strumenti Chirurgia Collo.

Lotto 14 - Cannule per laringectomizzati.

Lotto 15 - Valvola fonatoria - Scambiatore di calore e umidità - Collarini reggi cannula - Scovolini.

Lotto 21 - Dispositivo per lo studio del sonno portatile da polso.

Lotto 23 - Protesi per chirurgia dell'orecchio medio in titanio medicale.

Lotto 65 - Protesi tracheoesofagee in silicone medicale.

Lotto 10 - Dispositivi monouso per ambulatorio ORL.

Lotto 1 - Medicazione emostatica.

Lotto 72 - Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso.

Lotto 73 - Sistema automatizzato per la produzione e l'applicazione di fibrina autologa e/o fibrina arricchita di piastrine.

Lotto 74 - Colla di cianoacrilato in comonomero, sterile, monouso, trasparente.

Lotto 34 - Pinze bipolari pluriuso e risterilizzabili.

Lotto 39 - Dispositivi per elettrochirurgia.

Lotto 16 - Compresse ricoperte in alluminio.

Lotto 19 - bypass salivare.

Lotto 5 - Protesi ad ancoraggio osseo di tipo transcutaneo.

Lotto 9 - Sistema di disinfezione ambulatoriale di ottiche rigide e flessibili.

Lotto 48 - Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco.

Lotto 79 - Dispositivi vari (ex lotto 65/bis di cui al Disciplinare di gara).

Lotto 27 - Kit per miringostomia sterile.

Lotto 28 - Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata.

Lotto 29 - Nasofaringoscopia flessibile a batteria e fonte di luce.

**10 Inomed srl**

Lotto 2 - Materiale per elettromiografia intraoperatoria.

**11 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL**

Lotto 48 - Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco.

**12 Lcf Service Srl**

Lotto 33 - Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K

**13 Life Service srl**

Lotto 66 - Manipoli specialistici ad alta frequenza per chirurgia orl per applicazioni monopolari e bipolari

Lotto 35 - Sostituto osseo a base di cristalli bioattivi.

**14 MDM s.r.l.**

Lotto 33 - Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K.

Lotto 13 - Cannule per tracheostomizzati.

Lotto 21 - Dispositivo per la studio del sonno portatile da polso.

Lotto 45 - Nasofaringolaringoscopia flessibile, pluriuso, per paziente adulto.

Lotto 20 - Tubi a T di Montgomery.

Lotto 55 - Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 4 mm.

Lotto 46 - Nasofaringolaringoscopia flessibile, pluriuso, per paziente pediatrico.

Lotto 49 - Catetere per epistassi.

Lotto 56 - Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 3 mm.

Lotto 57 - Aspiratori monouso curvatura a 90° diametro 4 mm.

Lotto 58 - Aspiratori monouso curvatura a 90° diametro 3 mm.



Lotto 26 - Drenaggi transtimpanici mod.Shepard in fluoroplatica.

Lotto 27- Kit per miringostomia sterile.

#### **15 MEDICAL SERVICE SRL**

Lotto 70 - Sistemi per settoplastica.

Lotto 62 - Aspiratori monouso sterili in acciaio con manipolo in polistirene.

Lotto 61 - Cannule sterili singole-monouso a lunghezza variabile.

Lotto 63 - Tamponi splint intranasali con spugna assorbente.

Lotto 64 - Cannule sterili monouso per chirurgia nasale, in acciaio inossidabile malleabile.

Lotto 51 - Gel ad uso topico medicale, indicato dopo procedure dell'orecchio medio e nella chirurgia del canale esterno.

Lotto 52 - Tampone nasale composto da pva espanso con una copertura di garza emostatica.

Lotto 53 - Tamponi nasali rivestiti nell'area superficiale e sub-superficiale con sostanza batteriostatica.

Lotto 55 - Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 4 mm.

Lotto 49 - Catetere per epistassi.

Lotto 50 - Gel ad uso topico medicale per la prevenzione di aderenze.

Lotto 59 - Protesi in titanio e HAP (idrossilapatite porosa) estensibili per ossiculoplastica.

Lotto 60 - Protesi in titanio estensibile per ossiculoplastica.

#### **16 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.**

Lotto 68 - Bottone per setto nasale per la chiusura non chirurgica del setto nasale.

Lotto 22 - Kit per il trattamento delle paralisi monocordali.

Lotto 74 - Colla di cianoacrilato in comonomero, sterile, monouso, trasparente.

Lotto 3 - Dspositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali.

Lotto 6 - Tamponi nasali ed auricolari in schiuma di acetato di polivinilidrossilato, senza polivinilalcol, con cellulosa ossidata microdispersa.

Lotto 2 - Materiale per elettromiografia intraoperatoria.

Lotto 49 - Catetere per epistassi.

Lotto 78 - Patch emostatico.

Lotto 4 - Dispositivi per chirurgia della mastoide e dell'orecchio medio ed interno.

#### **17 OLYMPUS ITALIA SRL Società Unipersonale**

Lotto 33 - Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K.

Lotto 24 - Strumenti chirurgici per orecchio medio.

Lotto 43 - Set Chirurgico per Adeno-Tonsillectomia.

Lotto 45 - Nasofaringolaringoscopia flessibile, pluriuso, per paziente adulto.

Lotto 3 - Dspositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali.

Lotto 53 - Tamponi nasali rivestiti nell'area superficiale e sub-superficiale con sostanza batteriostatica.

Lotto 46 - Nasofaringolaringoscopia flessibile , pluriuso, per paziente pediatrico.

Lotto 60 - Protesi in titanio estensibile per ossiculoplastica.

Lotto 26 - Drenaggi transtimpanici mod.Shepard in fluoroplatica.

Lotto 30 - Kit strumentario per FESS e settoplastica .

#### **18 PM3 SRL**

Lotto 52 - Tampone nasale composto da pva espanso con una copertura di garza emostatica.

#### **19 PROVITAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE**

Lotto 6 - Tamponi nasali ed auricolari in schiuma di acetato di polivinilidrossilato, senza polivinilalcol, con cellulosa ossidata microdispersa.

#### **20 Sistemi sanitari srl**

Lotto 32 - Strumenti Chirurgia Collo

Lotto 31 - Strumenti per chirurgia con tecnologia a radiofrequenza.

Lotto 67 - Caschetto fotoforo frontale.

Lotto 72 - Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso.

Lotto 74 - Colla di cianoacrilato in comonomero, sterile, monouso, trasparente.

Lotto 43 - Set Chirurgico per Adeno-Tonsillectomia.

Lotto 34 - Pinze bipolari pluriuso e risterilizzabili.

Lotto 35 - Sostituto osseo a base di cristalli bioattivi.

Lotto 39 - Dispositivi per elettrochirurgia.

Lotto 47 - Divaricatore autostatico.


#### **21 SORAMED**

Lotto 33 - Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K.

Lotto 41 - Set per chirurgia del naso secondo Castelnuovo.

Lotto 44 - Set dacrio cisto rinostomia.

Lotto 45 - Nasofaringolaringoscopia flessibile, pluriuso, per paziente adulto.



Lotto 38 - Scialoendoscopia.  
Lotto 39 - Dispositivi per elettrochirurgia.  
Lotto 40 - Set per laringoscopia.  
Lotto 46 - Nasofaringolarinoscopio flessibile , pluriuso, per paziente pediatrico.  
**22 TELEFLEX MEDICAL**  
Lotto 15 - Valvola fonatoria - Scambiatore di calore e umidità - Collarini reggi cannula - Scovolini.

Tutto ciò premesso

### IL PRESIDENTE

dichiara aperta la gara alle ore 10.00.

Procede con l'apertura telematica del plico contenente la documentazione amministrativa secondo quanto risulta sulla piattaforma, ovvero esame del lotto n. 1 per le ditte che hanno partecipato, che di seguito si riportano.

**Lotto n. 1:**

GM srl – documentazione amministrativa regolare – la società GM viene ammessa al prosieguo di gara

**Lotto n. 2:**

INOMED – si attiva il soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016 in quanto si rinviene, relativamente alla capacità economica finanziaria, polizza assicurativa, oltre a n. 1 referenza bancaria, in lingua straniera. Atteso che il disciplinare di gara al punto 12.1 prescrive “tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana...in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del codice”  
Pertanto, la società INOMED viene ammessa al prosieguo di gara con riserva di regolarizzazione.

La presente seduta viene chiusa alle ore 16.55.

Le operazioni di gara proseguiranno nella prossima seduta di gara che viene fissata per il giorno 23.5.2023 ore 9.00.





Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Segretario verbalizzante

teste

teste



Prot. n. 58497 del 12/04/2023

A tutti gli interessati

**Oggetto – Riscontro quesiti amministrativi relativi alla “PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA”**

**Quesito 1 –**

Con riferimento al Punto 7.3 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire se la prova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale si evince dalla dichiarazione delle forniture indicate sul DGUE o se, sin d’ora, è necessario produrre i documenti a comprova ex art. 86, allegati XVIII, parte II del Codice degli appalti.

**Risposta** - La comprova dei requisiti avverrà con il sistema FVOE. Ove tale sistema non consenta ai partecipanti alla gara di caricare la documentazione necessaria a comprovare i requisiti dichiarati relativi alla capacità tecnico professionale, si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dagli OO.EE. secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di autocertificazione.

In ogni caso, l’O.E. può decidere di allegare i documenti a comprova di quanto dichiarato

**Quesito 2 –**

Facendo riferimento all’art. 7.2. REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARA del Disciplinare di gara, con la presente si richiede se la Stazione Appaltante considera equivalenti le dichiarazioni bancarie alle referenze bancarie, al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria.

**Risposta** – le due idonee dichiarazioni bancarie richieste dal disciplinare di gara sono da considerarsi equivalenti alle referenze bancarie purchè le stesse attestino l’idoneità dell’O.E. alla partecipazione dell’appalto in parola di cui deve essere fatta espressa menzione.

**Quesito 3 –**

In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, secondo il punto 7.2 b) del disciplinare, si chiede tale dimostrazione tramite referenze bancarie o polizza assicurativa come previsto dall’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII, parte I. Tale articolo prevede anche:

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Chiediamo se è possibile dimostrare la propria capacità economica e finanziaria secondo i punti b) e c) dell’articolo 86

**Risposta** – Come previsto dal codice degli appalti e dalla consolidata giurisprudenza di settore, la scelta dei mezzi di prova relativamente alla capacità economica finanziaria è rimessa alla stazione appaltante la quale è soggetta al solo limite della ragionevolezza.

Pertanto, si conferma il contenuto del disciplinare di gara in ordine ai requisiti di capacità economica finanziaria e dei mezzi di prova richiesti – ragionevoli e proporzionati rispetto all’oggetto e valore dell’appalto - che di seguito si riporta:

“7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria l'operatore economico deve presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie (art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII, parte I), in copia conforma firmata digitalmente dal concorrente;  
nel caso in cui il concorrente, per fondati motivi non sia in grado di presentare la referenza richiesta, in applicazione di quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/16, può presentare copia conforme di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo a base di gara”

**Quesito 4 –**

Si chiede conferma che i CIG per i lotti 67 e 78 sono rispettivamente 9682655BAB e 96833355d53 , come da FVOE, diversamente da quelli indicati nel disciplinare di gara

**Risposta –** I CIG corretti sono quelli registrati presso l'ANAC

**Quesito 5 –**

a) In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede se il triennio da prendere in considerazione è 2019-2021 oppure 2020-2022(anche in caso di bilancio 2022 provvisorio) .

b) Inoltre si chiede la possibilità, essendo i dati del periodo in questione alterati a causa dell'emergenza covid e i valori da raggiungere alti trattandosi di gara triennale, di produrre in alternativa all'elenco delle forniture copia conforme di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo a base d'asta.

**Risposta-** a) il triennio da prendere in considerazione relativamente all' "elenco delle principali forniture come quelle oggetto della presente gara, nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, resi in favore di strutture sanitarie pubbliche o private” è quello riferentesi agli anni 2020-2021-2022

b) No, la dimostrazione della capacità tecnica deve essere conforme alla lex specialis di gara in quanto questa S.A., nel valutare necessario il predetto requisito, ha ritenuto lo stesso “funzionale a selezionare operatori economici in grado di assicurare un livello adeguato di esperienza, capacità , affidabilità, valutando l'attitudine di “sapere” svolgere la fornitura oggetto dell'affidamento sulla scorta delle pregresse esperienze professionali” (delibera anac n. 711/2019).

**Quesito 6 –**

si chiede di sapere dove va inserita la documentazione tecnica richiesta e se deve essere un unico file inclusivo di tutto ciò che è richiesto o se vanno messi separati

**Risposta -** i files contenenti la documentazione tecnica devono essere nominati con la seguente dicitura “documentazione tecnica: ..... nome del files....” (ad esempio, “documentazione tecnica: schede tecniche”) con la precisazione del lotto di riferimento. Possono essere inseriti in un unico file per ogni lotto di partecipazione.

  
*Il Dirigente Amm.vo/RUP*  
*Dot.ssa Maria Tirrò*

  
*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato*  
*Dott. Oreste Falco*



Comunicato 18.04.2023

QUESITO n. 1: "...si segnala che in fase di inserimento rileviamo un'incongruenza tra l'importo posto a base d'asta e l'importo massimo inseribile manualmente nella schermata MEPA...".

RISPOSTA n. 1: L'importo del Lotto pari ad € 75.600,00= + I.V.A. è stato allineato con quello di cui alla scheda di offerta per l'inserimento da parte degli operatori economici partecipanti.



Prot. n. 62552 del 20-04-2023

A tutti gli interessati

**Oggetto – Riscontro quesiti tecnici “PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA”**

Si riportano di seguito i riscontri resi (mail del 18.4.2023) dal referente tecnico aziendale, specialista in materia, ai quesiti pervenuti da OO.EE. interessati alla procedura

**Quesito 1 –**

Lotto 34 sub lotto "e"- si chiede di chiarire se la pinza richiesta è effettivamente da 13 cm o se si tratta di refuso e la misura utile non è piuttosto 23 cm.

**Risposta** - Con riferimento alla pinza del Lotto 34, sub lotto “e” trattandosi di pinza bipolare per chirurgia del basi-cranio in effetti si rileva che la lunghezza indicata, di 13 cm., è stato un refuso di battitura (essendo troppo corta). La misura corretta è 23 centimetri. Pertanto verranno considerate conformi anche le offerte che presenteranno tale modello di pinza della lunghezza di 23 cm.

**Quesito 2 –**

Lotto 39 -Con riferimento al lotto in oggetto e, più specificatamente ai:

- sub lotto E: si chiede se è ammessa anche la misura da 23 cm in luogo di quella indicata da 20 cm;

- sub lotto L: si chiede se è ammessa anche la misura da 110 mm in luogo di quella indicata da 100 mm.

**Risposta** - In entrambi i casi, trattandosi di differenze minime di misura che non inficiano la finalità d’uso dello strumento, si riscontra la richiesta dichiarando che verranno considerati conformi anche strumenti che abbiano per il sub lotto “E” la lunghezza di 23 cm e per il sub lotto “L” la lunghezza di 110 mm.

**Quesito 3 –**

Relativamente ai lotti 2, 3, 4 si ravvisa come all’interno degli stessi venga richiesta la mera fornitura di materiale consumabile.

Premesso che il materiale di consumo è per tutte le aziende dedicato, ossia può essere utilizzato solo su apparecchiature del medesimo produttore/avente medesimo marchio, si chiede di specificare come codesta Stazione Appaltante e le altre Aziende Sanitarie aderenti a tale procedura di gara, intendano approvvigionarsi di tale strumentazione elettromedicale (trapani, elettromiografo, ecc..).

**Risposta** - Ove le apparecchiature necessarie all’utilizzo dei dispositivi non siano presenti nelle varie UU.OO. di ORL delle aziende del bacino, la ditta aggiudicataria, ove richiesto dalle aziende sanitarie consorziate, può rendersi disponibile alla fornitura in service full risk, o con altra modalità, delle apparecchiature per l’utilizzo dei dispositivi aggiudicati.

**Quesito 4 –**

Lotto n. 79 (ex 65 bis) - Si richiede di poter dettagliare le specifiche richieste dei presidi del lotto in esame come di seguito:

si richiede di identificare il contenuto del kit post operatorio in modo tale da poter individuare i dispositivi contenuti all’interno e poter partecipare in modo congruo alla richiesta;

**Risposta** - in merito a questa richiesta si precisa che:

- Il test per manometria può essere un qualunque test per l’esecuzione della manometria sfinterica esofagea al fine di verificare il funzionamento delle strutture esofagee post chirurgia di asportazione

dell'organo laringe. Tale dispositivo dovrà essere monopaziente. Verrà, quindi, preso in considerazione qualunque dispositivo atto a tale funzione;

- **"kit post-operatorio" con cannula 9/44:** si intende un kit, che può essere assemblato o meno, atto alla riabilitazione respiratoria nell'immediato post-operatorio di un paziente Tracheostomizzato e deve contenere almeno i seguenti dispositivi: 180 filtri HME, 6 collarini, 8 scovolini, 1 adattatore per connettore da 15mm, 180 metalline, 2 kit di pulizia della cannula, 3 flaconi di olio di paraffina. I dispositivi devono essere parametrati ai vari modelli e misure, interne ed esterne, delle cannule rigide usate.

- **"kit post-operatorio" con cannula 10/44:** si intende un kit, che può essere assemblato o meno, atto alla riabilitazione respiratoria nell'immediato post-operatorio di un paziente Laringectomizzato e deve contenere almeno i seguenti dispositivi: 180 filtri HME, 6 collarini, 8 scovolini, 2 kit di pulizia della cannula rigida, 180 metalline, 3 flaconi di olio di paraffina. I dispositivi devono essere parametrati ai vari modelli e misure, interne ed esterne, delle cannule morbide usate.

Verranno prese in considerazione tutte le soluzioni funzionalmente equivalenti.

#### **Quesito 5 –**

Si richiede di scorporre i sub lotti 50 da 51 e 52 che appaiono non necessariamente complementari e che pertanto non consentirebbero per questo la partecipazione di più ditte concorrenti poichè facenti parte del medesimo lotto.

**Risposta –** si precisa che, in base a quanto spiegato al punto precedente, non si ritiene di poter condividere il fatto che non si tratti di dispositivi "non complementari".

Ed, inoltre, il capitolato tecnico di gara è stato oggetto di molteplici indagini di mercato. In quelle sedi furono formulate delle osservazioni. Pertanto queste tre voci furono separate dal lotto 65 in un nuovo lotto che è divenuto il 79.

Si ritiene, quindi, a gara indetta ed in prossimità della scadenza della presentazione delle offerte, di non poter apportare ulteriori modifiche.

#### **Quesito 6 –**

Nel lotto n.3 -Dispositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali - viene richiesto il materiale monouso ma non viene definita la modalità di acquisizione delle apparecchiature con cui il materiale d'uso è utilizzabile. Si chiede di confermare se la ditta aggiudicataria, in caso di aggiudica, dovrà fornire le apparecchiature in comodato d'uso per poter consentire l'uso dei dispositivi offerti per gli enti che partecipano alla gara.

**Risposta -** Ove le apparecchiature necessarie all'utilizzo dei dispositivi non siano presenti nelle varie UU.OO. di ORL delle aziende del bacino, la ditta aggiudicataria, ove richiesto dalle aziende sanitarie consorziate, può rendersi disponibile alla fornitura in service full risk, o con altra modalità, delle apparecchiature per l'utilizzo dei dispositivi aggiudicati.

#### **Quesito 7 –**

lotto 45 - Nasofaringolaringoscopia flessibile, pluriuso, per paziente adulto. Si chiede di poter offrire, per il principio di equivalenza, un dispositivo con le seguenti caratteristiche:

-Profondità di campo 5-50 mm funzionalmente simili

-Diametro esterno distale da 3,1 mm e esterno della sonda 3,5mm meno invasivo e più confortevole per il paziente durante l'esecuzione della procedura diagnostica

-Lunghezza operativa di 30 cm funzionalmente simile

**Risposta -** Si conferma, in merito al Lotto 45, che verranno considerati conformi anche apparecchiature con caratteristiche tecniche come quelle sopra indicate. Vale sempre il principio di equivalenza funzionale.

#### **Quesito 8 –**

lotto 45 - Nasofaringolaringoscopio flessibile , pluriuso, per paziente adulto. Si chiede di poter offrire, per il principio di equivalenza, un dispositivo con le seguenti caratteristiche:

- Profondità di campo 2,5-50 mm funzionalmente simili
- Diametro esterno distale da 1,8 mm e esterno della sonda 2,2 mm meno invasivo e più confortevole per il paziente durante l'esecuzione della procedura diagnostica
- Lunghezza operativa di 30 cm funzionalmente simile

**Risposta** - Si conferma, in merito al Lotto 45, che verranno considerati conformi anche apparecchiature con caratteristiche tecniche come quelle sopra indicate. Vale sempre il principio di equivalenza funzionale.

**Quesito 9 –**

Lotto n. 12: si chiede di specificare la differenza tra la versione "chiusa" e la versione "standard".

**Risposta** - In merito al lotto 12 non vi è nessuna differenza tra la dicitura "chiusa" e quella "standard"

**Quesito 10 –**

Lotto n. 32: in merito al lotto 32, dove è richiesta una Forbice di Reynolds da 13 centimetri si chiede se è possibile offrire una forbice di Reynolds da 15 centimetri.

**Risposta** - Si conferma che verrà considerata conforme anche una forbice di Reynolds 15 cm considerato che è funzionalmente equivalente.

*Il Dirigente Amm.vo  
Dott.ssa Maria Firrò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dott. Oreste Falco*





Prot. n. 62550 del 20.06.2023

A tutti gli interessati

**Oggetto – Riscontro quesiti amministrativi relativi alla “PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA”**

**Quesito n. 1-**

In riferimento al p.to 7.3, lett. c), del disciplinare di gara e, nello specifico, alle modalità di comprova del requisito, nella parte in cui Codesta Amministrazione chiede la presentazione in gara di “copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”. Tenuto conto che l’all. XVII al Codice degli Appalti, Parte II, prevede, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica per i servizi e le forniture, “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.”. E, pertanto, non impone la presentazione in gara dei certificati di regolare esecuzione, ma di una semplice dichiarazione redatta dall’operatore economico.

Tutto ciò premesso, si invita Codesta Stazione Appaltante a voler chiarire se, ai fini di una valida e regolare partecipazione, sarà necessario presentare in gara i certificati di regolare esecuzione ai fini della comprova del requisito di cui al predetto p.to 7.3, lett. c), del disciplinare. Ciò, anche alla luce del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

**Risposta-** Il riscontro al quesito è stato reso con nota prot. 58497 del 12.4.2023 – risposta al quesito n. 1 – pubblicata in pari data sulla piattaforma consip e sul sito dell’ASP

**Quesito n. 2 –**

Si chiede se la documentazione afferente all’offerta tecnica debba essere inserita nella busta amministrativa non essendo presente idonea busta a se stante all’interno della piattaforma.

**Risposta –** Sì. Al riguardo si rinvia alle specifiche previsioni del disciplinare di gara e alla risposta al quesito n. 5

**Quesito n. 3 –**

Per rispondere al requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che per forniture nel settore oggetto della gara si possono intendere forniture avente parimenti oggetto la vendita di dispositivi medici chirurgici come quello di cui al CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari

**Risposta –** la lex di gara/disciplinare di gara/capitolato generale al punto 7.3 prevede chiaramente il requisito attinente la capacità tecnica e professionale, ovvero *Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe: Il concorrente deve produrre elenco delle principali forniture come quelli oggetto della presente gara, nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, resi in favore di strutture sanitarie pubbliche o private. L’importo del fatturato richiesto nell’ultimo triennio deve essere complessivamente almeno pari all’importo triennale posto a base di gara dei lotti per i quali il concorrente partecipa.* La produzione/l’indicazione di forniture diverse da quelle analoghe a quelle oggetto di gara non verrà considerata valida ai fini del raggiungimento del requisito (*almeno pari all’importo triennale posto a base di gara dei lotti per i quali il concorrente partecipa*)

**Quesito n. 4 –**

Con la presente segnaliamo che per il lotto n 70 non siamo riusciti a fare il PASSOE

**Risposta –** il lotto n. 70 risulta correttamente inserito nel sistema ANAC/avcPass

**Quesito n. 5 –**

In riferimento alla gara si fa presente che non e' stato predisposto per la documentazione tecnica un apposito spazio, pertanto chiediamo dove deve essere inserita la documentazione tecnica?

**Risposta –** per le gare da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso la piattaforma consip non prevede più apposito plico telematico ove inserire la documentazione tecnica ma impone che la stessa sia inserita nel plico telematico della documentazione amministrativa. Infatti, al riguardo, il disciplinare di gara indica la modalità di presentazione della documentazione tecnica in numerose parti dello stesso, quali gli artt. 12.1, il 14, il 15 ecc, cui si rinvia.

*Il Dirigente Amm.vo*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato*  
*Dott. Oreste Falco*



Al. 5

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
VIALE DELLA VITTORIA N. 321  
AGRIGENTO  
Telefono 0922-407458

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)  
Mail: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Agrigento, 20.04.2023

### AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA - Numero gara consip 3447253 - Numero gara anac 8950119**

Il presente avviso per rendere noto il differimento del termine di presentazione delle offerte per le ore 10.00 del 09.05.2023, nonché quello della prima seduta pubblica telematica di gara per le ore 10.00 del 10.05.2023.

Il presente differimento dei termini, richiesto da vari OO.EE. interessati alla procedura, è volto esclusivamente a consentire a tutti gli interessati la presentazione delle relative domande di partecipazione.

Eventuali altre richieste di chiarimento pervenute oltre il termine già fissato del 20.4.2023 ore 10:00 non saranno più riscontrate.

*Il Dirigente amm. vo*  
*Dott.ssa Maria Tirrò*

*Il Direttore U.O.C. Provveditorato- Economato*  
*Dott. Oreste Di Falco*





Gara n° 3447253 - Procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per la fornitura triennale, in regime di somministrazione, di dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria in favore delle aziende sanitarie ed ospedaliere afferenti il bacino occidentale della Regione Sicilia.

TUTTI I COMUNICATI PUBBLICATI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE DEVONO ESSERE, DAGLI OO.EE. PARTECIPANTI/OFFERENTI, SOTTOSCRITTI DIGITALEMTE PER ACCETTAZIONE E PRESENTATI ALL'INTERNO DEL PLICO TELEMATICO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA





U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
VIALE DELLA VITTORIA N. 321  
AGRIGENTO  
Telefono 0922-407458

Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)  
Mail: [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

Agrigento, 03.05.2023

**AVVISO MODIFICA ART. 7.3 DISCIPLINARE DI GARA/CAPITOLATO GENERALE**  
**AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI**

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA -**  
Numero gara consip 3447253 - Numero gara anac 8950119

In esecuzione dell'atto deliberativo n. 779 del 3.5.2023 e per le motivazioni ivi contenute si rende noto che il contenuto dell'art. 7.3 "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE - c) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe" del Disciplinare di gara/ capitolato generale viene modificato come di seguito:

***"REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE - c) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe:***

***Il concorrente deve produrre elenco delle principali forniture come quelli oggetto della presente gara, nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, resi in favore di strutture sanitarie pubbliche o private. L'importo del fatturato richiesto nell'ultimo triennio deve essere complessivamente almeno pari all'importo triennale posto a base di gara dei lotti per i quali il concorrente partecipa.***

***Atteso che l'ultimo triennio richiesto comprende gli anni 2020 e 2021 – biennio in cui si è manifestata la pandemia da Covid-19 - , gli OO.EE.- carenti del requisito come avanti richiesto - possono dimostrare il proprio fatturato specifico, anche mediante elencazione delle forniture come quelli oggetto della presente gara effettuate nel biennio precedente al periodo pandemico,***

***dunque dall'anno 2018, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, resi in favore di strutture sanitarie pubbliche o private. Immutato l'importo richiesto".***

Conseguentemente, al fine di consentire agli OO.EE. interessati la presentazione della propria offerta che tenga conto, ove di interesse, della superiore modifica, si rende, altresì, noto il differimento del termine di presentazione delle offerte per le ore 10.00 del 19.05.2023, nonché quello della prima seduta pubblica telematica di gara per le ore 10.00 del 22.05.2023.

Il presente differimento dei termini, si ribadisce, è volto esclusivamente a consentire a tutti gli interessati la presentazione delle relative domande di partecipazione. Eventuali altre richieste di chiarimento non saranno riscontrate essendo ampiamente decorso il relativo termine del 20.4.2023.

*Il Dirigente amm.vo  
Dott.ssa Maria Tirrò*

*Il Direttore U.O.C. Provveditorato- Economato  
Dott. Oreste Falco*

Comunicato 04.05.2023

QUESITO n. 1: *"...con la presente si comunica che NON è possibile procedere con il caricamento nel portale dell'offerta relativa al LOTTO 46, in quanto nel campo dell'offerta economica il VALORE MASSIMO AMMESSO non coincide con il VALORE LOTTO/BASE D'ASTA. Il valore massimo ammesso è nettamente inferiore e preclude l'inserimento corretto dell'offerta economica..."*.

RISPOSTA n. 1: L'importo del Lotto pari ad € 257.389,39= + I.V.A. è stato allineato con quello di cui alla scheda di offerta per l'inserimento da parte degli operatori economici partecipanti.



