



Verbale n. 18

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
AGRIGENTO
VIALE DELLA VITTORIA N. 321
92100 AGRIGENTO
COD. FISC. E P. IVA: 02570930848

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA –gara consip n. 3447253

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di febbraio, presso la sede degli uffici amministrativi – U.O.C. Provveditorato, siti nel Viale della Vittoria n. 321 - Agrigento,

SONO PRESENTI

In seduta pubblica, i signori componenti il seggio di gara, giusta nomina del Commissario Straordinario pro tempore - prot. 78254 del 19.5.2023

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Signora Spataro Anna	- Segretario verbalizzante
Rag. Alfonso De Leo	- teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- teste, in sostituzione della Signora Daniela Parla – assente

Si premette:

che con deliberazione esecutiva n. 286 del 15.02.2023, integrata e modificata da successivi atti deliberativi nn. 357 del 21.2.2023 e 779 del 3.5.2023, è stata indetta la gara in oggetto specificata;

che il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione:

- online in data 22.02.2023 all'indirizzo <http://simap.europa.eu/enotice> per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - pubblicazione del 26.02.2023;
- alla G.U.R.S. con nota pec prot. 38472 del 07.03.2023;
- che l'estratto dell'avviso di gara è stato trasmesso per la pubblicazione agli agenti/editori indicati nell'atto n. 286 del 15.02.2023, con note prott. 40900, 40906 e 40897 del 10.03.2023, per la pubblicazione sui quotidiani nel predetto atto parimenti indicati;
- sul sito internet MIT – Servizio Contratti Pubblici nonché il bando integrale di gara è stato pubblicato:
- sul sito internet dell'Azienda
- sulla piattaforma di negoziazione della Consip www.acquistiinretepa.it

che l'ANAC, su richiesta della stazione appaltante, ha rilasciato il codice identificativo gara n. 8950119 – CIG diversi ;

Con verbali del seggio di gara n. 1 del 22.5.2023, n. 2 del 23.5.2023, n. 3 del 25.05.2023, n. 4 del 30.5.2023, n. 5 del 6.6.2023, n. 7 del 11.8.2023, n. 8 del 7.9.2023, n. 10 del 18.10.2023 e n. 11 del 20.10.2023 sono state

1

compiute le attività analiticamente ivi descritte e si è pervenuti all'ammissione ed esclusione alla successiva fase della valutazione tecnica le ditte di cui al sottostante prospetto:

lotto	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti
1	GM srl - ammessa				
2	INOMED - ammessa	MEDTRONIC ITALIA - ammessa			
3	MEDTRONIC ITALIA - ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa			
4	MEDTRONIC ITALIA - ammessa				
5	GM srl - ammessa				
6	MEDTRONIC ITALIA - ammessa	PROVITAL SRL - esclusa			
7	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa				
8	DESERTO				
9	GM srl - ammessa				
10	GM srl - ammessa				
11	ATOS MEDICAL - ammessa				
12	ATOS MEDICAL - ammessa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	FERMED - ammessa		
13	MDM s.r.l. - ammessa				
14	GM srl - ammessa				
15	GM srl - ammessa	TELEFLEX MEDICAL - ammessa			
16	GM srl - ammessa				
17	DESERTO				
18	DESERTO				
19	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl - ammessa			

20	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	ERRE2M- esclusa	MDM s.r.l. - ammessa		
21	GM srl – ammessa	MDM s.r.l. - ammessa			
22	MEDTRONIC ITALIA - ammessa				
23	GM srl – ammessa				
24	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa				
25	DESERTO				
26	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa		
27	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl – ammessa	MDM s.r.l. - ammessa		
28	DG Med S.r.l.- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	ERRE2M- esclusa	GM srl – ammessa	
29	GM srl – ammessa				
30	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa				
31	Sistemi sanitari - ammessa				
32	DI EMME IMPORT- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl – ammessa	Sistemi sanitari - ammessa	
33	Lcf Service Srl- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa	SORAMED - ammessa
34	GM srl – ammessa	Sistemi sanitari - ammessa			
35	EURO MEDICAL FARM- ammessa	LIFE SERVICE SRL- ammessa	SISTEMI SANITARI - ammessa		
36	DESERTO				
37	DESERTO				
38	SORAMED - ammessa				

39	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl – ammessa	SISTEMI SANITARI - ammessa	SORAMED - ammessa	
40	SORAMED - ammessa				
41	SORAMED - ammessa				
42		DESERTO			
43	DI EMME IMPORT- esclusa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa	SISTEMI SANITARI - ammessa		
44	SORAMED - ammessa				
45	DI EMME IMPORT- esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa	SORAMED - ammessa	
46	DI EMME IMPORT- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa	SORAMED - ammessa
47	DI EMME IMPORT- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	SISTEMI SANITARI - ammessa		
48	FORMEDICAL CO- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl – ammessa	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY - ammessa	
49	DI EMME IMPORT- esclusa	ERRE2M- esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa	MEDTRONIC ITALIA - ammessa
50	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
51	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
52	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	ERRE2M- esclusa	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa	PM3 SRL - ammessa	
53	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa			
54	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa				

55	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MDM s.r.l. - ammessa	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa		
56	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MDM s.r.l. - ammessa			
57	MDM s.r.l. - ammessa				
58	MDM s.r.l. - ammessa				
59	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
60	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa	OLYMPUS ITALIA SRL - ammessa			
61	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
62	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa			
63	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
64	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa				
65	GM srl - ammessa				
66	LIFE SERVICE SRL- esclusa				
67	Sistemi sanitari - ammessa				
68	FERMED - ammessa	MEDTRONIC ITALIA - ammessa			
69	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	ERRE2M- esclusa			
70	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	MEDICAL SERVICE SRL- ammessa			
71	DESERTO				

72	DI EMME IMPORT- esclusa	E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI - esclusa	GM srl – ammessa	Sistemi sanitari - ammessa	
73	GM srl – ammessa				
74	GM srl – ammessa	MEDTRONIC ITALIA - ammessa	SISTEMI SANITARI - ammessa		
75	FERMED - ammessa				
76	DESERTO				
77	DESERTO				
78	MEDTRONIC ITALIA - ammessa				
79	GM srl – ammessa				

Che la Direzione strategica con atto deliberativo n. 1932 del 25.10.2023 ha provveduto a nominare l'Organo tecnico di supporto al RUP incaricato della valutazione tecnica delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. ammessi alla fase tecnica, come da verbali del seggio di gara;

Che il predetto Organo tecnico ha inoltrato all'UOC Provveditorato i propri verbali di valutazione tecnica dei 15/11/2023 e 22/11/2023 e nota prot. 192008 del 22.12.2023;

che con verbale del seggio di gara n. 12 dell'11.1.2024 si è proceduto a quanto di seguito:

“Prende atto della valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al rup di cui ai verbali dei 15/11/2023 e 22/11/2023 e alla prot. 192008 del 22.12.2023, allegati integralmente al presente verbale, di cui da pubblica lettura, riportandone sinteticamente gli esiti nella tabella sottostante:

lotto	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti
1	GM srl - Conforme				
2	INOMED – Non Conforme	MEDTRONIC ITALIA - Conforme			
3	MEDTRONIC ITALIA - Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme			
4	MEDTRONIC ITALIA - Conforme				
5	GM srl – Conforme				
6	MEDTRONIC ITALIA - Conforme				
7	DESERTO				
8	DESERTO				
9	GM srl –				

	Conforme				
10	GM srl - Conforme				
11	ATOS MEDICAL - Conforme				
12	ATOS MEDICAL - Conforme	FERMED - Conforme			
13	MDM s.r.l. - Conforme				
14	GM srl - Conforme				
15	GM srl - Conforme	TELEFLEX MEDICAL - Conforme			
16	GM srl - Conforme				
17	DESERTO				
18	DESERTO				
19	GM srl - Conforme				
20	MDM s.r.l. - Conforme				
21	GM srl - Conforme	MDM s.r.l. - Conforme			
22	MEDTRONIC ITALIA - Conforme				
23	GM srl - Conforme				
24	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme				
25	DESERTO				
26	MDM s.r.l. - Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme			
27	GM srl - Conforme	MDM s.r.l. - Conforme			
28	GM srl - Conforme				
29	GM srl - Conforme				
30	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme				
31	Sistemi sanitari - Conforme				
32	GM srl - Conforme	Sistemi sanitari - Non Conforme			



7



33	MDM s.r.l. - Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme	SORAMED - Conforme		
34	GM srl - Conforme	Sistemi sanitari - Conforme			
35	EURO MEDICAL FARM- Conforme	LIFE SERVICE SRL- Conforme	SISTEMI SANITARI - Conforme		
36	DESERTO				
37	DESERTO				
38	SORAMED - Conforme				
39	GM srl - Conforme	SORAMED - Conforme	SISTEMI SANITARI - Conforme		
40	SORAMED - Conforme				
41	SORAMED - Conforme				
42	DESERTO				
43	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme	SISTEMI SANITARI - Non Conforme			
44	SORAMED - Conforme				
45	SORAMED - Conforme	MDM s.r.l. - Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme		
46	SORAMED - Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme	MDM s.r.l. - Conforme		
47	SISTEMI SANITARI - Conforme				
48	GM srl - Conforme	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY - Conforme			
49	MEDTRONIC ITALIA - Conforme	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme	MDM s.r.l. - Conforme		
50	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
51	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
52	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme	PM3 SRL - Conforme			
53	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme			
54	DESERTO				

R

DA

ase

55	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme	MDM s.r.l. - Conforme			
56	MDM s.r.l. - Conforme				
57	MDM s.r.l. - Conforme				
58	MDM s.r.l. - Conforme				
59	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
60	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme	OLYMPUS ITALIA SRL - Conforme			
61	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
62	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
63	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
64	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
65	GM srl - Conforme				
66	DESERTO				
67	Sistemi sanitari - Conforme				
68	FERMED - Conforme	MEDTRONIC ITALIA - Non Conforme			
69	DESERTO				
70	MEDICAL SERVICE SRL- Conforme				
71	DESERTO				
72	GM srl - Conforme	Sistemi sanitari - Conforme			
73	GM srl - Conforme				
74	GM srl - Conforme	MEDTRONIC ITALIA - Non Conforme	SISTEMI SANITARI - Non Conforme		
75	FERMED - Conforme				
76	DESERTO				
77	DESERTO				
78	MEDTRONIC ITALIA - Conforme				

79	GM srl – Conforme				
----	----------------------	--	--	--	--

Esclude dal prosieguo di gara le società che non hanno riportato la conformità tecnica, come di seguito:

INOMED – lotto n.2

SISTEMI SANITARI – lotti nn. 32, 43 e 74

MEDTRONIC ITALIA – lotti nn. 68 e 74

E ne dispone la notifica ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016.

Ammette al prosieguo di gara tutte quelle che hanno riportato il giudizio di conformità tecnica come risultanti dal superiore prospetto”.

Che con il medesimo verbale del seggio di gara n. 12 dell'11.1.2024, e con quelli n. 13 del 12.1.2024, n. 14 del 15.01.2024, n. 15 del 17.1.2024, n. 16 del 19.1.2024 e n. 17 del 23.1.2024 si è proceduto ad aprire telematicamente i plichi “busta economica” degli OO.EE. ammessi a tale fase e a dare pubblica lettura del contenuto degli stessi, riportandone i contenuti nei prospetti ivi elencati, che di seguito si riportano:

lotto	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti	partecipanti
1	GM srl - €. 63.270,00				
2	MEDTRONIC ITALIA - 355.333,50 €				
3	MEDTRONIC ITALIA – 1.308.507,60 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 1.189.276,45 €			
4	MEDTRONIC ITALIA – 1.057.615,80 €				
5	GM srl – 3.120.750,00 €				
6	MEDTRONIC ITALIA – 245.613,45 €				
7	DESERTO				
8	DESERTO				
9	GM srl – 424.793,25 €				
10	GM srl – 165.049,50 €				
11	ATOS MEDICAL – 422.903,07 €				
12	ATOS MEDICAL – 89.588,40 €	FERMED – 72.780,00 €			
13	MDM s.r.l. – 184.329,19 €				
14	GM srl – 148.160,88 €				
15	GM srl – 93.559,14 €	TELEFLEX MEDICAL – 43.750,50			
16	GM srl – 45.702,00 €.				

D

17	DESERTO				
18	DESERTO				
19	GM srl – 79.732,68 €				
20	MDM s.r.l. – 32.683,80 €				
21	GM srl – 1.271.251,80 €	MDM s.r.l. – 1.278.027,36 €			
22	MEDTRONIC ITALIA – 68.855,60 €				
23	GM srl – 192.954,78				
24	OLYMPUS ITALIA SRL - 259.779,23 €				
25	DESERTO				
26	MDM s.r.l. – 63.769,50 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 73.458,60 €			
27	GM srl – 67.698,90 €	MDM s.r.l. – 63.382,90 €			
28	GM srl – 71.892,00 €				
29	GM srl – 226.480,80 €				
30	OLYMPUS ITALIA SRL - 1.321.956,72 €				
31	Sistemi sanitari – 1.018.956,00 €				
32	GM srl – 120.845,58 €				
33	MDM s.r.l. - 644.865,84 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 561.686,40 €	SORAMED – 542.700,00 €		
34	GM srl – 519.108,36 €	Sistemi sanitari – 361.704,00 €			
35	EURO MEDICAL FARM- 48.675,00 €	LIFE SERVICE SRL- 69.300,00 €	SISTEMI SANITARI – 82.335,00 €		
36	DESERTO				
37	DESERTO				
38	SORAMED – 286.421,94 €				
39	GM srl – 310.705,20 €	SORAMED - 222.552,18 €	SISTEMI SANITARI – 178.392,00 €		
40	SORAMED – 1.406.375,25 €				
41	SORAMED - 2.194.438,74 €				

42		DESERTO			
43	OLYMPUS ITALIA SRL - 246.809,48 €				
44	SORAMED - 49.674,00 €				
45	SORAMED - 213.180,00 €	MDM s.r.l. - 198.900,00 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 234.549,00 €		
46	SORAMED - 137.940,00 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 186.836,10 €	MDM s.r.l. - 148.500,00 €		
47	SISTEMI SANITARI - 63.135,00 €				
48	GM srl - 11.304,00 €	INTEGRA LIFESCENCES ITALY - 17.544,00 €			
49	MEDTRONIC ITALIA - 34.328,25 €	MEDICAL SERVICE SRL- 40.194,00 €	MDM s.r.l. - 33.412,50 €		
50	MEDICAL SERVICE SRL- 139.800,00 €				
51	MEDICAL SERVICE SRL- 55.341,00 €				
52	MEDICAL SERVICE SRL- 41.700,00 €	PM3 SRL - 28.200,00 €			
53	MEDICAL SERVICE SRL- 15.846,00 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 7.432,86 €			
54		DESERTO			
55	MEDICAL SERVICE SRL- 31.239,00 €	MDM s.r.l. - 24.390,00 €			
56	MDM s.r.l. - 28.799,25 €				
57	MDM s.r.l. - 27.267,38 €				
58	MDM s.r.l. - 27.267,38 €				
59	MEDICAL SERVICE SRL- 99.138,00 €				
60	MEDICAL SERVICE SRL- 63.974,70 €	OLYMPUS ITALIA SRL - 29.968,32 €			
61	MEDICAL SERVICE SRL- 57.729,00 €				

D

62	MEDICAL SERVICE SRL- 10.888,50 €				
63	MEDICAL SERVICE SRL- 104.535,00 €				
64	MEDICAL SERVICE SRL- 48.183,00 €				
65	GM srl – 1.181.988,80 €				
66	DESERTO				
67	Sistemi sanitari – 148.335,00 €				
68	FERMED – 4.752,00 €				
69	DESERTO				
70	MEDICAL SERVICE SRL- 25.398,00 €				
71	DESERTO				
72	GM srl – 343.482,75 €	Sistemi sanitari – 202.500,00 €			
73	GM srl – 311.190,00 €				
74	GM srl – 48.960,00 €				
75	FERMED – 78.703,32 €				
76	DESERTO				
77	DESERTO				
78	MEDTRONIC ITALIA – 143.628,00 €				
79	GM srl – 386.492,85 €				

che tutti i verbali, ivi compresi quelli riportanti i contenuti delle offerte economiche, sono stati notificati a tutti i partecipanti e pubblicati sulla piattaforma telematica di negoziazione della Consip;

che successivamente alle dette notifiche e pubblicazioni è pervenuta pec del 26.1.2024 della Medtronic Italia - allegata - contenente contestazioni alla valutazione tecnica resa dall'Organo tecnico avverso il lotto n. 3;

che tale pec è stata sottoposta alla verifica del citato organo con nota del 17838 del 30.1.2024, il quale ha riscontrato con valutazione del 5.2.2024, allegata;

che della presente seduta di gara – ore 11:00 è stato pubblicato avviso sul sito dell'asp- sez. bandi di gara e contratti e notificato a tutti i partecipanti tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Consip ove si svolge la gara.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta alle ore 11.00.




Da innanzitutto pubblica lettura della valutazione dell'Organo tecnico del 5.2.2024, riportandone di seguito, sinteticamente, il contenuto:

"...Con verbale di valutazione tecnica del 15.11.2023 è stato espresso, tra l'altro, il seguente giudizio rispetto alle specifiche del capitolato tecnico:

Lotto n. 3:

Medtronic Italia – conforme

Olympus Italia – conforme.

La Medtronic Italia ha evidenziato carenze/difformità dell'offerta tecnica della Olympus rispetto alle voci b), g) e f) – come da nota allegata – e conseguentemente inesattezze nella valutazione tecnica.

Rivista la documentazione tecnica della Olympus – lotto 3, voci b) g) e f) l'organo tecnico riporta la seguente valutazione:

lotto n. 3 - Olympus Italia: NON CONFORME (solo per un mero errore di stampa era stata riportata la dizione "Conforme", infatti durante la fase di valutazione delle schede tecniche dei presidi proposti dalla su citata Olympus era stato evidenziato che le lame per il debrider non sono dotate, come richiesto nel capitolato, di 4 camice rotanti (4 dentellature esterne); le voci g) e f), dello stesso lotto, non sono state evidenziate frese "idonee" al trattamento delle atresie coanali e delle dacriorinocistomie".

Preso atto della superiore valutazione, procede all'esclusione della società Olympus Italia dal lotto n. 3 per aver la stessa conseguito il giudizio tecnico di non conformità dei dispositivi offerti. Riporta di seguito le offerte valide per tale lotto:

lotto n. 3 MEDTRONIC ITALIA – 1.308.507,60 €.

Procede di seguito a riportare la **graduatoria delle offerte di tutti i lotti di gara:**

lotto		
1	GM srl -	63.270,00 €
2	MEDTRONIC ITALIA -	355.333,50 €
3	MEDTRONIC ITALIA –	1.308.507,60 €
4	MEDTRONIC ITALIA –	1.057.615,80 €
5	GM srl –	3.120.750,00 €
6	MEDTRONIC ITALIA –	245.613,45 €
9	GM srl –	424.793,25 €
10	GM srl –	165.049,50 €
11	ATOS MEDICAL –	422.903,07 €
12	FERMED –	72.780,00 €
	ATOS MEDICAL –	89.588,40 €
13	MDM s.r.l. –	184.329,19 €
14	GM srl –	148.160,88 €
15	TELEFLEX MEDICAL –	43.750,50 €
	GM srl –	93.559,14 €
16	GM srl –	45.702,00 €
19	GM srl –	79.732,68 €
20	MDM s.r.l. –	32.683,80 €
21	GM srl –	1.271.251,80 €

	MDM s.r.l. -	1.278.027,36 €
22	MEDTRONIC ITALIA -	68.855,60 €
23	GM srl -	92.954,78 €
24	OLYMPUS ITALIA SRL -	259.779,23 €
26	MDM s.r.l. -	63.769,50 €
	OLYMPUS ITALIA SRL -	73.458,60 €
27	MDM s.r.l. -	63.382,90 €
	GM srl -	67.698,90 €
28	GM srl -	71.892,00 €
29	GM srl -	226.480,80 €
30	OLYMPUS ITALIA SRL -	1.321.956,72 €
31	SISTEMI SANITARI -	1.018.956,00 €
32	GM srl -	120.845,58 €
33	SORAMED -	542.700,00 €
	OLYMPUS ITALIA SRL -	561.686,40 €
	MDM s.r.l. -	644.865,84 €
34	SISTEMI SANITARI -	361.704,00 €
	GM srl -	519.108,36 €
35	EURO MEDICAL FARM- LIFE SERVICE SRL-	48.675,00 €
	SISTEMI SANITARI -	69.300,00 €
	SISTEMI SANITARI -	82.335,00 €
38	SORAMED -	286.421,94 €
39	SISTEMI SANITARI -	178.392,00 €
	SORAMED -	222.552,18 €
	GM srl -	310.705,20 €
40	SORAMED -	1.406.375,25 €
41	SORAMED -	2.194.438,74 €
43	OLYMPUS ITALIA SRL -	246.809,48 €
44	SORAMED -	49.674,00 €
45	MDM s.r.l. -	198.900,00 €
	SORAMED -	213.180,00 €
	OLYMPUS ITALIA SRL -	234.549,00 €
46	SORAMED -	137.940,00 €
	MDM s.r.l. -	148.500,00 €
	OLYMPUS ITALIA SRL -	186.836,10 €
47	SISTEMI SANITARI -	63.135,00 €
48	GM srl -	11.304,00 €
	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY -	17.544,00 €
49	MEDTRONIC ITALIA -	34.328,25 €
	MDM s.r.l. -	33.412,50 €
	MEDICAL SERVICE SRL-	40.194,00 €
50	MEDICAL SERVICE SRL-	139.800,00 €
51	MEDICAL SERVICE SRL-	55.341,00 €
52	PM3 SRL -	28.200,00 €
	MEDICAL SERVICE SRL-	41.700,00 €
53	OLYMPUS ITALIA SRL -	7.432,86 €
	MEDICAL SERVICE SRL-	15.846,00 €
55	MDM s.r.l. -	24.390,00 €
	MEDICAL SERVICE SRL-	31.239,00 €

56	MDM s.r.l. –	28.799,25 €
57	MDM s.r.l. –	27.267,38 €
58	MDM s.r.l. –	27.267,38 €
59	MEDICAL SERVICE SRL-	99.138,00 €
60	OLYMPUS ITALIA SRL -	29.968,32 €
	MEDICAL SERVICE SRL-	63.974,70 €
61	MEDICAL SERVICE SRL-	57.729,00 €
62	MEDICAL SERVICE SRL-	10.888,50 €
63	MEDICAL SERVICE SRL-	104.535,00 €
64	MEDICAL SERVICE SRL-	48.183,00 €
65	GM srl –	1.181.988,80 €
67	SISTEMI SANITARI –	148.335,00 €
68	FERMED –	4.752,00 €
70	MEDICAL SERVICE SRL-	25.398,00 €
72	Sistemi sanitari –	202.500,00 €
	GM srl –	343.482,75 €
73	GM srl –	311.190,00 €
74	GM srl –	48.960,00 €
75	FERMED –	78.703,32 €
78	MEDTRONIC ITALIA –	143.628,00 €
79	GM srl –	386.492,85 €

Dichiara migliori offerenti e, conseguentemente, si riserva di proporre all'organo deliberante l'aggiudicazione della fornitura in favore dei predetti migliori offerenti per i lotti relativi, come di seguito:

lotto		
1	GM srl -	63.270,00 €
2	MEDTRONIC ITALIA -	355.333,50 €
3	MEDTRONIC ITALIA –	1.308.507,60 €
4	MEDTRONIC ITALIA –	1.057.615,80 €
5	GM srl –	3.120.750,00 €
6	MEDTRONIC ITALIA –	245.613,45 €
9	GM srl –	424.793,25 €
10	GM srl –	165.049,50 €
11	ATOS MEDICAL –	422.903,07 €
12	FERMED –	72.780,00 €
13	MDM s.r.l. –	184.329,19 €
14	GM srl –	148.160,88 €
15	TELEFLEX MEDICAL –	43.750,50 €
16	GM srl –	45.702,00 €
19	GM srl –	79.732,68 €
20	MDM s.r.l. –	32.683,80 €
21	GM srl –	1.271.251,80 €
22	MEDTRONIC ITALIA –	68.855,60 €
23	GM srl –	92.954,78 €
24	OLYMPUS ITALIA SRL -	259.779,23 €
26	MDM s.r.l. –	63.769,50 €
27	MDM s.r.l. –	63.382,90 €
28	GM srl –	71.892,00 €
29	GM srl –	226.480,80 €
30	OLYMPUS ITALIA SRL -	1.321.956,72 €
31	SISTEMI SANITARI –	1.018.956,00 €

32	GM srl –	120.845,58 €
33	SORAMED –	542.700,00 €
34	Sistemi sanitari –	361.704,00 €
35	EURO MEDICAL FARM-	48.675,00 €
38	SORAMED –	286.421,94 €
39	SISTEMI SANITARI –	178.392,00 €
40	SORAMED –	1.406.375,25 €
41	SORAMED -	2.194.438,74 €
43	OLYMPUS ITALIA SRL -	246.809,48 €
44	SORAMED –	49.674,00 €
45	MDM s.r.l. –	198.900,00 €
46	SORAMED –	137.940,00 €
47	SISTEMI SANITARI –	63.135,00 €
48	GM srl –	11.304,00 €
49	MEDTRONIC ITALIA –	34.328,25 €
50	MEDICAL SERVICE SRL-	139.800,00 €
51	MEDICAL SERVICE SRL-	55.341,00 €
52	PM3 SRL –	28.200,00 €
53	OLYMPUS ITALIA SRL -	7.432,86 €
55	MDM s.r.l. –	24.390,00 €
56	MDM s.r.l. –	28.799,25 €
57	MDM s.r.l. –	27.267,38 €
58	MDM s.r.l. –	27.267,38 €
59	MEDICAL SERVICE SRL-	99.138,00 €
60	OLYMPUS ITALIA SRL -	29.968,32 €
61	MEDICAL SERVICE SRL-	57.729,00 €
62	MEDICAL SERVICE SRL-	10.888,50 €
63	MEDICAL SERVICE SRL-	104.535,00 €
64	MEDICAL SERVICE SRL-	48.183,00 €
65	GM srl –	1.181.988,80 €
67	SISTEMI SANITARI –	148.335,00 €
68	FERMED –	4.752,00 €
70	MEDICAL SERVICE SRL-	25.398,00 €
72	SISTEMI SANITARI –	202.500,00 €
73	GM srl –	311.190,00 €
74	GM srl –	48.960,00 €
75	FERMED –	78.703,32 €
78	MEDTRONIC ITALIA –	143.628,00 €
79	GM srl –	386.492,85 €

Dichiara deserti i lotti nn. 8, 17, 18, 25, 36, 37, 42, 71, 76 e 77 per mancanza di offerte.

Dichiara, altresì, deserti i lotti nn. 7, 54, 66 e 69 per mancanza di offerte valide.

Dispone la notifica del presente verbale ai sensi dell'art. 76 a tutti i partecipanti tramite piattaforma telematica di negoziazione Consip, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'ASP – Sez. bandi di gara e contratti.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12.15.

Il Presidente

Il Segretario

Il Teste

Il Teste

Medtronic

Medtronic Italia S.p.A.

Via Varesina, 162
20156 Milano

Tel: +39 02 24137.1

Fax: +39 02 241381

www.medtronic.it

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo

Prot. Generale n. 00 15966

Data 26/01/2024



Spett.Le

ASP di Agrigento

Viale della Vittoria, 321

92100 Agrigento

protocollo@pec.aspag.it

c.a Responsabile del Procedimento

Maria Tirrò

E-mail: maria.tirro@aspag.it

Milano, 24.01.2024

Ns. Prot. 202435027

Oggetto: Procedura telematica di gara ad evidenza pubblica per la fornitura triennale, in regime di somministrazione, di dispositivi medici specialistici per otorinolaringoiatria in favore delle aziende sanitarie ed ospedaliere afferenti al bacino occidentale della regione Sicilia

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20156, numero fax 02.241381, PEC (posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - Via Manin 27, nella persona del Procuratore MARIA PATANE' nata a CATANIA (CT), il 09/05/1971 e residente a MILANO (MI) in Via delle Genziane, 3, codice fiscale: PTNMRA71E49C351Y, nominata con Atto del 30/05/2016 n. 13.789 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A,

Premesso che

- Con atto deliberativo CS n. 286 del 15/02/2023 e successivo atto deliberativo CS n. 357 del 21/02/2023 la ASP Agrigento deliberava di bandire una gara per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA articolata in n. 79 lotti.

Medtronic Italia S.p.A. Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic PLC.
Cap. soc. € 1.200.487,00 - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156
Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano - Magazzino Via Raimondi, 9 - 20156 Milano
Ufficio di Roma Via Aurelia, 866 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215812

- L'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ovvero secondo il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
- Tra i vari lotti, al lotto 3 della procedura in oggetto veniva richiesto quanto di seguito indicato:

Dispositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali			
a	Q030301	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro canice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4	900
b	Q030301	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro canice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.3.0	580
c	Q030302	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva da 12 a 15 gradi con quattro canice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4	250
d	Q030302	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 40 gradi con quattro canice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4	200
e	Q030302	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 60 gradi con quattro canice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4	140
f	Q030301	lame per manipolo debrider, monouso, sterile, per area nasale	33
g	Q030302	frese, per manipolo debrider, monouso, sterili, con punta diamantata per il trattamento delle adenoidi/cistoidi	66
h	A030402	riti monouso, sterili, per l'irrigazione interna delle lame da adoperare con manipoli debrider	565
i	T030203	caniccia, monouso, sterile, per il lavaggio, intraoperatorio, delle otiche rigide. Angolo di visione 0°	260
l	T030203	caniccia, monouso, sterile, per il lavaggio, intraoperatorio, delle otiche rigide. Angolo di visione 30°	260

- Tanto azienda Scrivente, quanto l'azienda Olympus Italia S.r.l. presentavano offerta per il predetto lotto.
- In seguito all'apertura delle buste tecniche, entrambe le offerte dei precitati operatori economici (Medtronic Italia S.p.a. e Olympus S.r.l.) venivano giudicate idonee

Espone quanto segue

La commissione giudicatrice, per quanto a conoscenza della Scrivente, appare essere accorsa in errore nell'esame dell'offerta tecnica presentata da Olympus S.r.l. e relativa al lotto 3.

Infatti, i dispositivi offerti da quest'ultima in corrispondenza del lotto in oggetto, potrebbero essere stati dichiarati conformi, in assenza di alcuni requisiti espressamente richiesti in gara.

A tal proposito preme evidenziare come relativamente al **Lotto 3 Voce b - Q030301** fosse richiesto quanto segue: "Lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con **quattro canice rotanti** per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.3.0".

Ebbene, l'espressione quattro canice rotanti è evidentemente da ricondursi alla presenza nella finestra di taglio (di forma quadrata) di 4 dentellature esterne.

Tale caratteristica garantisce infatti una maggior efficienza operatoria a parità di dimensioni e di tempo di applicazione: una siffatta finestra di taglio riduce infatti l'inceppamento e l'ostruzione dei dispositivi, a vantaggio dell'efficacia e della rapidità di risultato del gesto chirurgico.

Per far fronte alla richiesta di gara la Scrivente, tra le lame proposte, ha quindi offerto anche il modello Quadcut™, dotata delle seguenti caratteristiche riportate in scheda tecnica:

- Questo tipo di lame è particolarmente indicato per operazioni di polipectomia, ossia di rimozione delle estroflessioni della mucosa nasale. In particolare, le lame Quadcut™ sono lame più aggressive delle Tricut® e presentano una riduzione del 70% della possibilità di ostruzione rispetto sempre alle lame Tricut®.
- Il nuovo design delle lame Quadcut™ prevede una finestra di taglio **dotata di 4 dentellature esterne aggiuntive** per stabilizzare la presa al tessuto da rimuovere e una maggiore ampiezza laterale della finestra di taglio.

Tanto premesso, non ci risulta che Olympus Italia disponga di lame dotate di tale design e dentellatura. Tale azienda, in conformità con quanto previsto nella lex specialis di gara avrebbe quindi dovuto essere esclusa, non risultando il dispositivo proposto conforme a quanto espressamente richiesto.

A ciò si aggiunga che al **Lotto 3 Voce g - Q030302** venivano altresì richieste "Frese, per manipolo debrider, monouso, sterili, con punta diamantata per il trattamento delle dacriocistostomia" (c.d. DCR).

Per assolvere alla presente richiesta, la Scrivente ha quindi offerto frese dedicate e concepite per la procedura di dacriocistostomia. Ossia frese con punta diamantata del diametro di 2.5mm dotate di protezione atta a salvaguardare le strutture anatomiche più delicate nelle vicinanze dell'area di fresatura.

Il fatto che le frese proposte siano frese dedicate per tal tipo di procedura (DCR), è chiaramente desumibile tanto dalle indicazioni d'uso del dispositivo stesso, quanto dalle informazioni riportate sul confezionamento del dispositivo offerto dalla scrivente e di seguito riportate:



Anche in questo caso, in contrasto con quanto richiesto in gara, non ci risulta che azienda competitor (Olympus) disponga di frese dedicate al trattamento della dacriocistostomia.

Da ultimo si fa presente che relativamente al **Lotto 3 Voce f - Q030301** venivano richieste "Lame per manipolo debrider, monouso, sterile, per atresia coanale".

Circa tale voce, al fine di assolvere a quanto richiesto in gara, Medtronic Italia ha quindi proposto delle frese dedicate e concepite per la procedura di trattamento dell'atresia coanale con punta diamantata del diametro di 4mm (si veda quanto specificato nelle indicazioni d'uso e nell' etichetta di seguito riportata):



Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"
C.da Consolida - Agrigento -

U.O.C. di OTORINOLARINGOIATRIA
Direttore: Dr. Ettore Bennici

All'UOC Provveditorato ASP Agrigento

Al Rup/Dirigente amm.vo UOC Provv.
Maria Tirrò

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA -gara consip n. 3447253

Si fa riferimento alla prot. 17838 del 30.1.2024 dell'UOC Provveditorato dell'ASP di Agrigento, con la quale è stata trasmessa la nota 202435027 del 24.1.2024 della società Medtronic Italia spa che ha evidenziato rilievi avverso la valutazione tecnica relativa all'offerta tecnica della società Olympus Italia per il lotto n. 3. Questo Organo tecnico, nominato dall'ASP capofila con deliberazione n. 1932 del 25.10.2023, esaminato il contenuto della nota della Medtronic avanti menzionata, procede al riesame dell'offerta tecnica della società Olympus Italia - lotto n. 3, dando atto di quanto di seguito:

Con verbale di valutazione tecnica del 15.11.2023 è stato espresso, tra l'altro, il seguente giudizio rispetto alle specifiche del capitolato tecnico:

Lotto n. 3:

Medtronic Italia - conforme

Olympus Italia - conforme.

La Medtronic Italia ha evidenziato carenze/diformità dell'offerta tecnica della Olympus rispetto alle voci b), g) e f) - come da nota allegata - e conseguentemente inesattezze nella valutazione tecnica.

Rivista la documentazione tecnica della Olympus - lotto 3, voci b) g) e f) l'organo tecnico riporta la seguente valutazione:


lotto n. 3 - Olympus Italia: NON CONFORME (solo per un mero errore di stampa era stata riportata la dizione "Conforme" , infatti durante la fase di valutazione delle schede tecniche dei presidi proposti dalla su citata Olympus era stato evidenziato che le lame per il debrider non sono dotate, come richiesto nel capitolato, di 4 camice rotanti (4 dentellature esterne); le voci g) e f) , dello stesso lotto, non sono state evidenziate frese "idonee" al trattamento delle atresie coanali e delle dacriorinocistostomie

La presente viene trasmessa al RUP per quanto di competenza.

Agrigento, 05/02/2024

Letto confermato e sottoscritto.

Dott. Ettore Bennici


AZ. San Paolo Agrigento
Pres. Osp. S. Giovanni Di Dio
Direttore U.O.C. ORL
Dr. Ettore Bennici
C.F. BNNTR54D13G273K - Cod. Enpam 3000005010

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

Al'UOC Provveditorato ASP Agrigento
Al Rup/Dirigente amm.vo UOC Provv.
Maria Tirrò

Oggetto: ***PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI
PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO
OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA –gara consip n. 3447253***

Si fa riferimento alla prot. 17838 del 30.1.2024 dell'UOC Provveditorato dell'ASP di Agrigento, con la quale è stata trasmessa la nota 202435027 del 24.1.2024 della società Medtronic Italia spa che ha evidenziato rilievi avverso la valutazione tecnica relativa all'offerta tecnica della società Olympus Italia per il lotto n. 3. Questo Organo tecnico, nominato dall'ASP capofila con deliberazione n. 1932 del 25.10.2023, esaminato il contenuto della nota della Medtronic avanti menzionata, procede al riesame dell'offerta tecnica della società Olympus Italia – lotto n. 3, dando atto di quanto di seguito:

Con verbale di valutazione tecnica del 15.11.2023 è stato espresso, tra l'altro, il seguente giudizio rispetto alle specifiche del capitolato tecnico:

Lotto n. 3:

Medtronic Italia – conforme

Olympus Italia – conforme.

La Medtronic Italia ha evidenziato carenze/difformità dell'offerta tecnica della Olympus rispetto alle voci b), g) e f) – come da nota allegata – e conseguentemente inesattezze nella valutazione tecnica.

Rivista la documentazione tecnica della Olympus – lotto 3, voci b) g) e f) l'organo tecnico riporta la seguente valutazione:

Pagina 1

lotto n. 3 - Olympus Italia: NON CONFORME (solo per un mero errore di stampa era stata riportata la dizione "Conforme" , infatti durante la fase di valutazione delle schede tecniche dei presidi proposti dalla su citata Olympus era stato evidenziato che le lame per il debrider non sono dotate, come richiesto nel capitolato, di 4 camice rotanti (4 dentellature esterne); le voci g) e f) , dello stesso lotto, non sono state evidenziate fresche "idonee" al trattamento delle atresie coanali e delle dacriorinocistostomie
La presente viene trasmessa al RUP per quanto di competenza.

Letto confermato e sottoscritto.


05/02/2024

L'Organo tecnico di supporto al RUP:

Dott. Ettore Bennici – ASP Agrigento – Presidente _____

Dott. Mario Galfano – A.O. Villa Sofia-Cervello - Componente _____

Dott. Francesco Paolo Manzella – ASP Caltanissetta – Componente _____



All'UOC Provveditorato ASP Agrigento

Al Rup/Dirigente amm.vo UOC Provv.
Maria Tirrò

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER OTORINOLARINGOIATRIA IN FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE AFFERENTI IL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIA –gara consip n. 3447253

Si fa riferimento alla prot. 17838 del 30.1.2024 dell'UOC Provveditorato dell'ASP di Agrigento, con la quale è stata trasmessa la nota 202435027 del 24.1.2024 della società Medtronic Italia spa che ha evidenziato rilievi avverso la valutazione tecnica relativa all'offerta tecnica della società Olympus Italia per il lotto n. 3. Questo Organo tecnico, nominato dall'ASP capofila con deliberazione n. 1932 del 25.10.2023, esaminato il contenuto della nota della Medtronic avanti menzionata, procede al riesame dell'offerta tecnica della società Olympus Italia – lotto n. 3, dando atto di quanto di seguito:

Con verbale di valutazione tecnica del 15.11.2023 è stato espresso, tra l'altro, il seguente giudizio rispetto alle specifiche del capitolato tecnico:

Lotto n. 3:

Medtronic Italia – conforme

Olympus Italia – conforme.

La Medtronic Italia ha evidenziato carenze/difformità dell'offerta tecnica della Olympus rispetto alle voci b), g) e f) – come da nota allegata – e conseguentemente inesattezze nella valutazione tecnica.

Rivista la documentazione tecnica della Olympus – lotto 3, voci b) g) e f) l'organo tecnico riporta la seguente valutazione:

lotto n. 3 - Olympus Italia: NON CONFORME (solo per un mero errore di stampa era stata riportata la dizione "Conforme" , infatti durante la fase di valutazione delle schede tecniche dei presidi proposti dalla su citata Olympus era stato evidenziato che le lame per il debrider non sono dotate, come richiesto nel capitolato, di 4 camice rotanti (4 dentellature esterne); le voci g) e f) , dello stesso lotto, non sono state evidenziate frese "idonee" al trattamento delle atresie coanali e delle dacriorinocistostomie

La presente viene trasmessa al RUP per quanto di competenza.

Letto , confermato e sottoscritto.

Caltanissetta 05/02/2024

Dott. Francesco Paolo Manzella

ASP di Caltanissetta
Presidio Ospedaliero S. Elia
U.O.C. Otorinolaringoiatria
Dott. Francesco Paolo Manzella
Cod. ENPAM: 300128913N
Iscr. Ord. Medici TP 2328



