

ASP AGRIGENTO
ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 135 DEL 25 GEN 2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO - RDO n. 3494656- APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED ESERCIZIO PARZIALE OPZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 CO. 1) A) D. LGS. N. 50/2016

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO	
PROPOSTA N. <u>165</u> DEL <u>18-1-2024</u>	
IL DIRIGENTE AMM.VO Dott.ssa Maria Firo	IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO Dott.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera. <u>P.N. 16746/23 Incentivi</u>	
() Autorizzazione n. _____ del _____	<input type="checkbox"/> C.E. , <input checked="" type="checkbox"/> C.P. <u>A 101020601</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>[Signature]</u> L'ADDETTO RESPONSABILE Coll. Amm. FLORIA PICONE	IL DIRETTORE UOC SEF e P. <u>[Signature]</u>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 18.01.2024

L'anno duemilaventitotto il giorno VENTIPINQUE del mese di GENNAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, come modificato con D.A. 3/2023/GAB del 10/01/2023 e con D.A 28/2023 del 29/06/2023 e ulteriormente prorogato con D.A. 32/2023 GAB del 27.10.2023, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e s.m.i. e del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, dott.ssa Cinzia Schinelli

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23.12.2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04.06.2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10.06.2020;

Premesso:

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B;**

- che le UU.OO.CC. destinatarie della fornitura, secondo le previsioni del capitolato tecnico approvato con l'atto di indizione della gara e allo stesso allegato, risultano essere le seguenti:

UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Agrigento (n. 32 letti elettrici)

UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Sciacca (n. 16 letti elettrici)

UOC Pediatria P.O. Sciacca (n. 6 letti elettrici)

UOC Urologia P.O. Sciacca (n. 8 letti elettrici - di cui n. 2 per DH);

- che il capitolato speciale di gara, allegato alla delibera di indizione n. 500/2023, ha espressamente previsto al punto A) la seguente previsione *"L'ASP di Agrigento si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario – opzione ai sensi dell'art. 106 co. 1) a) D. Lgs. n. 50/2016 – nel corso del biennio successivo all'aggiudicazione definitiva, la fornitura di ulteriori letti elettrici sino alla concorrenza dell'importo di € 214.999,00. l'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato in tutto o in parte, anche in momenti diversi, secondo le imprevedibili necessità dell'ASP, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna eccezione"*;

- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;

- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

MIS MEDICAL

STRYKER ITALIA SRL SU

NOVAMED

GIVAS

GDM MEDICAL GROUP

MALVESTIO SPA;

- che con verbali del seggio di gara dei 04.05.2023, 09.11.2023, 22.11.2023, 28.11.2023 e 10.01.2024, oltreché con verbali di valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al RUP prott. nn. 167312 del 9.11.2023, 173107 del 20.11.2023 e 349 del 2.1.2024, i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente atto, sono state compiute le attività ivi descritte e si è pervenuti all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore dell'O.E. che ha offerto – pregio giudizio tecnico di conformità - il prezzo più basso come di seguito specificato:

LOTTO N. 1(UNICO) – N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI

base d'asta unitaria €. 3.000,00 - base d'asta complessiva €. 186.000,00

HILL-ROM -prezzo unitario offerto €. 2.165,81 - prezzo complessivo offerto €. 134.280,22;

- che i documenti propedeutici alla proposizione del presente atto, richiesti con prot. 7167 del 12.1.2024, sono stati regolarmente presentati dall'aggiudicatario provvisorio, che il DURC risulta valido ai fini INPS e INAL e che sono in corso i controlli di rito a carico dello stesso;

Considerato, per quanto sopra, possibile procedere all'aggiudicazione definitiva della RDO n. 3494656 relativa alla fornitura in acquisto di n. 62 letti degenza elettrici per varie UU.OO.CC. dell' ASP di Agrigento in favore dell'O.E. miglior offerente HILL-ROM al prezzo unitario offerto €. 2.165,81 + IVA, nonché al prezzo complessivo offerto €. 134.280,22+ IVA;

Preso atto delle ulteriori richieste di fornitura letti da parte di diverse UU.OO., di cui di seguito:

UOC ORL P.O. Agrigento – n. 8 letti degenza – prot. 48355 del 14.3.2023

UOC PEDIATRIA P.O. Agrigento – n. 10 letti degenza adulto

Pronto Soccorso P.O. Canicattì – n. 6 letti degenza – prot. 180719 del 4.12.2023

UOC Cardiologia – P.O. Licata – n. 6 letti degenza – prot. 178832 del 26.10.2023;

Ritenuto:

- che l'importo complessivo derivante dagli esiti di gara ammonta a €. 163.821,86 (€. 134.280,22 + IVA);
- che, ai sensi della previsione di cui al punto A) del capitolato speciale di gara, è possibile acquistare, in aggiunta ai n. 62 letti aggiudicati, ulteriori n. 37 letti, sino alla concorrenza della somma di €. 214.999,00;
- che, conseguentemente, al fine di soddisfare le ulteriori richieste superiormente elencate, pari a n. 30 letti degenza aventi le medesime caratteristiche tecniche di quelli aggiudicati provvisoriamente con il verbale del seggio di gara del 10.01.2024, il cui onere ammonta a €. 79.268,65 (€. 64.974,30 + IVA) è necessario esercitare l'opzione di cui al punto A) della lex di gara;
- che l'onere del presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 243.090,51 IVA inclusa, è stato inserito nel piano degli investimenti 2023-2024 approvato con atto deliberativo n. 1338 del 18.8.2023 (voci nn. 24, 37 e 57);
- che l'autorizzazione di spesa assunta con l'atto di indizione (n. 500 del 16.3.2023) deve essere aggiornata secondo i contenuti del presente atto e, conseguentemente, necessita imputare la somma complessiva di €. 243.090,51 sul conto A101020601 bilancio 2024;

PROPONE DI

Per i motivi esposti in premessa che si intendo ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** i verbali del seggio di gara dei 04.05.2023, 09.11.2023, 22.11.2023, 28.11.2023 e 10.01.2024, oltreché con verbali di valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al RUP prott. nn. 167312 del 9.11.2023, 173107 del 20.11.2023 e 349 del 2.1.2024, relativi alla RDO 3494656 per la fornitura in acquisto di n. 62 letti degenza elettrici per varie UU.OO.CC. dell'ASP di Agrigento.
2. **Aggiudicare** definitivamente la RDO n. 3494656 per la fornitura in acquisto di n. 62 letti degenza elettrici per varie UU.OO.CC. dell'ASP di Agrigento in favore dell'O.E. miglior offerente HILL-ROM al prezzo unitario offerto €. 2.165,81 + IVA, nonché a quello complessivo offerto di €. 134.280,22.
3. **Dare atto:**
 - che il complessivo importo derivante dagli esiti di gara ammonta a €. 163.821,86 (€. 134.280,22 + IVA);
 - che è possibile acquistare, in aggiunta ai n. 62 letti aggiudicati provvisoriamente, ulteriori n. 37 letti, sino alla concorrenza della somma di €. 214.999,00, giusta previsione del capitolato speciale- punto A), opzione ex art. 106 co. 1) a) D. Lgs. n. 50/2016;

- che, conseguentemente, al fine di soddisfare le ulteriori richieste dettagliatamente riportate in premessa, pari a n. 30 letti degenza, il cui onere ammonta a €. 79.268,65 (€. 64.974,30 + IVA), è necessario esercitare parzialmente l'opzione di cui al punto A) della lex di gara.
 - che l'onere del presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 243.090,51 IVA inclusa, è stato inserito nel piano degli investimenti 2023-2024 approvato con atto deliberativo n. 1338 del 18.8.2023 (voci nn. 24, 37 e 57);
 - che l'autorizzazione di spesa assunta con l'atto di indizione (n. 500 del 16.3.2023) deve essere aggiornata secondo i contenuti del presente atto e, conseguentemente, necessita imputare la somma complessiva di €. 243.090,51 sul conto A101020601 bilancio 2024.
4. **Nominare** DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore Dipartimento Materno Infantile – Direttore UOC Ostetricia e ginecologia P.O. di Sciacca - Dott. Salvatore Incandela.
 5. **Dare atto** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse.
 6. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al DEC, alle Direzioni amministrativa e Sanitaria dei PP.OO. di Agrigento e Sciacca, ai Direttori delle UU.OO.CC Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Urologia P.O. Sciacca e della UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Agrigento.
 7. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere alla fornitura in favore delle strutture richiedenti.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

Allegati:

RDO 3494656

verbali del seggio di gara dei 04.05.2023, 09.11.2023, 22.11.2023, 28.11.2023 e 10.01.2024

verbali di valutazione tecnica dell'organo tecnico di supporto al RUP prott. prott. nn. 167312 del 9.11.2023, 173107 del 20.11.2023 e 349 del 2.1.2024
DURC Hill Rom

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere _____

Data _____

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere _____

Data _____

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC

"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO

Dati Principali

Numero RDO
3494656Criterio di aggiudicazione
Minor PrezzoNumero Lotti
1Nome RDO
GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZATipologia di procedura
Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitariaTipologia di contratto
Appalto di fornitureBandi istitutivi di riferimento
BeniRegolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MARIA LINA TIRRO'
TRRMLN66L42C351M

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ORESTE FALCO FLCRST58C25A0895

Stazione Appaltante


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Ente Committente


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Date


Pubblicazione

 22/03/2023 14:43


Inizio presentazione offerte

 22/03/2023 14:43


Termine ultimo presentazione offerte

 18/04/2023 10:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 12/04/2023 10:00

Data limite stipula contratto

 18/10/2023 10:00

Giorni dopo la stipula per consegna

20

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione:

Minor Prezzo

CIG	CUP	Buste
972413955B	-	2

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
33192130-2	Letti motorizzati	Arredi da laboratorio, sanitari e post Mortem	100

Formulazione offerta economica:

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta:

2

Importo oggetto di offerta:

Importo base d'asta:

Importo base d'asta:

€ 186.000,00

Termini di pagamento:

60 GG DATA ACCERTAMENTO CONFORMITA' MERCI
SERVIZI

Dati consegna e fatturazione:

Fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AGRIGENTO); Consegna: PP.OO. ASP AGRIGENTO; Aliquote:
secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



DGUE

DGUE.doc

209.0 Kb

capitolato oneri schema offerta.pdf

450.4 Kb

COPIA DELL'OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI CON IL DETTAGLIO DEL PRODOTTO OFFERTO

capitolato oneri schema offerta.pdf

450.4 Kb

CAPITOLATO ONERI SCHEMA OFFERTA

capitolato tecnico.pdf

399.7 Kb

CAPITOLATO TECNICO

lettera invito capitolato speciale.pdf

763.9 Kb

LETTERA INVITO CAPITOLATO SPECIALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Dott.ssa Maria Tirrò | - Presidente |
| 2) Sig.ra Daniela Parla | - Teste |
| 3) Sig. Rosetta Vella | - Teste |

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**

- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;

- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
MIS MEDICAL
STRYKER ITALIA SRL SU
NOVAMED
GIVAS
GDM MEDICAL GROUP
MALVESTIO SPA

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da atto dell'esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM -- conforme

R.D. MEDICAL SRL – conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – conforme

MIS MEDICAL – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED – conforme

GIVAS -- conforme

GDM MEDICAL GROUP – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA – conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE – ammessa al prosieguo di gara

HILL-ROM -- ammessa al prosieguo di gara

R.D. MEDICAL SRL – ammessa al prosieguo di gara

NOVAMED – ammessa al prosieguo di gara

GIVAS – ammessa al prosieguo di gara

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosieguo di gara

MALVESTIO SPA – ammessa al prosieguo di gara

MIS MEDICAL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016



STRYKER ITALIA SRL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.
GDM MEDICAL GROUP – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.


Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.


Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



IL TESTE



IL TESTE





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**

- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;

- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);

- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;

- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
MIS MEDICAL
STRYKER ITALIA SRL SU
NOVAMED
GIVAS
GDM MEDICAL GROUP
MALVESTIO SPA

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell'esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM – conforme

R.D. MEDICAL SRL – conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – conforme

MIS MEDICAL – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED – conforme

GIVAS – conforme

GDM MEDICAL GROUP – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA – conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE – ammessa al prosieguo di gara

HILL-ROM – ammessa al prosieguo di gara

R.D. MEDICAL SRL – ammessa al prosieguo di gara

NOVAMED – ammessa al prosieguo di gara

GIVAS – ammessa al prosieguo di gara


LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosieguo di gara

MALVESTIO SPA – ammessa al prosieguo di gara

MIS MEDICAL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

STRYKER ITALIA SRL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

GDM MEDICAL GROUP – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'GSC' and another that looks like 'B2'.

Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosieguo di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023 – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - conforme

R.D. MEDICAL SRL – non conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – non conforme

MIS MEDICAL – conforme

STRYKER ITALIA SRL - non conforme

NOVAMED – conforme

GIVAS – non conforme

GDM MEDICAL GROUP – non conforme

MALVESTIO SPA – conforme.




Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- ammette al prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, le società **GARDHEN BILANCE**, **HILL-ROM**, **MIS MEDICAL**, **NOVAMED** e **MALVESTIO SPA** in quanto giudicate conformi tecnicamente;

- esclude dal prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP in quanto giudicate non conformi tecnicamente.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 
IL TESTE 
IL TESTE 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N. 167312 del 9/11/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: valutazione schede tecniche RDO per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli O.E. in relazione alla gara in oggetto, si descrivono di seguito le risultanze derivanti dal confronto di quanto offerto e di quanto richiesto dal capitolato di gara:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta GDM MEDICAL GROUP: Prodotto offerto Letto serie 4303 – PSILIAKOS:

- richiesta la caratteristica "Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto". Il letto non presenta Led indicatore di altezza minima.
- Richiesta la caratteristica "Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto". Le sponde offerte non posseggono il sistema servo-assistito per l'abbattimento così come richiesto nel CSA. Infatti sia nella scheda tecnica che nel manuale non è presente questa caratteristica.
- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta GIVAS: Prodotto offerto Letto modello VEGA.

Richiesta la caratteristica di inclinazione della sezione gambali ad almeno 20°. Dalla scheda tecnica si evince inclinazione fino a 16°.

Pertanto, si ritiene **NON CONFORME**.

Ditta HILL ROM: Prodotto offerto Letto modello HR900.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Ditta LINET: Prodotto offerto Letto modello ELEGANZA 1

- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.
- Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta MALVESTIO: Prodotto offerto Letto modello DELTA 4 Cod. 3710.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.
Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta MIS MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello SMART 600 Cod. LH620E.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.
Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.

Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara.
Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta R.D. MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello CURA 4040 di prod SCHRODER.

- Richieste Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Riferendosi ai punti indicati dalla Rispondenza inserita nella busta tecnica dove vengono indicati i punti n°22 e 23 della pag. 8 e il punto 21 della pag. 7 della Relazione tecnica e di conseguenza, andando ad analizzare i suddetti punti, non si riscontra la presenza dell'uscita facilitata. Infatti la Ditta dichiara la presenza di maniglie integrate per facilitare l'entrata e l'uscita del paziente ma non la posizione di uscita facilitata come richiesto dal capitolato.
- Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta STRYKER: Prodotto offerto Letto modello SV2.

- Richiesto 4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leve a doppio braccio o unica barra. Dall'analisi della documentazione tecnica non si comprende qual è il letto offerto in gara se trattasi del letto SV2 o SV2 Package Plus o SV2 Complete. Vengono descritte a pag. 15 tutti gli elementi inclusi nelle 3 configurazioni ma non specificano quale delle 3 configurazioni è quella offerta in gara. Infatti la scheda tecnica risulta parecchio generica tanto da indicare in alcuni punti, come ad esempio a pag. 4 relativamente alla caratteristica Luce Notturna sotto al letto, per la quale si legge chiaramente che si tratta di un elemento opzionale nel modello SV2 base e di serie nel modello SV2 Complete, senza chiarire quale dei due è stato realmente offerto. Inoltre a pag. 7 della scheda tecnica le ruote gemellari da 150 mm vengono offerte come opzionali.
- Richiesto Schienale elevabile elettricamente (chiarim: di almeno 63°). Vedasi pag. 9 della scheda tecnica. Il letto offerto possiede un'inclinazione della schiena da 0 a 60° difforme da quanto



chiarito in sede di gara attraverso i chiarimenti pubblicati che stabiliva un'inclinazione della sezione schiena di almeno 63°. Si riscontra però che nel dépliant è riportata un'inclinazione da 0 a 65° ma senza alcun riferimento alla tipologia di modello.

- Richieste Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Vedasi pag. 9 della scheda tecnica dove si legge chiaramente che i gradi di inclinazione del trend e dell'anti-trendelenburg è pari a +/- 12° difforme da quanto meglio specificato con i chiarimenti pubblicati che stabilivano l'inclinazione del trend ed antitrend di almeno +/-15° circa.
- Richiesto Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento. Vedasi pag. 7 della scheda tecnica. La Stryker dichiara che la testiera e la pediera del letto offerto presenta un sistema di inserzione profondo che ne impedisce la fuoriuscita accidentale. Tale caratteristica è difforme da quanto richiesto dal Capitolato che prevedeva la presenza di un sistema di bloccaggio della pediera e della testiera caratteristica non presente nel prodotto offerto.
- Richiesto Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica. vedasi pag. 8. Il letto offerto dalla Stryker non presenta l'allarme acustico di letto non frenato ma, come specificano, un allarme visivo rappresentato da codice colore (rosso) sui 4 pedali per letto non frenato. A seguito di chiarimenti pubblicati è stato definito che l'allarme acustico richiesto è un requisito minimo indispensabile.
- Richiesto Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera. Vedasi pag. 4. Non si capisce se tale caratteristica è presente o meno visto che trattasi di un'opzione per il modello SV2 e di serie per il modello SV2 Complete senza specificare quale dei due modelli è quello offerto.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.
- Richiesto Allargamento per bombola di ossigeno. A pag. 10 è presente un elenco di porta bombole ma non specificano quale dei modelli proposti verrà offerto.
- Richiesto Asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza. A pag. 9 e 10 sono presenti 2 modelli di asta flebo ma non specificano quale dei due è offerto.
- Richiesto Portapadelle. Non si riscontra il portapadelle richiesto dal capitolato.

Per quanto sopra esposto, il prodotto si ritiene **NON CONFORME**

Agrigento, 03-11-2023

Dr. S. Scandola

Dr. ssa M.R. Falco Abramo
AZ SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
PRES OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA
DR. MARIARITA FALCO ABRAMO AG3567
CODICE FISCALE: FLCMRT71P49H1480
CONSIGL. EMPAMI: 3002109117T



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03 2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

Rg

D

952

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
MIS MEDICAL
STRYKER ITALIA SRL SU
NOVAMED
GIVAS
GDM MEDICAL GROUP
MALVESTIO SPA

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell'esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE --- conforme

HILL-ROM -- -- conforme

R.D. MEDICAL SRL -- conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO -- conforme

MIS MEDICAL -- si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED -- conforme

GIVAS -- conforme

GDM MEDICAL GROUP -- si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA -- conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE -- ammessa al prosieguo di gara

HILL-ROM -- ammessa al prosieguo di gara

R.D. MEDICAL SRL -- ammessa al prosieguo di gara

NOVAMED -- ammessa al prosieguo di gara

GIVAS -- ammessa al prosieguo di gara

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosieguo di gara

MALVESTIO SPA -- ammessa al prosieguo di gara

MIS MEDICAL -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

STRYKER ITALIA SRL -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

GDM MEDICAL GROUP -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.



Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip."

-che con verbale del seggio di gara del 9.11.2023 si è proceduto a quanto di seguito:

"Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosieguo di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023 – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - conforme

R.D. MEDICAL SRL – non conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – non conforme

MIS MEDICAL – conforme

STRYKER ITALIA SRL - non conforme

NOVAMED – conforme

GIVAS – non conforme

GDM MEDICAL GROUP – non conforme


MALVESTIO SPA -- conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- ammette al prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, le società **GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED e MALVESTIO SPA** in quanto giudicate conformi tecnicamente;

- esclude dal prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. **R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP** in quanto giudicate non conformi tecnicamente.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a stylized signature on the right.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da atto che a seguito della notifica delle esclusioni, le società **R.D. MEDICAL SRL** e **LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, escluse in quanto in quanto giudicate (offerte tecniche) non conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico, hanno fatto pervenire proprie note (pec del 10.11.2023) di rivalutazione delle proprie specifiche tecniche per i motivi ivi indicati, ovvero di contestazione al giudizio reso dall'organo tecnico di supporto al RUP.

Che le citate pec sono state trasmesse all'organo tecnico per il necessario esame di competenza e le conseguenziali valutazioni da rendere all'UOC Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Che l'organo tecnico di supporto al RUP ha fatto pervenire con mail del 20.11.2023 proprio verbale ex prot. 173107 del 20.11.2023, allegato, recante la valutazione tecnica di tutti le società ammesse alla fase tecnica e, in particolare, a modifica del precedente verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023 si evince a carico degli OO.EE istanti:

"Ditta Linet: prodotto offerto ... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme

Ditta RD Medical ...prodotto offerto... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme".


Preso atto del superiore giudizio reso a carico delle società **R.D. MEDICAL SRL** e **LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, dispone la riammissione delle stesse al prosieguo di gara per aver conseguito il giudizio tecnico di conformità.

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le società ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche:

GARDHEN BILANCE
HILL-ROM
MIS MEDICAL
NOVAMED
MALVESTIO SPA
R.D. MEDICAL SRL
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

IL TESTE 

IL TESTE 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N° 143107 del 20/11/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: nuova valutazione schede tecniche RDO per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli OO.EE. in relazione alla gara in oggetto, si descrivono di seguito le risultanze derivanti dal confronto di quanto offerto e di quanto richiesto dal capitolato di gara ed alla luce di quanto sollevato da due OO.EE. si riscontra quanto segue:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta GDM MEDICAL GROUP: Prodotto offerto Letto serie 4303 – PSILIAKOS:

- richiesta la caratteristica "Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto". Il letto non presenta Led indicatore di altezza minima.
- Richiesta la caratteristica "Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto". Le sponde offerte non posseggono il sistema servo-assistito per l'abbattimento così come richiesto nel CSA. Infatti sia nella scheda tecnica che nel manuale non è presente questa caratteristica.
- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.


Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta CIVAS: Prodotto offerto Letto modello VEGA.

Richiesta la caratteristica di inclinazione della sezione gambali ad almeno 20°. Dalla scheda tecnica si evince inclinazione fino a 16°.

Per quanto sopra esposto, si ritiene **NON CONFORME**.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Ditta HILL ROM: Prodotto offerto Letto modello HR900.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta LINET: Prodotto offerto Letto modello ELEGANZA 1.
Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **CONFORME**.

Ditta MALVESTIQ: Prodotto offerto Letto modello DELTA 4 Cod. 3710.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta MIS MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello SMART 500 Cod. LH620E.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta R.D. MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello CURA 4040 di prod SCHRODER.
Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **CONFORME**.

Ditta STRYKER: Prodotto offerto Letto modello SV2.

- Richiesto 4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leva a doppio braccio o unica barra. Dall'analisi della documentazione tecnica non si comprende qual è il letto offerto in gara se trattasi del letto SV2 o SV2 Package Plus o SV2 Complete. Vengono descritte a pag. 15 tutti gli elementi inclusi nelle 3 configurazioni ma non specificano quale delle 3 configurazioni è quella offerta in gara. Infatti la scheda tecnica risulta parecchio generica tanto da indicare in alcuni punti, come ad esempio a pag. 4 relativamente alla caratteristica Luce Notturna sotto al letto, per la quale si legge chiaramente che si tratta di un elemento opzionale nel modello SV2 base e di serie nel modello SV2 Complete, senza chiarire quale dei due è stato realmente offerto. Inoltre a pag. 7 della scheda tecnica le ruote gemellari da 150 mm vengono offerte come opzionali.
- Richiesto Schienale eievable elettricamente (chiarim: di almeno 63°). Vedasi pag. 9 della scheda tecnica. Il letto offerto possiede un'inclinazione dello schienale da 0 a 60° difforme da quanto chiarito in sede di gara attraverso i chiarimenti pubblicati che stabiliva un'inclinazione della sezione schiena di almeno 63°. Si riscontra però che nei dépliant è riportata un'inclinazione da 0 a 65° ma senza alcun riferimento alla tipologia di modello.
- Richiesto Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Vedasi pag. 9 della scheda tecnica dove si legge chiaramente che i gradi di inclinazione del trend e dell'anti-trendelenburg è pari a +/- 12° difforme da quanto meglio specificato con i chiarimenti pubblicati che stabilivano l'inclinazione del trend ed antitrend di almeno +/-15° circa.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



- Richiesto Testiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento. Vedasi pag. 7 della scheda tecnica. La Stryker dichiara che la testiera e la pediera del letto offerto presenta un sistema di inserzione profondo che ne impedisce la fuoriuscita accidentale. Tale caratteristica è difforme da quanto richiesto dal Capitolato che prevedeva la presenza di un sistema di bloccaggio della pediera e della testiera caratteristica non presente nel prodotto offerto.
- Richiesto Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica. vedasi pag. 8. Il letto offerto dalla Stryker non presenta l'allarme acustico di letto non frenato ma, come specificano, un allarme visivo rappresentato da codice colore (rosso) sui 4 pedali per letto non frenato. A seguito di chiarimenti pubblicati è stato definito che l'allarme acustico richiesto è un requisito minimo indispensabile
- Richiesto Predisposizione del piano allungo letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera. Vedasi pag. 4. Non si capisce se tale caratteristica è presente o meno visto che trattasi di un'opzione per il modello SV2 e di serie per il modello SV2 Completa senza specificare quale dei due modelli è quello offerto.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.
- Richiesto Alloggiamento per bombola di ossigeno. A pag. 10 è presente un elenco di porta bombole ma non specificano quale dei modelli proposti verrà offerto.
- Richiesto Asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza. A pag. 9 e 10 sono presenti 2 modelli di asta letto ma non specificano quale dei due è offerto.
- Richiesto Porta padella. Non si riscontra il portapadelle richiesto dal capitolato.
- Richiesto Vassoio servitore dotato di 4 ruote e di altezza variabile. Viene allegato un dépliant relativo al tavolino servitore dove si riscontrano 2 modelli ma senza specificare quale dei due è offerto.

Per quanto sopra esposto, il prodotto si ritiene **NON CONFORME**

Agrigento, 20-11-2023

Dr. S. Incampella

Dr.ssa M.R. Falco Abramo



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER
VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656**

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINEA ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

MIS MEDICAL

STRYKER ITALIA SRL SU

NOVAMED

GIVAS

GDM MEDICAL GROUP

MALVESTIO SPA

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell'esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE -- conforme

HILL-ROM -- conforme

R.D. MEDICAL SRL -- conforme

LINEA ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO -- conforme

MIS MEDICAL -- si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED -- conforme

GIVAS -- conforme

GDM MEDICAL GROUP -- si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA -- conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE -- ammessa al prosieguo di gara

HILL-ROM -- ammessa al prosieguo di gara

R.D. MEDICAL SRL -- ammessa al prosieguo di gara

NOVAMED -- ammessa al prosieguo di gara

GIVAS -- ammessa al prosieguo di gara

LINEA ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosieguo di gara

MALVESTIO SPA -- ammessa al prosieguo di gara


MIS MEDICAL -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

STRYKER ITALIA SRL -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

GDM MEDICAL GROUP -- ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.







Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società aramesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

-che con verbale del seggio di gara del 9.11.2023 si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosieguo di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023 – allegato -- di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - conforme

R.D. MEDICAL SRL – non conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO -- non conforme

MIS MEDICAL -- conforme

STRYKER ITALIA SRL - non conforme

NOVAMED -- conforme

GIVAS – non conforme

GDM MEDICAL GROUP – non conforme

MALVESTIO SPA -- conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- ammette al prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, le società **GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED** e **MALVESTIO SPA** in quanto giudicate conformi tecnicamente;

- esclude dal prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. **R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS** e **GDM MEDICAL GROUP** in quanto giudicate non conformi tecnicamente.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

-che con verbale del seggio di gara del 22.11.2023 si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che a seguito della notifica delle esclusioni, le società **R.D. MEDICAL SRL** e **LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, escluse in quanto in quanto giudicate (offerte tecniche) non conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico, hanno fatto pervenire proprie note (pec del 10.11.2023) di rivalutazione delle proprie specifiche tecniche per i motivi ivi indicati, ovvero di contestazione al giudizio reso dall'organo tecnico di supporto al RUP.

Che le citate pec sono state trasmesse all'organo tecnico per il necessario esame di competenza e le conseguenziali valutazioni da rendere all'UOC Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Che l'organo tecnico di supporto al RUP ha fatto pervenire con mail del 20.11.2023 proprio verbale ex prot. 173107 del 20.11.2023, allegato, recante la valutazione tecnica di tutti le società ammesse alla fase tecnica e, in particolare, a modifica del precedente verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023 si evince a carico degli OO.BB. istanti:

“Ditta Linet: prodotto offerto ... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme

Ditta RD Medical ...prodotto offerto... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme”.

Preso atto del superiore giudizio reso a carico delle società **R.D. MEDICAL SRL** e **LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, dispone la riammissione delle stesse al prosieguo di gara per aver conseguito il giudizio tecnico di conformità.

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le società ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche:

GARDHEN BILANCE
HILL-ROM
MIS MEDICAL
NOVAMED
MALVESTIO SPA
R.D. MEDICAL SRL
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Procede, secondo l'ordine presente in piattaforma, all'apertura telematica dei plichi contenenti le offerte economiche delle società ammesse alla presente fase, dando pubblica lettura del contenuto dei precitati plichi e riportandone di seguito il contenuto delle offerte complessive:

LOTTO N. 1(UNICO) – N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI

base d'asta unitaria € 3.000,00 - base d'asta complessiva € 186.000,00

GARDHEN BILANCE

Prezzo unitario offerto €. 1.995,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.690,00

HILL-ROM

Prezzo unitario offerto €. 2.165,81
Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

Prezzo unitario offerto €. 2.505,00
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00

MALVESTIO SPA

Prezzo unitario offerto €. 2.402,64
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68

MIS MEDICAL

Prezzo unitario offerto €. 2.234,04
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48

NOVAMED

Prezzo unitario offerto €. 1.997,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00

R.D. MEDICAL SRL

Prezzo unitario offerto €. 2.192,00
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00

Preso atto delle offerte economiche delle sopraelencate società procede a redigere la relativa graduatoria, come appresso riportata:

1° - GARDHEN BILANCE

Prezzo unitario offerto €. 1.995,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.690,00

2° - NOVAMED

Prezzo unitario offerto €. 1.997,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00

3° -HILL-ROM

Prezzo unitario offerto €. 2.165,81
Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22

4° - R.D. MEDICAL SRL

Prezzo unitario offerto €. 2.192,00
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00

5° - MIS MEDICAL

Prezzo unitario offerto €. 2.234,04
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48

6° - MALVESTIO SPA

Prezzo unitario offerto €. 2.402,64
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68

7°- LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

Prezzo unitario offerto €. 2.505,00
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00

Conseguentemente, atteso il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta), aggiudica provvisoriamente la fornitura di N. 62 LETTI DEGENZA

h2

g5

ELETTRICI in favore della società miglior offerente/1[^] nella graduatoria delle offerte - **GARDHEN**
BILANCE al prezzo unitario offerto €. 1.995,00, nonché a quello complessivo offerto di €. 123.690,00.
Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL TESTE



IL TESTE





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER
VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656**

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di gennaio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
MIS MEDICAL
STRYKER ITALIA SRL SU
NOVAMED
GIVAS
GDM MEDICAL GROUP
MALVESTIO SPA

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell’esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM -- conforme

R.D. MEDICAL SRL – conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – conforme

MIS MEDICAL – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED – conforme

GIVAS – conforme

GDM MEDICAL GROUP – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA – conforme.

Dispone le ammissioni al prosiegua di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE – ammessa al prosiegua di gara

HILL-ROM – ammessa al prosiegua di gara

R.D. MEDICAL SRL – ammessa al prosiegua di gara

NOVAMED – ammessa al prosiegua di gara

GIVAS – ammessa al prosiegua di gara

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosiegua di gara

MALVESTIO SPA – ammessa al prosiegua di gara

MIS MEDICAL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

STRYKER ITALIA SRL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

GDM MEDICAL GROUP – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

-che con verbale del seggio di gara del 9.11.2023 si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosieguo di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del **verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023** – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - conforme

R.D. MEDICAL SRL – non conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – non conforme

MIS MEDICAL – conforme

STRYKER ITALIA SRL - non conforme

NOVAMED – conforme

GIVAS – non conforme

GDM MEDICAL GROUP – non conforme

MALVESTIO SPA – conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- **ammette al prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, le società GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED e MALVESTIO SPA in quanto giudicate conformi tecnicamente;**

- **esclude dal prosieguo di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP in quanto giudicate non conformi tecnicamente.**

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

-che con verbale del seggio di gara del 22.11.2023 si è proceduto a quanto di seguito:

D

R

gsc

“Da atto che a seguito della notifica delle esclusioni, le società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, escluse in quanto in quanto giudicate (offerte tecniche) non conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico, hanno fatto pervenire proprie note (pec del 10.11.2023) di rivalutazione delle proprie specifiche tecniche per i motivi ivi indicati, ovvero di contestazione al giudizio reso dall’organo tecnico di supporto al RUP.

Che le citate pec sono state trasmesse all’organo tecnico per il necessario esame di competenza e le conseguenziali valutazioni da rendere all’UOC Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Che l’organo tecnico di supporto al RUP ha fatto pervenire con mail del 20.11.2023 proprio verbale ex prot. 173107 del 20.11.2023, allegato, recante la valutazione tecnica di tutti le società ammesse alla fase tecnica e, in particolare, a modifica del precedente verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023 si evince a carico degli OO.EE. istanti:

*“Ditta **Linet**: prodotto offerto ... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme*

*Ditta **RD Medical** ...prodotto offerto... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene conforme”.*

Preso atto del superiore giudizio reso a carico delle società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, dispone la riammissione delle stesse al prosieguo di gara per aver conseguito il **giudizio tecnico di conformità**.

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le società ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche:

GARDHEN BILANCE
HILL-ROM
MIS MEDICAL
NOVAMED
MALVESTIO SPA
R.D. MEDICAL SRL
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell’ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

che con **verbale del seggio di gara del 28.11.2023** si è proceduto a quanto di seguito:

“Procede, secondo l’ordine presente in piattaforma, all’apertura telematica dei plichi contenenti le offerte economiche delle società ammesse alla presente fase, dando pubblica lettura del contenuto dei precitati plichi e riportandone di seguito il contenuto delle offerte complessive:

LOTTO N. 1(UNICO) – N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI

base d’asta unitaria € 3.000,00 - base d’asta complessiva € 186.000,00

GARDHEN BILANCE

Prezzo unitario offerto € 1.995,00

Prezzo complessivo offerto € 123.690,00

HILL-ROM

Prezzo unitario offerto € 2.165,81

R D

QSV

Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
Prezzo unitario offerto €. 2.505,00
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00
MALVESTIO SPA
Prezzo unitario offerto €. 2.402,64
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68
MIS MEDICAL
Prezzo unitario offerto €. 2.234,04
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48
NOVAMED
Prezzo unitario offerto €. 1.997,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00
R.D. MEDICAL SRL
Prezzo unitario offerto €. 2.192,00
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00

Preso atto delle offerte economiche delle sopraelencate società procede a redigere la relativa graduatoria, come appresso riportata:

1° - GARDHEN BILANCE
Prezzo unitario offerto €. 1.995,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.690,00
2° - NOVAMED
Prezzo unitario offerto €. 1.997,00
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00
3° - HILL-ROM
Prezzo unitario offerto €. 2.165,81
Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22
4° - R.D. MEDICAL SRL
Prezzo unitario offerto €. 2.192,00
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00
5° - MIS MEDICAL
Prezzo unitario offerto €. 2.234,04
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48
6° - MALVESTIO SPA
Prezzo unitario offerto €. 2.402,64
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68
7° - LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
Prezzo unitario offerto €. 2.505,00
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00

Conseguentemente, atteso il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta), **aggiudica provvisoriamente la fornitura di N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI in favore della società miglior offerente/1[^] nella graduatoria delle offerte - GARDHEN BILANCE al prezzo unitario offerto €. 1.995,00, nonché a quello complessivo offerto di €. 123.690,00.** Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

- Che la Hill Rom con pec del 30.11.2023 ha formulato istanza di accesso alla documentazione di gara delle altre ditte partecipanti e che tale accesso, con prot. 185733 del 12.12.2023, è stato differito, dandone comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 53 co. 2 c) D. Lgs.n.50/2016, in esito all'adozione da parte della Direzione Aziendale del provvedimento di aggiudicazione definitiva;



- che la Novamed con pec del 4.12.2023 ha formulato istanza di accesso alla documentazione di gara della Gardhen Bilance e che tale accesso, con prot. 185734 del 12.12.2023, è stato differito, dandone comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 53 co. 2 c) D. Lgs.n.50/2016, in esito all'adozione da parte della Direzione Aziendale del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- che le ditte controinteressate all'accesso di cui sopra, Gardhen Bilance e Novamed, hanno presentato opposizione al rilascio dei propri atti di gara;

- che la società Hill Rom ha inoltrato pec del 15.12.2023 recante *"In riferimento alla RDO n°3494656 CIG 972413955B ed al relativo verbale della Commissione Giudicatrice del 28/11/2023 dove si vince la graduatoria di aggiudicazione. In merito a quanto sopra siamo a comunicarVi che, a nostro avviso e in relazione alle informazioni a noi note, il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance non risulterebbe conforme ai requisiti minimi richiesti dalla gara in questione ed in particolare non ci risulta che il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance possieda l'inclinazione del gambale di almeno 20° ma bensì di 15° come si evince alla pagina 4 del depliant scaricato dal sito ufficiale del produttore di cui alleghiamo il file e di seguito inviamo anche il link. <https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/italiano/Gardhenia%20con%20Semisponde%20AC71-1.pdf>.*

Inoltre a nostra conoscenza l'asta flebo a corredo con i letti della Garden Bilance non possiede la portata di 5 kg ma di 2 kg come si evince dal manuale d'uso.

Per quanto riguarda la seconda classificata la ditta Novamed a nostra conoscenza non ci risulta che il prodotto da loro commercializzato possieda le seguenti caratteristiche richieste dal capitolato di gara e nello specifico:

Il prodotto a nostra conoscenza non possiede le sponde servoassistite come richiesto, non possiede il gancio di fissaggio del cavo di alimentazione, non possiede la posizione di uscita facilitata, sempre a nostra conoscenza non ci risulta che l'asta flebo possieda 4 ganci ma bensì solo 2.

In attesa di Vostro riscontro in merito ed in attesa di poter accedere ufficialmente agli atti di gara per ulteriore verifica sulla conformità dei prodotti in questione, Vi chiediamo di effettuare le dovute verifiche di quanto sopra esposto." e che la stessa è stata sottoposta (prot. 190728 del 20.12.2023) all'organo tecnico di supporto al RUP per l'esame e la verifica dei contenuti rispetto alla documentazione tecnica prodotta dalle società Gardhen Bilance e Novamed;

-che l'organo tecnico, con nota 349 del 2.1.2024, ha rassegnato le verifiche richieste con la prot. 190728;

Tutto ciò premesso


IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

In ordine a quanto avanti riportato, da pubblica lettura del contenuto della prot. 349 del 2.1.2024 – allegata - riportandone di seguito sinteticamente il contenuto e rinviando per le motivazioni alla nuova valutazione tecnica di cui trattasi :

D

B


6

"GARDHEN BILANCE: ... vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse da Hill Rom, dichiarando il prodotto NON CONFORME"

"NOVAMED: ... vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse da Hill Rom, dichiarando il prodotto NON CONFORME".

Preso atto delle valutazioni tecniche rese con prot. 349 del 2.1.2024 ed, esclusivamente sulla base delle stesse, procede a **dichiarare:**

Gardhen Bilance – esclusa dal prosieguo di gara per non conformità tecnica dei prodotti offerti

Novamed - esclusa dal prosieguo di gara per non conformità tecnica dei prodotti offerti.

Procede, conseguentemente, a **revocare l'aggiudicazione provvisoria disposta con verbale del seggio di gara del 28.11.2023 in favore della società Gardhen Bilance.**

Provvede a redigere la nuova graduatoria delle offerte economiche delle ditte che hanno conseguito la **conformità tecnica da parte del preposto organo, come appresso riportata:**

1° - HILL-ROM

Prezzo unitario offerto € 2.165,81

Prezzo complessivo offerto € 134.280,22

2° - R.D. MEDICAL SRL

Prezzo unitario offerto € 2.192,00

Prezzo complessivo offerto € 135.904,00

3° - MIS MEDICAL

Prezzo unitario offerto € 2.234,04

Prezzo complessivo offerto € 138.510,48

4° - MALVESTIO SPA

Prezzo unitario offerto € 2.402,64

Prezzo complessivo offerto € 148.963,68

5°- LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

Prezzo unitario offerto € 2.505,00

Prezzo complessivo offerto € 155.310,00

Consequentemente, atteso il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta), **aggiudica provvisoriamente la fornitura di N. 62 LETTI DEGENZA**

ELETTRICI in favore della società miglior offerente/1^ nella graduatoria delle offerte - HILL-ROM

Prezzo unitario offerto € 2.165,81 - Prezzo complessivo offerto € 134.280,22.

Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTE

IL TESTE

RDO 3494656: GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO. CIG 972413955B

Da ufficiogare.hillrom@pec.it <ufficiogare.hillrom@pec.it>
A forniture@pec.aspag.it <forniture@pec.aspag.it>
Cc forniture@aspag.it <forniture@aspag.it>, **pietro.gargano@medicinasas.it**
<pietro.gargano@medicinasas.it>, **alessandro.saitta@medicinasas.it**
<alessandro.saitta@medicinasas.it>, **paolo_belloni@baxter.com**
<paolo_belloni@baxter.com>
Data venerdì 15 dicembre 2023 - 14:21

Sp.le ASP AGRIGENTO,

In riferimento alla RDO n°3494656 CIG 972413955B ed al relativo verbale della Commissione Giudicatrice del 28/11/2023 dove si evince la graduatoria di aggiudicazione.

In merito a quanto sopra siamo a comunicarVi che, a nostro avviso e in relazione alle informazioni a noi note, il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance non risulterebbe conforme ai requisiti minimi richiesti dalla gara in questione ed in particolare non ci risulta che il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance possieda l'inclinazione del gambale di almeno 20° ma bensì di 15° come si evince alla pagina 4 del depliant scaricato dal sito ufficiale del produttore di cui alleghiamo il file e di seguito inviamo anche il link.

<https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/italiano/Gardhenia%20con%20Semisponde%20AC71-1.pdf>

Inoltre a nostra conoscenza l'asta flebo a corredo con i letti della Garden Bilance non possiede la portata di 5 kg ma di 2 kg come si evince dal manuale d'uso.

Per quanto riguarda la seconda classificata la ditta Novamed a nostra conoscenza non ci risulta che il prodotto da loro commercializzato possieda le seguenti caratteristiche richieste dal capitolato di gara e nello specifico:

Il prodotto a nostra conoscenza non possiede le sponde servoassistite come richiesto, non possiede il gancio di fissaggio del cavo di alimentazione, non possiede la posizione di uscita facilitata, sempre a nostra conoscenza non ci risulta che l'asta flebo possieda 4 ganci ma bensì solo 2.

In attesa di Vostro riscontro in merito ed in attesa di poter accedere ufficialmente agli atti di gara per ulteriore verifica sulla conformità dei prodotti in questione, Vi chiediamo di effettuare le dovute verifiche di quanto sopra esposto.

Hill-Rom S.p.A.


Via G. Ambrosoli 6 – 20053 Rodano (MI)

Tel. 0295054 220/219 – 3421252470 Fax 0295320578

email: HRC_ufficio_gare@baxter.com – PEC: ufficiogare.hillrom@pec.it

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI rdo3494656.pdf.p7m

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N. 0000349 del 2/01/2024

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: valutazione schede tecniche GARDHEN BILANCE e NOVAMED per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli OO.EE. in oggetto alla luce delle contestazioni sollevate dalla Ditta Hill Rom si riscontra quanto segue:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia.

Dalla revisione attenta della documentazione e delle dichiarazioni mosse dalla Ditta Hill Rom si evince che:

- Relativamente all'inclinazione del gambale di almeno 20°, la Ditta dichiara di possedere la caratteristica nella relazione tecnica ma della stessa caratteristica non vi è traccia sul manuale d'uso prodotto in sede di gara. Sul manuale presente in home page, come segnalato dalla Ditta Hill Rom, viene dichiarata, invece, una inclinazione del gambale pari a 15°.
- Relativamente alle caratteristiche dell'asta porta flebo, nella relazione tecnica viene dichiarata una portata di 5 Kg mentre sul manuale d'uso prodotto in sede di gara, viene dichiarata una portata max di 2 Kg.

Per quanto sopra esposto, vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse dalla Ditta Hill Rom, dichiarando il prodotto **NON CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.

Dalla revisione attenta della documentazione e delle dichiarazioni mosse dalla Ditta Hill Rom si evince che né in scheda tecnica né sul manuale d'uso prodotto in sede di gara, si evincono le caratteristiche segnalate, per mero errore non precedentemente evidenziate; si segnala l'assenza di alcun riferimento a sponde servoassistite, gancio di fissaggio cavo di alimentazione, posizione di uscita facilitata, asta porta flebo.

Per quanto sopra esposto, vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse dalla Ditta Hill Rom, dichiarando il prodotto **NON CONFORME**.

Agrigento, 27-12-2023

Dr. S. Incandela

Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
IL CAPO DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
Dott. SALVATORE INCANDELA

AZ SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
PRES. OSP. S. GIOVANNI BATTISTA AGRIGENTO
Dr. SSA M. R. Falco Abramo
DR. MARIARITA FALCO ABRAMO 003501
CODICE FISCALE ELCHIR77949H1480
CODICE EMPANI: 0002191171

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40609442	Data richiesta	04/10/2023	Scadenza validità	01/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HILL ROM SPA
Codice fiscale	08817300158
Sede legale	VIA GIORGIO AMBROSOLI, 6 20053 RODANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal 25 GEN 2024

Agrigento, li 25 GEN 2024

Il Referente Ufficio atti deliberativi
Il collaboratore amm.vo
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio atti deliberativi
Il collaboratore amm.vo
Sig.ra Sabrina Terrasi