



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

VERBALE DI GARA

GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656

Lotto unico - C.I.G. 972413955B

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di novembre, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

GARDHEN BILANCE

HILL-ROM

R.D. MEDICAL SRL

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO

MIS MEDICAL

STRYKER ITALIA SRL SU

NOVAMED

GIVAS

GDM MEDICAL GROUP

MALVESTIO SPA

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell’esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - – conforme

R.D. MEDICAL SRL – conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – conforme

MIS MEDICAL – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

STRYKER ITALIA SRL - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

NOVAMED – conforme

GIVAS – conforme

GDM MEDICAL GROUP – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

MALVESTIO SPA – conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguo di gara come di seguito specificato:

GARDHEN BILANCE – ammessa al prosieguo di gara

HILL-ROM – ammessa al prosieguo di gara

R.D. MEDICAL SRL – ammessa al prosieguo di gara

NOVAMED – ammessa al prosieguo di gara

GIVAS – ammessa al prosieguo di gara

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO - ammessa al prosieguo di gara

MALVESTIO SPA – ammessa al prosieguo di gara

MIS MEDICAL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

STRYKER ITALIA SRL – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

GDM MEDICAL GROUP – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.



Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

-che con **verbale del seggio di gara del 9.11.2023** si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosiegua di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del **verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023** – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

GARDHEN BILANCE – conforme

HILL-ROM - conforme

R.D. MEDICAL SRL – non conforme

LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – non conforme

MIS MEDICAL – conforme

STRYKER ITALIA SRL - non conforme

NOVAMED – conforme

GIVAS – non conforme

GDM MEDICAL GROUP – non conforme


MALVESTIO SPA – conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- **ammette al prosiegua di gara, fase apertura offerte economiche, le società GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED e MALVESTIO SPA in quanto giudicate conformi tecnicamente;**

- **esclude dal prosiegua di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP in quanto giudicate non conformi tecnicamente.**

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.



Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

Da atto che a seguito della notifica delle esclusioni, le società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, escluse in quanto in quanto giudicate (offerte tecniche) non conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico, hanno fatto pervenire proprie note (pec del 10.11.2023) di rivalutazione delle proprie specifiche tecniche per i motivi ivi indicati, ovvero di contestazione al giudizio reso dall'organo tecnico di supporto al RUP.

Che le citate pec sono state trasmesse all'organo tecnico per il necessario esame di competenza e le conseguenziali valutazioni da rendere all'UOC Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Che l'organo tecnico di supporto al RUP ha fatto pervenire con mail del 20.11.2023 proprio verbale ex prot. 173107 del 20.11.2023, allegato, recante la valutazione tecnica di tutti le società ammesse alla fase tecnica e, in particolare, a modifica del precedente verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023 si evince a carico degli OO.EE. istanti:

*“Ditta **Linet**: prodotto offerto ... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **conforme***

*Ditta **RD Medical** ...prodotto offerto... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **conforme**”.*

Preso atto del superiore giudizio reso a carico delle società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, dispone la riammissione delle stesse al prosieguo di gara per aver conseguito il **giudizio tecnico di conformità**.

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le società ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche:

GARDHEN BILANCE
HILL-ROM
MIS MEDICAL
NOVAMED
MALVESTIO SPA
R.D. MEDICAL SRL
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO.

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

IL TESTE 

IL TESTE 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N. 143104 del 20/11/2023

Al Direttore UOC Provveditorato
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: nuova valutazione schede tecniche RDO per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli OO.EE. in relazione alla gara in oggetto, si descrivono di seguito le risultanze derivanti dal confronto di quanto offerto e di quanto richiesto dal capitolato di gara ed alla luce di quanto sollevato da due OO.EE. si riscontra quanto segue:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta GDM MEDICAL GROUP: Prodotto offerto Letto serie 4303 – PSILIAKOS:

- richiesta la caratteristica "Altezza variabile tra circa 40 e 80 cm con led di indicazione di altezza minima di sicurezza sotto il letto". Il letto non presenta Led indicatore di altezza minima.
- Richiesta la caratteristica "Sponde in monoscocca a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito e che non occupino molto spazio quando abbassate. Facilmente lavabili e disinfettabili in ogni loro parte e meccanismo. Le sponde devono avere un'impugnatura che faciliti i movimenti del paziente in fase di salita e discesa dal letto". Le sponde offerte non posseggono il sistema servo-assistito per l'abbattimento così come richiesto nel CSA. Infatti sia nella scheda tecnica che nel manuale non è presente questa caratteristica.
- Richieste le posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Il letto non possiede la posizione di uscita facilitata.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.

Per quanto sopra esposto è da ritenersi **NON CONFORME**.

Ditta GIVAS: Prodotto offerto Letto modello VEGA.

Richiesta la caratteristica di inclinazione della sezione gambali ad almeno 20°. Dalla scheda tecnica si evince inclinazione fino a 16°.

Per quanto sopra esposto, si ritiene **NON CONFORME**.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Ditta HILL ROM: Prodotto offerto Letto modello HR900.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta LINET: Prodotto offerto Letto modello ELEGANZA 1.
Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **CONFORME**.

Ditta MALVESTIO: Prodotto offerto Letto modello DELTA 4 Cod. 3710.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta MIS MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello SMART 600 Cod. LH620E.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.
Caratteristiche corrispondenti al capitolato di gara. Pertanto, si ritiene **CONFORME**.

Ditta R.D. MEDICAL: Prodotto offerto Letto modello CURA 4040 di prod SCHRODER.
Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **CONFORME**.

Ditta STRYKER: Prodotto offerto Letto modello SV2.

- Richiesto 4 ruote gemellate di diametro 150 mm, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leve a doppio braccio o unica barra. Dall'analisi della documentazione tecnica non si comprende qual è il letto offerto in gara se trattasi del letto SV2 o SV2 Package Plus o SV2 Complete. Vengono descritte a pag. 15 tutti gli elementi inclusi nelle 3 configurazioni ma non specificano quale delle 3 configurazioni è quella offerta in gara. Infatti la scheda tecnica risulta parecchio generica tanto da indicare in alcuni punti, come ad esempio a pag. 4 relativamente alla caratteristica Luce Notturna sotto al letto, per la quale si legge chiaramente che si tratta di un elemento opzionale nel modello SV2 base e di serie nel modello SV2 Complete, senza chiarire quale dei due è stato realmente offerto. Inoltre a pag. 7 della scheda tecnica le ruote gemellari da 150 mm vengono offerte come opzionali.
- Richiesto Schienale elevabile elettricamente (chiarim: di almeno 63°). Vedasi pag. 9 della scheda tecnica. Il letto offerto possiede un'inclinazione dello schienale da 0 a 60° difforme da quanto chiarito in sede di gara attraverso i chiarimenti pubblicati che stabiliva un'inclinazione della sezione schienale di almeno 63°. Si riscontra però che nel dépliant è riportata un'inclinazione da 0 a 65° ma senza alcun riferimento alla tipologia di modello.
- Richiesto Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, azionabili solo dalla pulsantiera operatore o bloccando il comando sulla pulsantiera paziente. Vedasi pag. 9 della scheda tecnica dove si legge chiaramente che i gradi di inclinazione del trend e dell'anti-trendelenburg è pari a +/- 12° difforme da quanto meglio specificato con i chiarimenti pubblicati che stabilivano l'inclinazione del trend ed antitrend di almeno +/-15° circa.



- Richiesto Tastiera e pediera in materiale plastico, facilmente asportabili e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento. Vedasi pag. 7 della scheda tecnica. La Stryker dichiara che la testiera e la pediera del letto offerto presenta un sistema di inserzione profondo che ne impedisce la fuoriuscita accidentale. Tale caratteristica è difforme da quanto richiesto dal Capitolato che prevedeva la presenza di un sistema di bloccaggio della pediera e della testiera caratteristica non presente nel prodotto offerto.
- Richiesto Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica. vedasi pag. 8. Il letto offerto dalla Stryker non presenta l'allarme acustico di letto non frenato ma, come specificano, un allarme visivo rappresentato da codice colore (rosso) sui 4 pedali per letto non frenato. A seguito di chiarimenti pubblicati è stato definito che l'allarme acustico richiesto è un requisito minimo indispensabile.
- Richiesto Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi senza che sia necessario togliere la pediera. Vedasi pag. 4. Non si capisce se tale caratteristica è presente o meno visto che trattasi di un opzione per il modello SV2 e di serie per il modello SV2 Complete senza specificare quale dei due modelli è quello offerto.
- Richiesto il Gancio di fissaggio per il cavo dell'alimentazione elettrica. Non è presente il gancio per il fissaggio del cavo dell'alimentazione elettrica.
- Richiesto Alloggiamento per bombola di ossigeno. A pag. 10 è presente un elenco di porta bombole ma non specificano quale dei modelli proposti verrà offerto.
- Richiesto Asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio, regolabili in altezza. A pag. 9 e 10 sono presenti 2 modelli di asta flebo ma non specificano quale dei due è offerto.
- Richiesto Porta padella. Non si riscontra il portapadelle richiesto dal capitolato.
- Richiesto Vassoio servitore dotato di 4 ruote e di altezza variabile. Viene allegato un dépliant relativo al tavolino servitore dove si riscontrano 2 modelli ma senza specificare quale dei due è offerto.

Per quanto sopra esposto, il prodotto si ritiene **NON CONFORME**

Agrigento, 20-11-2023

Dr. S. Incandela

Dr.ssa M.R. Falco Abramo