



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

## VERBALE DI GARA

**GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – RDO n. 3494656**

**Lotto unico - C.I.G. 972413955B**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di gennaio, presso la sede degli uffici amministrativi dell'U.O.C. Provveditorato siti in Agrigento viale della Vittoria n. 321

### SONO PRESENTI

i signori, componenti il seggio di gara:

Dott.ssa Maria Tirrò	- Presidente
Dott. Pietro Vitellaro	- Teste
Sig. Giovanni Di Nolfo	- Teste

### PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 500 del 16.03.2023 è stata indetta la **GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO – Lotto unico - C.I.G. 972413955B**
- che con RDO n. 3494656 è stata pubblicata la gara di cui trattasi sulla piattaforma telematica di negoziazione Consip – MEPA fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte per le ore 10:00 del 18.04.2023, successivamente differito al 24.4.2023 ore 10:00 per le motivazioni specificate nel relativo comunicato;
- che la gara è stata prevista come gara aperta a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica (CPV);
- che con comunicati dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sono stati pubblicati chiarimenti di natura tecnica a seguito di richiesta di OO.EE. interessati alla procedura;
- che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24.04.2023 ore 10:00, sono pervenute le sottoelencate candidature:

**GARDHEN BILANCE**

**HILL-ROM**

**R.D. MEDICAL SRL**

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**  
**MIS MEDICAL**  
**STRYKER ITALIA SRL SU**  
**NOVAMED**  
**GIVAS**  
**GDM MEDICAL GROUP**  
**MALVESTIO SPA**

-che con verbale del seggio di gara del 4.5.2023 si è proceduto a:

“Da atto dell’esame della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti come di seguito:

**GARDHEN BILANCE** – conforme

**HILL-ROM** - - conforme

**R.D. MEDICAL SRL** – conforme

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** – conforme

**MIS MEDICAL** – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione

**STRYKER ITALIA SRL** - si riscontra la mancanza dei chiarimenti del 28.3.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

**NOVAMED** – conforme

**GIVAS** – conforme

**GDM MEDICAL GROUP** – si riscontra la mancanza dei chiarimenti tecnici dei 28.3.2023 e 18.4.2023 sottoscritti digitalmente per accettazione e prodotti in uno alla documentazione amministrativa

**MALVESTIO SPA** – conforme.

Dispone le ammissioni al prosieguro di gara come di seguito specificato:

**GARDHEN BILANCE** – ammessa al prosieguro di gara

**HILL-ROM** – ammessa al prosieguro di gara

**R.D. MEDICAL SRL** – ammessa al prosieguro di gara

**NOVAMED** – ammessa al prosieguro di gara

**GIVAS** – ammessa al prosieguro di gara

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** - ammessa al prosieguro di gara

**MALVESTIO SPA** – ammessa al prosieguro di gara

**MIS MEDICAL** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016

**STRYKER ITALIA SRL** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.

**GDM MEDICAL GROUP** – ammessa con riserva di regolarizzazione ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016.



Da atto che con apposite comunicazioni tramite piattaforma Consip/Mepa le società ammesse con riserva verranno invitate a regolarizzare la documentazione amministrativa riscontrata carente nel termine che verrà ivi indicato.

Da, altresì, atto della mera apertura dei files contenenti la documentazione tecnica di gara al fine di trasmetterli all'Organo tecnico/specialista tecnico di supporto al RUP che verrà all'uopo nominato.

Chiude la presente seduta di gara per consentire le predette regolarizzazioni e la verifica tecnica da parte degli specialisti/organo tecnico di supporto al RUP.

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip.”

-che con **verbale del seggio di gara del 9.11.2023** si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che la società MIS MEDICAL, GDM MEDICAL GROUP e STRYKER ITALIA SRL hanno regolarizzato la documentazione amministrativa come da verbale del 4.5.2023. pertanto viene sciolta la riserva a carico delle stesse e vengono ammesse al prosiegua di gara.

Da atto che con prot. 70021 del 5.5.2023 è stata trasmessa la documentazione tecnica degli OO.EE. partecipanti all'organo tecnico di supporto al RUP per le conseguenziali valutazioni di competenza.

Prende atto del contenuto del **verbale tecnico ex prot. 167312 del 9.11.2023** – allegato – di cui dà pubblica lettura, riportandone di seguito, sinteticamente, i contenuti:

**GARDHEN BILANCE** – conforme

**HILL-ROM** - conforme

**R.D. MEDICAL SRL** – non conforme

**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO** – non conforme

**MIS MEDICAL** – conforme

**STRYKER ITALIA SRL** - non conforme

**NOVAMED** – conforme

**GIVAS** – non conforme

**GDM MEDICAL GROUP** – non conforme

**MALVESTIO SPA** – conforme.

Per quanto riportato nel verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023:

- **ammette al prosiegua di gara, fase apertura offerte economiche, le società GARDHEN BILANCE, HILL-ROM, MIS MEDICAL, NOVAMED e MALVESTIO SPA in quanto giudicate conformi tecnicamente;**

- **esclude dal prosiegua di gara, fase apertura offerte economiche, gli OO.EE. R.D. MEDICAL SRL, LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO, STRYKER ITALIA SRL, GIVAS e GDM MEDICAL GROUP in quanto giudicate non conformi tecnicamente.**

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche delle ammissioni ed esclusioni di cui avanti è cenno, nonché le pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

-che con **verbale del seggio di gara del 22.11.2023** si è proceduto a quanto di seguito:

“Da atto che a seguito della notifica delle esclusioni, le società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, escluse in quanto in quanto giudicate (offerte tecniche) non conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico, hanno fatto pervenire proprie note (pec del 10.11.2023) di rivalutazione delle proprie specifiche tecniche per i motivi ivi indicati, ovvero di contestazione al giudizio reso dall’organo tecnico di supporto al RUP.

Che le citate pec sono state trasmesse all’organo tecnico per il necessario esame di competenza e le conseguenziali valutazioni da rendere all’UOC Provveditorato per gli adempimenti successivi.

Che l’organo tecnico di supporto al RUP ha fatto pervenire con mail del 20.11.2023 proprio verbale ex prot. 173107 del 20.11.2023, allegato, recante la valutazione tecnica di tutti le società ammesse alla fase tecnica e, in particolare, a modifica del precedente verbale tecnico prot. 167312 del 9.11.2023 si evince a carico degli OO.EE. istanti:

*“Ditta **Linet**: prodotto offerto ... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **conforme***

*Ditta **RD Medical** ...prodotto offerto... Per mero errore di valutazione, contro la precedente valutazione, dopo attenta analisi si ritiene **conforme**”.*

Preso atto del superiore giudizio reso a carico delle società **R.D. MEDICAL SRL e LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**, dispone la **riammissione delle stesse al prosieguo di gara per aver conseguito il giudizio tecnico di conformità.**

Tutto ciò premesso si riassumono di seguito le società ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche:

**GARDHEN BILANCE  
HILL-ROM  
MIS MEDICAL  
NOVAMED  
MALVESTIO SPA  
R.D. MEDICAL SRL  
LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO.**

Sospende la seduta di gara per procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell’ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

che con **verbale del seggio di gara del 28.11.2023** si è proceduto a quanto di seguito:

“Procede, secondo l’ordine presente in piattaforma, all’apertura telematica dei plichi contenenti le offerte economiche delle società ammesse alla presente fase, dando pubblica lettura del contenuto dei precitati plichi e riportandone di seguito il contenuto delle offerte complessive:

**LOTTO N. 1(UNICO) – N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI**

base d’asta unitaria €. 3.000,00 - base d’asta complessiva €. 186.000,00

**GARDHEN BILANCE**

Prezzo unitario offerto €. 1.995,00

Prezzo complessivo offerto €. 123.690,00

**HILL-ROM**

Prezzo unitario offerto €. 2.165,81

*RD*

*QSV*

Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22  
**LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**  
Prezzo unitario offerto €. 2.505,00  
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00  
**MALVESTIO SPA**  
Prezzo unitario offerto €. 2.402,64  
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68  
**MIS MEDICAL**  
Prezzo unitario offerto €. 2.234,04  
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48  
**NOVAMED**  
Prezzo unitario offerto €. 1.997,00  
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00  
**R.D. MEDICAL SRL**  
Prezzo unitario offerto €. 2.192,00  
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00

Preso atto delle offerte economiche delle sopraelencate società procede a redigere la relativa graduatoria, come appresso riportata:

**1° - GARDHEN BILANCE**  
Prezzo unitario offerto €. 1.995,00  
Prezzo complessivo offerto €. 123.690,00  
**2° - NOVAMED**  
Prezzo unitario offerto €. 1.997,00  
Prezzo complessivo offerto €. 123.814,00  
**3° -HILL-ROM**  
Prezzo unitario offerto €. 2.165,81  
Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22  
**4° - R.D. MEDICAL SRL**  
Prezzo unitario offerto €. 2.192,00  
Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00  
**5° - MIS MEDICAL**  
Prezzo unitario offerto €. 2.234,04  
Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48  
**6° - MALVESTIO SPA**  
Prezzo unitario offerto €. 2.402,64  
Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68  
**7°- LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**  
Prezzo unitario offerto €. 2.505,00  
Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00

Conseguentemente, atteso il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta), **aggiudica provvisoriamente la fornitura di N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI in favore della società miglior offerente/1^ nella graduatoria delle offerte - GARDHEN BILANCE al prezzo unitario offerto €. 1.995,00, nonché a quello complessivo offerto di €. 123.690,00.**

Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell'ASP e sulla piattaforma telematica Consip".

- Che la Hill Rom con pec del 30.11.2023 ha formulato istanza di accesso alla documentazione di gara delle altre ditte partecipanti e che tale accesso, con prot. 185733 del 12.12.2023, è stato differito, dandone comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 53 co. 2 c) D. Lgs.n.50/2016, in esito all'adozione da parte della Direzione Aziendale del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- che la Novamed con pec del 4.12.2023 ha formulato istanza di accesso alla documentazione di gara della Gardhen Bilance e che tale accesso, con prot. 185734 del 12.12.2023, è stato differito, dandone comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 53 co. 2 c) D. Lgs.n.50/2016, in esito all'adozione da parte della Direzione Aziendale del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- che le ditte controinteressate all'accesso di cui sopra, Gardhen Bilance e Novamed, hanno presentato opposizione al rilascio dei propri atti di gara;

- che la società Hill Rom ha inoltrato pec del 15.12.2023 recante *"In riferimento alla RDO n°3494656 CIG 972413955B ed al relativo verbale della Commissione Giudicatrice del 28/11/2023 dove si evince la graduatoria di aggiudicazione. In merito a quanto sopra siamo a comunicarVi che, a nostro avviso e in relazione alle informazioni a noi note, il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance non risulterebbe conforme ai requisiti minimi richiesti dalla gara in questione ed in particolare non ci risulta che il prodotto offerto dalla Gardhen Bilance possieda l'inclinazione del gambale di almeno 20° ma bensì di 15° come si evince alla pagina 4 del depliant scaricato dal sito ufficiale del produttore di cui alleghiamo il file e di seguito inviamo anche il link. <https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/italiano/Gardhenia%20con%20Semisponde%20AC71-1.pdf>.*

*Inoltre a nostra conoscenza l'asta flebo a corredo con i letti della Garden Bilance non possiede la portata di 5 kg ma di 2 kg come si evince dal manuale d'uso.*

*Per quanto riguarda la seconda classificata la ditta Novamed a nostra conoscenza non ci risulta che il prodotto da loro commercializzato possieda le seguenti caratteristiche richieste dal capitolato di gara e nello specifico:*

*Il prodotto a nostra conoscenza non possiede le sponde servoassistite come richiesto, non possiede il gancio di fissaggio del cavo di alimentazione, non possiede la posizione di uscita facilitata, sempre a nostra conoscenza non ci risulta che l'asta flebo possieda 4 ganci ma bensì solo 2.*

*In attesa di Vostro riscontro in merito ed in attesa di poter accedere ufficialmente agli atti di gara per ulteriore verifica sulla conformità dei prodotti in questione, Vi chiediamo di effettuare le dovute verifiche di quanto sopra esposto." e che la stessa è stata sottoposta (prot. 190728 del 20.12.2023) all'organo tecnico di supporto al RUP per l'esame e la verifica dei contenuti rispetto alla documentazione tecnica prodotta dalle società Gardhen Bilance e Novamed;*

-che l'organo tecnico, con nota 349 del 2.1.2024, ha rassegnato le verifiche richieste con la prot. 190728;

Tutto ciò premesso


IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la gara.

In ordine a quanto avanti riportato, da pubblica lettura del contenuto della prot. 349 del 2.1.2024 – allegata - riportandone di seguito sinteticamente il contenuto e rinviando per le motivazioni alla nuova valutazione tecnica di cui trattasi :

D

B



“GARDHEN BILANCE: ... vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse da Hill Rom, dichiarando il prodotto NON CONFORME”

“NOVAMED: ... vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse da Hill Rom, dichiarando il prodotto NON CONFORME”.

Preso atto delle valutazioni tecniche rese con prot. 349 del 2.1.2024 ed, esclusivamente sulla base delle stesse, procede a **dichiarare:**

**Gardhen Bilance – esclusa dal prosieguo di gara per non conformità tecnica dei prodotti offerti**

**Novamed - esclusa dal prosieguo di gara per non conformità tecnica dei prodotti offerti.**

Procede, conseguentemente, a **revocare l’aggiudicazione provvisoria disposta con verbale del seggio di gara del 28.11.2023 in favore della società Gardhen Bilance.**

Provvede a redigere la **nuova graduatoria delle offerte economiche delle ditte che hanno conseguito la conformità tecnica da parte del preposto organo, come appresso riportata:**

**1° - HILL-ROM**

Prezzo unitario offerto €. 2.165,81

Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22

**2° - R.D. MEDICAL SRL**

Prezzo unitario offerto €. 2.192,00

Prezzo complessivo offerto €. 135.904,00

**3° - MIS MEDICAL**

Prezzo unitario offerto €. 2.234,04

Prezzo complessivo offerto €. 138.510,48

**4° - MALVESTIO SPA**

Prezzo unitario offerto €. 2.402,64

Prezzo complessivo offerto €. 148.963,68

**5°- LINET ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**

Prezzo unitario offerto €. 2.505,00

Prezzo complessivo offerto €. 155.310,00




Conseguentemente, atteso il criterio di aggiudicazione previsto negli atti di gara (prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta), **aggiudica provvisoriamente la fornitura di N. 62 LETTI DEGENZA**

**ELETTRICI in favore della società miglior offerente/1^ nella graduatoria delle offerte - HILL-ROM**

**Prezzo unitario offerto €. 2.165,81 - Prezzo complessivo offerto €. 134.280,22.**

Da mandato di procedere alle notifiche e pubblicazioni di rito sul sito dell’ASP e sulla piattaforma telematica Consip”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE   
IL TESTE   
IL TESTE 



**RDO 3494656: GARA TELEMATICA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 62 LETTI DEGENZA ELETTRICI PER VARIE UU.OO.CC. DELL' ASP DI AGRIGENTO. CIG 972413955B**

---

**Da** ufficiogare.hillrom@pec.it <ufficiogare.hillrom@pec.it>

**A** forniture@pec.aspag.it <forniture@pec.aspag.it>

**Cc** forniture@aspag.it <forniture@aspag.it>, **pietro.gargano@medicinasas.it** <pietro.gargano@medicinasas.it>, **alessandro.saitta@medicinasas.it** <alessandro.saitta@medicinasas.it>, **paolo\_belloni@baxter.com** <paolo\_belloni@baxter.com>

**Data** venerdì 15 dicembre 2023 - 14:21

---

Sp.le ASP AGRIGENTO,

In riferimento alla RDO n°3494656 CIG 972413955B ed al relativo verbale della Commissione Giudicatrice del 28/11/2023 dove si evince la graduatoria di aggiudicazione.

In merito a quanto sopra siamo a comunicarVi che, a nostro avviso e in relazione alle informazioni a noi note, il prodotto offerto dalla Gardhen Balance non risulterebbe conforme ai requisiti minimi richiesti dalla gara in questione ed in particolare non ci risulta che il prodotto offerto dalla Gardhen Balance possieda l'inclinazione del gambale di almeno 20° ma bensì di 15° come si evince alla pagina 4 del depliant scaricato dal sito ufficiale del produttore di cui alleghiamo il file e di seguito inviamo anche il link.

<https://www.gardhenbalance.it/wp-content/uploads/Schede/italiano/Gardhenia%20con%20Semisponde%20AC71-1.pdf>

Inoltre a nostra conoscenza l'asta flebo a corredo con i letti della Garden Balance non possiede la portata di 5 kg ma di 2 kg come si evince dal manuale d'uso.

Per quanto riguarda la seconda classificata la ditta Novamed a nostra conoscenza non ci risulta che il prodotto da loro commercializzato possieda le seguenti caratteristiche richieste dal capitolato di gara e nello specifico:

Il prodotto a nostra conoscenza non possiede le sponde servoassistite come richiesto, non possiede il gancio di fissaggio del cavo di alimentazione, non possiede la posizione di uscita facilitata, sempre a nostra conoscenza non ci risulta che l'asta flebo possieda 4 ganci ma bensì solo 2.

In attesa di Vostro riscontro in merito ed in attesa di poter accedere ufficialmente agli atti di gara per ulteriore verifica sulla conformità dei prodotti in questione, Vi chiediamo di effettuare le dovute verifiche di quanto sopra esposto.

Hill-Rom S.p.A.

Via G. Ambrosoli 6 – 20053 Rodano (MI)

Tel. 0295054 220/219 – 3421252470 Fax 0295320578


email: HRC\_ufficio\_gare@baxter.com – PEC: ufficiogare.hillrom@pec.it

---

**RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI rdo3494656.pdf.p7m**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO  
U.O.C. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA  
DIRETTORE DR.SSA M.R. FALCO ABRAMO



Prot. N. 0000349 del 2/01/2024

Al Direttore UOC Provveditorato  
Dr.ssa C. Schinelli

Oggetto: valutazione schede tecniche GARDHEN BILANCE e NOVAMED per acquisto letti da degenza.

Dopo valutazione delle schede tecniche fornite dagli OO.EE. in oggetto alla luce delle contestazioni sollevate dalla Ditta Hill Rom si riscontra quanto segue:

Ditta GARDHEN BILANCE: Prodotto offerto Letto Gardhenia.

Dalla revisione attenta della documentazione e delle dichiarazioni mosse dalla Ditta Hill Rom si evince che:

- Relativamente all'inclinazione del gambale di almeno 20°, la Ditta dichiara di possedere la caratteristica nella relazione tecnica ma della stessa caratteristica non vi è traccia sul manuale d'uso prodotto in sede di gara. Sul manuale presente in home page, come segnalato dalla Ditta Hill Rom, viene dichiarata, invece, una inclinazione del gambale pari a 15°.
- Relativamente alle caratteristiche dell'asta porta flebo, nella relazione tecnica viene dichiarata una portata di 5 Kg mentre sul manuale d'uso prodotto in sede di gara, viene dichiarata una portata max di 2 Kg.


Per quanto sopra esposto, vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse dalla Ditta Hill Rom, dichiarando il prodotto **NON CONFORME**.

Ditta NOVAMED: Prodotto offerto Letto modello GUESS 402 di prod KENMAK.

Dalla revisione attenta della documentazione e delle dichiarazioni mosse dalla Ditta Hill Rom si evince che né in scheda tecnica né sul manuale d'uso prodotto in sede di gara, si evincono le caratteristiche segnalate, per mero errore non precedentemente evidenziate; si segnala l'assenza di alcun riferimento a sponde servoassistite, gancio di fissaggio cavo di alimentazione, posizione di uscita facilitata, asta porta flebo.

Per quanto sopra esposto, vanno accettate senza dubbio le contestazioni mosse dalla Ditta Hill Rom, dichiarando il prodotto **NON CONFORME**.

Agrigento, 27-12-2023

Dr. S. Incandela  
  
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento  
IL CAPO DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE  
Dott. SALVATORE INGANELLA

AZ SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO  
PRES. OSP. S. GIOVANNI BATTISTA AGRIGENTO  
Dr.ssa M.R. Falco Abramo U.O.C. GINECOLOGIA  
DR. MARIARITA FALCO ABRAMO 003557  
CODICE FISCALE ELONR777P49H1480  
CODICE EMPAM: 3002191177

