



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)

PROT: n. 17226 del 17-11-2023

*A tutte le ditte interessate*

**Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE COAGULAZIONE SANGUE PER L'UOC DI CARDIOLOGIA/UTIC/EMODINAMICA DEL P.O. DI AGRIGENTO**

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la fornitura di **n. 1 DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE COAGULAZIONE SANGUE Per l'UOC di Cardiologia/UTIC/EMODINAMICA del P.O. di Agrigento** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro il 29.11.2023 all'indirizzo mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it).

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm.vo*  
*Dott.ssa Maria Firrò*

*Il Direttore UOC Provveditorato*  
*Dott.ssa Cinzia Schinelli*

allegato:  
capitolato tecnico

## **DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE COAGULAZIONE SANGUE**

### **CAPITOLATO TECNICO**

DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE COAGULAZIONE SANGUE avente le seguenti caratteristiche:

sistema per la rilevazione ACT-PT su sangue intero fresco, indispensabile in sala emodinamica per monitorare il trattamento con anticoagulanti, con intervallo da 0 a 1500sec.

Tale dispositivo portatile deve essere fornito di memoria di archiviazione e stampante con carta.

Deve essere fornito (in somministrazione) il materiale di consumo per n. 500 pazienti circa.

L'offerente è tenuto a specificare e a rendere la relativa quotazione economica/offerta, oltre che del dispositivo/attrezzatura, anche di tutto il materiale di consumo necessario al corretto utilizzo dell'attrezzatura, specificandone la tipologia e il prezzo unitario.