



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. Servizio Provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Tel. 0922407645
Fax 0922407119 – 211
Email – forniture@aspag.it

prot. n. ²⁹⁸²⁷ del 20/02/2024

A tutte le ditte interessate
A mezzo pubblicazione:
www.aspag.it- www.acquistinretepa.it

Oggetto: **Procedura negoziata per il servizio a domicilio di noleggio full-risk di Concentratori fissi e portatili di ossigeno CHIARIMENTI.**

Di seguito alla richiesta chiarimenti formulata dalla Ditta /e Omissis si precisa come di seguito:

QUESITO n. 1 - Capitolato tecnico - lotto 1 - Concentratore di Ossigeno Fisso – Caratteristiche minime: peso inferiore o uguale 15 Kg

Si rileva che il peso di 15 Kg riduce di molto la gamma di apparecchiature proponibili. Considerando il periodo di shortage delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi medici si chiede di elevare a 17 Kg il peso max del concentratore per poter consentire una più ampia partecipazione.

" di peso inferiore o uguale a 15 k "

RISPOSTA : come previsto dall'art. 79 allegato II.5 - parte 2 A - n.6 , del d.lgs. 36/2023 , che testualmente recita: qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione " o equivalente " .

La ditta partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti richiesti - come da capitolato tecnico - è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti.

QUESITO n. 2 - Capitolato tecnico - lotto 2 - " dotato di umidificatore integrato per ridurre al minimo le secrezioni "

si chiede di confermare che sia un refuso in quanto nessun concentratore portatile è dotato e può funzionare con un umidificatore.

RISPOSTA : tale descrizione è da considerare un mero refuso

Il RUP
Dott.ssa Pina Maria Petrucci