



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. DI AG

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 15 FEB 2024

OGGETTO: Approvazione offerta economica ed affidamento fornitura in favore della ditta *Panzica s.r.l.*, con sede in Palermo relativa all'acquisto di n. 14 cateteri venosi centrali - per la UOC Nefrologia/Dialisi di questo Presidio Ospedaliero (CIG B058EF5489)

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. AGRIGENTO

PROPOSTA N. 458 DEL 13/2/24

IL Titolare di Posizione Organizzativa
Dott. Maurizio Arena

IL DIRETTORE UOC DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
 come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente *delibera*
 Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. 9501010512

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 15.02.2024

STRUTTURA AMMINISTRATIVA P.O. DI AG

L'anno duemilaventiquattro il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO
nella sede della suindicata Struttura

IL DIRIGENTE DELEGATO

Giusta atto di delega del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Capodiceci, prot.n. 12 del 06.02.2024, Registro Deleghe.

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Visto l'atto di delega prot. n. 12 del 06.02.2024 Registro deleghe con il quale il Commissario Straordinario attribuisce le nuove funzioni al Direttore della Struttura Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Agrigento

Premesso:

- che con nota 15128 del 25.01.204, il Direttore UOC di Farmacia, nel rassegnare la indisponibilità – tra le giacenze di magazzino – ha formalizzato richiesta *urgente* di acquisto di n. 14 cateteri venosi centrali (*long term con tunnelizzazione anterograda in poliuretano – 19 cm*), al fine di garantire il prosieguo delle attività assistenziali, nelle more della evasione dell'ordine emesso in favore di altra ditta contrattualizzata (verosilmente, per come comunicato dalla stessa, entro il mese di febbraio);

Visto l'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art.1, comma 130, della vigente normativa -legge di stabilità 2019, il quale ha disposto l'innalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 il limite dell'importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al MEPA;

Rilevato, che – consequenzialmente - in ragione di quanto sopra esposto, questa Struttura Amministrativa ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato preliminare, per l'individuazione di operatori economici di settore ed a seguito di ciò, questa ha invitato con nota n. 23900 dell'8/02/2024, l'operatore economico –Panzica Srl con sede in Palermo - alla presentazione della propria migliore offerta economica, in uno ai relative disponibilità in pronta consegna;

Preso Atto della offerta economica prot.n. 27/24 del 09/02/2024, prodotta dalla Ditta Panzica Srl, che -per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi (consistente in n. 3 confezioni indivisibili da n. 5 pezzi)- ha offerto preventivo per € 4.060,00 e/iva al 4% e, così, per un totale complessivo di € 4.222,40 e/iva al 4%;

Rilevato che risultando le condizioni per procedura mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, può procedersi con l'approvazione del preventivo di spesa prot.n. 27/24 del 09/02/2024, della Ditta Panzica S.r.l., in ragione della disponibilità in pronta consegna e dell'urgenza di approvvigionamento, rassegnata sia dal Direttore UOC di Farmacia, che dal Direttore UOC di Nefrologia/Dialisi (richiedente), che per l'esecuzione della fornitura in questione, ha offerto € 4.060,00 (e/ iva al 4%) e, così per un totale di € 4.222,40 (c/ iva al 4%);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore della Struttura Amministrativa P.O. di AG proponente, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne attesta la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **Approvare** - per le motivazioni esplicitate in premessa - l'offerta economica n. 27/24 del 09/02/2024, ed affidare l'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, all'operatore economico Panzica S.r.l. con sede in Palermo, che per la fornitura n. 14 cateteri venosi centrali (*long term con tunnelizzazione anterograda in poliuretano – 19 cm*), al fine di garantire il prosieguo delle attività assistenziali, nelle more della evasione dell'ordine emesso in favore di altra ditta contrattualizzata (, per come comunicato dalla stessa, verosilmente entro il mese di febbraio), ha offerto € 4.060,00 e/i.v.a. al 4%;
2. **Dare Atto** che la spesa connessa alla stipula del contratto relativo alla procedura di cui al presente provvedimento, ammonta ad € 4.060,00 (e/i.v.a. al 4%) e, così per un totale complessivo di € 4.222,40 (c/iva al 22%), graverà sul Conto economico C 501010512 del bilancio aziendale 2024;
3. **PRECISARE** che l'esecuzione del presente atto, che si dichiara immediatamente esecutivo è posta a carico del Direttore UOC SEI e P. con onere di notifica in capo alla Struttura Proponente.

DATI omessi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Per delega del Commissario Straordinario
IL DIRETTORE DELEGATO
Dott.ssa Cinzia Schinelli

A. Panzica s.r.l.

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

Sede leg.: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo

Tel. 091.6788178 - Fax 091.6704265

C.da San Basilio - S. G. La Punta (CT)

Tel./Fax 095.7411942

amministrazione@apanzica.it

pec:panzicaantonio.sas@legalmail.it



Palermo, li09/02/2024.....

Spett/le
A.S.P. di Agrigento
V.le Della Vittoria, 321
92100 - Agrigento

Prot. 00027/24

Oggetto: ns. preventivo di spesa.

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo prot. n. 23900 del 08/02/2024, la sottoscritta Panzica Maria Gabriella, ~~_____~~ **OMISSIS** ~~_____~~ per conto della ditta "A.PANZICA Srl" con sede legale in Palermo, uffici ed Amm.ne Viale Emilia n° 38, P.I. 03923960821, si prega di offrire il seguente importo:

➤ Kit catetere Palindrome Precision 36 cm. Confezione indivisibile da 5 unità.

Numero Repertorio: **984253** - Codice CND: **F900202**

Codice prodotto: **8888145014P**

Prezzo unitario € 290,00= (DuecentoovantaiEuro/00) + iva 4%

Prezzo offerto a confezione € **1.450,00=** (MillequattrocentocinquantaEuro/00) + iva 4%.

Di seguito i dati da Voi richiesti:

il tempo occorrente, ai fini della candidatura (ME.PA): 4gg. lavorativi

indirizzo digitale: panzicaantonio.sas@legalmail.it

codice Identificativo NSO: 0211: IT03923960821

dati aziendali, completi di IBAN:

A.Panzica Srl

Via Emilia n. 38

90144 - Palermo

P.Iva 03923960821

Unicredit Banca Iban:

IT54D0200804667000011013118

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Imballo e trasporto: Franco

IVA: a Vs. carico con aliquota a termini di legge

Validità dell'offerta: 365gg.

Pagamento: bonifico bancario 90 gg.

Disponibilità: pronta, salvo magazzino


A.PANZICA S.r.l.
(Maria Gabriella Panzica)



Scheda Tecnica

Palindrome™ Precision

CFN: vedi sotto

Medtronic

DATI GENERALI

Fabbricante:	Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield MA, USA
Mandatario:	Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore, Ireland
Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:	Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina, 162 20156 Milano (MI)

Classificazione CE (D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42, D.L.vo 507/92 attuazione Dir. CE 90/385):	III
---	-----

CND:	F900202
-------------	---------

Numero di repertorio:	Vedi sotto
------------------------------	------------

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche:

Catetere a doppio lume da 14,5 Fr. (15 Fr. Nella versione RT) indicato per emodialisi cronica e acuta, aferesi e infusione
Indicato per impianto con tecnica percutanea e/o chirurgica
Catetere in carbotano flessibile termosensibile completamente radiopaco con estremità distale atraumatica progettata per ridurre il trauma vascolare durante il posizionamento.
Una parete centrale divide il corpo cilindrico del catetere in due lumi identici a forma di D che assicurano flussi ematici elevati su entrambe le linee.

Fori laterali per l'ancoraggio percutaneo e cuffia in dacron sottocutanea per creare una barriera fisica contro le infezioni.
L'estremità distale del catetere è dotata, su entrambe le linee, di fori laterali realizzati con tecnica Laser che garantiscono elevati flussi riducendo il rischio di occlusioni

La punta distale presenta un esclusivo design a spirale che riduce significativamente il rischio di occlusioni prossimali e di ricircolo ematico, mantenendolo inferiore al 2%, anche nel caso di inversione delle linee, assicurando un flusso ottimale durante tutto l'arco di utilizzo del prodotto. Nella versione Precision inoltre, la punta distale è dotata di una banda in tungsteno per facilitarne la visualizzazione con RX.

Introduttore valvolato FlowGuard da 16 Fr.

Stiletti di introduzione Venatrac per inserimento su filo guida senza uso di introduttore

Estensioni prossimali dritte in silicone trasparente resistente all'ingincocchiamento anche dopo ripetuti clampaggi; sulle estensioni sono stampate tipologia di catetere, lunghezza e volume di priming

Monouso Pronto per l'uso

Tabella flussi catetere Palindrome Precision

PORTATA (mL/min)	Lunghezze di impianto							
	19 cm		23 cm		28 cm		33 cm	
	PV+*	PA-**	PV+*	PA-**	PV+*	PA-**	PV+*	PA-**
200	18	-19	21	-23	23	-24	26	-28
250	24	-28	29	-32	33	-35	37	-40
300	33	-38	39	-44	45	-48	51	-54
350	44	-50	50	-58	59	-64	67	-72
400	56	-64	65	-74	75	-82	83	-93
450	71	-80	79	-92	91	-103	102	-117
500	87	-98	96	-112	108	-126	120	-143

* Pressione venosa positiva (PV+) (mm/Hg)

** Pressione arteriosa negativa (PA-) (mm/Hg)

Caratteristiche:

Il catetere è confezionato in Kit pronti all'uso completi di:

- 1 catetere Palindrome H da 14,5 Fr (1 catetere Palindrome da 15 Fr con valvola preassemblata nella versione RT)
- 1 Ago introduttore 18 Ga.
- 1 Filo guida 0,15 x 70 cm con tacche di profondità ed estremità dritta/J
- 1 introduttore valvolato Pull-Apart FlowGuard da 16 Fr. per ridurre il rischio di perdite di sangue e embolia gassosa
- 2 Stiletti di introduzione Venatrac per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (ad esclusione delle Versioni RT e Palindrome Precision Standard)
- 1 mandrino tunnelizzatore biforcuto
- 1 dilatatore da 12 Fr
- 1 dilatatore da 14 Fr
- 1 siringa da 12 cc
- 1 bisturi
- 2 medicazioni Telfa Island
- 4 garze 10 x 10 cm
- 2 tappi autosigillanti
- 1 gruppo estensioni esterne con tappi (solo nella versione RT)
- 1 connettore a scatto (solo nella versione RT)
- 1 tappo di riserva per tunnelizzatore (solo nella versione RT)
- 2 forbici con punte lisce (solo nella versione RT)

Il Palindrome Precision è disponibile nelle seguenti configurazioni:

- Palindrome Precision versione standard
- Palindrome Precision H dotato di un rivestimento di eparina nel tratto esterno (dalla punta alla cuffia) ed interno (dalla punta alle estensioni) del catetere.
- Palindrome Precision SI dotato di una guaina agli ioni di argento che si estende dalla cuffia al mozzo del catetere.
- Palindrome Precision HSI che integra le caratteristiche del Palindrome H e SI
- Palindrome Precision RT con inserimento retrogrado

Efficacia del rivestimento di eparina

Numerosi test hanno verificato l'efficacia del rivestimento di eparina per 720 ore di flusso continuo (corrispondenti ad oltre 12 mesi di trattamento abituale). Per il dettaglio dei test effettuati leggere le istruzioni per l'uso.

Efficacia del rivestimento con ioni di argento

Test in vivo hanno verificato l'efficacia del rivestimento di ioni di argento nel ridurre significativamente (tra 2,5 e 4,9 log₁₀) la colonizzazione microbica.

	<p>I seguenti organismi comunemente associati alla colonizzazione del catetere sono stati testati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staphylococcus aureus (3 ceppi) • Coagulase-negative Staphylococcus (3 ceppi) • Candida albicans (3 ceppi) • Escherichia coli (3 ceppi) <p>Per il dettaglio dei test effettuati leggere le istruzioni per l'uso.</p>
Destinazione d'uso:	Il catetere per emodialisi cronica Palindrome Precision è indicato per emodialisi acuta e cronica, aferesi e infusione.
Diametro:	14,5 Fr (15 Fr per versione RT)
Materiali:	<p>Catetere in carbotano di grado medico atossico e biocompatibile con anello in tungsteno in punta</p> <p>Rivestimento di eparina sulla superficie esterna (punta – cuffia) e interna (punta – adattatori) del catetere</p> <p>Rivestimento di ioni di argento sulla superficie esterna (cuffia – mozzo) del catetere</p> <p>Estensioni in silicone trasparente di grado medico atossico e biocompatibile</p> <p>Introduttore valvolato Pull-Apart in PTFE (Politetrafluoroetilene)</p> <p>Inchiodi a contatto con il corpo atossici e biocompatibili</p> <p>Compatibilità nei confronti di prodotti farmaceutici e disinfettanti</p> <p>Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici</p>
Controindicazioni ed avvertenze:	Leggere attentamente il foglietto illustrativo
Latex free:	SI
Contiene Ftalati:	NO

Confezionamento primario del DM	
Modalità di conservazione:	<p>Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore</p> <p>Trasporto e conservazione: da 0° a 50 °C</p>
Modalità di smaltimento:	Smaltire come rifiuto ospedaliero
Confezionamento:	Confezionato singolarmente
Quantità per confezione:	Vedi sotto

Dati di sterilizzazione	
Sterile:	SI
Metodi di sterilizzazione:	Ossido di etilene
Validità della sterilizzazione (mesi):	60

Codice prodotto	Descrizione	Lungh. Cuffia- punta	Lungh. totale	Conf/Scat	Numero di Repertorio
8888145014P	Palindrome Precision Standard	19	36	5	984253
8888145015P	Palindrome Precision Standard	23	40	5	984255
8888145016P	Palindrome Precision Standard	28	45	5	984256
8888145017P	Palindrome Precision Standard	33	50	5	984257
8888146044P	Palindrome Precision Standard	44	61	5	1126035
8888145018P	Palindrome Precision Standard	55	72	5	984259
8888145039P	Palindrome Precision con Venatrac	19	36	5	1126030
8888145040P	Palindrome Precision con Venatrac	23	40	5	1126032
8888145041P	Palindrome Precision con Venatrac	28	45	5	1126033
8888145042P	Palindrome Precision con Venatrac	33	50	5	1126034
8888145043CP	Palindrome Precision H	19	36	5	973289
8888145044CP	Palindrome Precision H	23	40	5	973353
8888145045CP	Palindrome Precision H	28	45	5	973356
8888145046CP	Palindrome Precision H	33	50	5	973359
8888145062CP	Palindrome Precision SI	19	36	5	973370
8888145063CP	Palindrome Precision SI	23	40	5	973376
8888145064CP	Palindrome Precision SI	28	45	5	973377
8888145065CP	Palindrome Precision SI	33	50	5	973378
8888145066CP	Palindrome Precision SI	55	72	5	973380
8888145057CP	Palindrome Precision HSI	19	36	5	973369
8888145048CP	Palindrome Precision HSI	23	40	5	973363
8888145049CP	Palindrome Precision HSI	28	45	5	973367
8888145050CP	Palindrome Precision HSI	33	50	5	973368
8888541019P	Palindrome Precision RT	19	39	5	984226
8888541023P	Palindrome Precision RT	23	43	5	984247
8888541028P	Palindrome Precision RT	28	48	5	984249
8888541033P	Palindrome Precision RT	33	53	5	984250
8888541044P	Palindrome Precision RT	44	64	5	984251
8888541055P	Palindrome Precision RT	55	75	5	984252

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38470161	Data richiesta	09/11/2023	Scadenza validità	08/03/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A. PANZICA S.R.L.
Codice fiscale	03923960821
Sede legale	VIALE EMILIA N 38 PALERMO PA 90144

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Il Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Prot. 15128 del 25/01/2024
Servizio Dispositivi Medici

Al Direttore U.O.C. Provveditorato
Al Direttore Amministrativo P.O. Ag
Dott.ssa Cinzia Schinelli

OGGETTO: PROBLEMATICA ACQUISTO CATETERI VENOSI CENTRALI

Con riferimento alla problematica in oggetto, come di Sua conoscenza, la Ditta Teleflex ha trasmesso una mail all'Ufficio Economato comunicando la mancata disponibilità dei cateteri acquistati con l'ordine OAG23-182.


Orbene, considerato che la giacenza dei suddetti dispositivi è terminata e la Ditta comunica che gli arrivi sono previsti presumibilmente nel mese di Febbraio senza specificare una data, si chiede l'acquisto urgente di n.14 cateteri long term con tunnellizzazione enterograda in poliuretano della lunghezza di 19 cm che possano garantire il proseguo dell'attività assistenziale, nelle more che la Teleflex ricominci le consegne.

Certi di un Suo positivo riscontro, si porgono cordiali saluti e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La Dirigente Farmacista
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore U.O.C. Nefrologia-Dialisi
Dott. G. Seminara

Il Direttore della Farmacia
Dott. G. Bellavia



Agrigento, 22 Gennaio 2024

RETTORE

It. G Seminara
 . 0922-442292

NEFROLOGIA

dici
 ssa B. Salamone
 F. G. Raspanti
 ssa R. Scurria
 ssa E. Vicari
 ssa V. Mancuso
 ssa M. F. Romè
 ssa V. Cacciatore

. 0922-442267

ordinatore Inf.
 ssa C. Spataro
 . 0922-442238

AMBULATORIO -
 DAY HOSPITAL
 . 0922-442293

DIALISI
 Dialisi
 dici
 ssa B. Salamone
 F. G. Raspanti
 ssa R. Scurria
 ssa E. Vicari
 ssa V. Mancuso
 ssa M. F. Romè
 ssa V. Cacciatore

/Fax
 2-442267
 Farmacia
 0922-442243

Peritoneale
 dialisi
 ssa E. Vicari
 ssa V. Mancuso

Farmacia
 0922-442243

Al Direttore della Farmacia
 P.O. San Giovanni Di Dio Agrigento

Oggetto: acquisto urgente cateteri venosi centrali tunnellizzati per emodialisi

Vista la impossibilità a reperire per carenza assoluta in Italia i cateteri venosi centrali forniti dalla ditta Arrow (si allega indisponibilità da parte della ditta fornitrice), si richiede l'acquisto urgente di N° 14 cateteri long term con tunnellizzazione anterograda in poliuretano della lunghezza di 19 cm.

La ditta fornitrice di cateteri Palindrom per vie brevi ha dato disponibilità.

Distinti saluti.

N. Probelli

12859.

22/1/2024

DIRETTORE G. SEMINARA
 MEDICINA
 SPECIALISTA IN NEFROLOGIA
 U.O.C. NEFROLOGIA - DIALISI
 Dr. Giuseppe Seminara

Scrivi

Posta in arrivo 392

Speciali

Posticipati

Inviati

Bozze 1

Altro

Etichette



ordine 1-OAG23-182 Posta in arrivo x

Mansi, Sara <sara.mansi@teleflex.com>
a poagrigeno.economato@aspag.it, me, Angelo

Buongiorno Dott.ssa Chlapparo

In merito all'ordine in oggetto vi informiamo che l'articolo CS-15192-VFE non è disponibile, gli arrivi sono previsti per il mese di feb

Ci scusiamo per il ritardo
Cordiali saluti

Sara Mansi
Customer Service Assistant - Italy

P: +39 0362 58 90 226 - Fax : +39 0362 58 90 888
E: sara.mansi@teleflex.com

Teleflex
Via Torino, 5 - 20814 Varedo MB Italy

teleflex.com

Arrow® | Deknatel® | Hudson RCI® | LMA® | Pilling® | Rüsck® | Weck®

This e-mail message, including any attachment(s), is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential, proprietary and/or privileged information. Any unauthorized use or disclosure is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail. This e-mail message, including any attachment(s), is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential, proprietary and/or privileged information. Any unauthorized use or disclosure is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail.

...

[Messaggio troncato] [Visualizza intero messaggio](#)

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina dirigenziale, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINA

▪ Immediatamente esecutiva dal 15 FEB 2024

Agrigento, li 15 FEB 2024

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Sig.ra Sabrina Terrasi